



Znak: AE/ZP-27-04/18

Tarnów, 2018-02-12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz gazów medycznych dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 42, 43** – Czy w Pakiecie Nr 7 poz. 42 i 43 (Budesonidum 0,25 i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji 2 ml x 20 poj.) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 42, 43** – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 42 i 43 (Budesonidum 0,25 i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji 2 ml x 20 poj.) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 42, 43** – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 42 i 43 (Budesonidum 0,25 i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji 2 ml x 20 poj.) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Beroduałem ani z acetylocysteiną?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 42, 43** – Czy w Pakiecie Nr 7 poz. 42 i 43 (Budesonidum 0,25 i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji 2 ml x 20 poj.) Zamawiający wymaga leku w postaci budezonidu zmikronizowanego?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 42, 43** – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 42 i 43 (Budesonidum 0,25 i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji 2 ml x 20 poj.) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum) i drodze podania, lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ze względu na możliwość łączenia dawek?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 88** – Czy Zamawiający w Pakiecie 7 – Leki, pozycja 88 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Simeticonum 0,04 g opakowanie 100 kaps. w ilości 150op posiadającego takie same właściwości i zastosowanie co Dimethicone 50mg x 100 kaps?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 57** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 5 w pozycji 57- (Heparinum natricum 250-300j.m./g krem lub żel a 20-35 g), na dopuszczenie leku: Lioton 1000, 8,5 mg (1000 IU)/g, żel, 30g w ilości 350op posiadającego takie same wskazania do stosowania jak Heparinum natricum 250-300j.m./g krem lub żel a 20-35 g ?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 32 i Pakietu Nr 5 poz. 68** – Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze światowej badaniach klinicznych) *Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103* w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę. Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej objętości różnych płynów i podawana doustnie w formie zawiesiny.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 128** – Uprzejmie prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. będącego preparatem złożonym i dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* i *Lactobacillus helveticus* w takim samym łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, takiej samej postaci i w takim samym stosunku ilościowym jak produkt wymieniony w SIWZ.

10. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 128** – Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaofiarowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze światowej badaniach klinicznych) *Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103* w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 249** – Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu o nazwie EnteroDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w takiej samej postaci, zawierającym w swoim składzie identyczne stężenie probiotycznych drożdży *Saccharomyces boulardii* w kapsułce (250 mg).
12. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 27** – Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwwskrzepowe i przeciwbakteryjne?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 27** – Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 27** – Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ w skład zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwwskrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Specjalna budowa ampułko-strzykawki Praxiject i CitraFlow chroni każdy dostęp naczyniowy przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara). PraxiFlow pakowany jest w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki co chroni przed utratą produktu podczas nabierania np: z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak (metaliczny posmak, mrowienie dłoni) zabezpiecza przed utworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania (zachowane sterylne pole) w ilości 75 blistrów w opakowaniu zbiorczym.
15. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 27** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 27 z Pakietu Nr 2 i stworzy osobny pakiet?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 15** – Czy Zamawiający wymaga aby, Midazolam w Pakiecie 11 pozycja 15 posiadał w swoim składzie edetynian i 16sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość Midazolamu?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 16** – Czy Zamawiający, w Pakiecie 11 pozycja 16, wymaga aby Midazolam zgodnie z ChPl miał możliwość mieszania w jednej strzykawce z morfiną i wykazywał stabilności przez 24h w temp. 25°C?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1, 2** – Czy Zamawiający wymaga, aby Ciprofloksacyna, w Pakiecie 16 pozycja 1 i 2, była w postaci monowodzianu, co zapewni lepszą tolerancję terapii zakażeń (mniej reakcji uczuleniowych, wysypek i odczynów skórnych)?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 3** – Czy Zamawiający, w Pakiecie 20 pozycja 3, wymaga aby zgodnie z ChPL istniała możliwość podania leku w dawce 1,5 g drogą domięśniową, dożylnie i infuzji?
20. Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?
21. Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaofiarowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

22. **Dotyczy Rozdziału XV „Ogólne warunki umowy” pkt 29** – Czy Zamawiający w pkt. XV.29 wykreśli zapisy po jednostronnej odmowie przyjęcia towaru niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości?
23. **Dotyczy Rozdziału XV „Ogólne warunki umowy” pkt 29** – Czy Zamawiający w pkt. XV.29 wykreśli zapis o kwotowej karze umownej 1000zł i wprowadzi w to miejsce wartość procentową, np. 0,2%?
24. **Dotyczy Rozdziału XV „Ogólne warunki umowy” pkt 30** – Czy Zamawiający zmieni zapis pkt. XV.30 w ten sposób, że zamiast stawki kary umownej 20% zastosuje stawkę max. 5%?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 26** - Prosimy o dookreślenie przedmiotu zamówienia: Czy materiał hemostatyczny powinien być przeznaczony do stosowania podczas zabiegów chirurgicznych, jako dodatkowy środek hemostatyczny, gdy opanowanie krwawienia poprzez zastosowanie metod konwencjonalnych jest nie skuteczne lub nie możliwe ?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.3,4,18,20,21,25,31,35-** Czy ze względu na wysoką konkurencyjność i chęć uzyskania najniższej rynkowej ceny Zamawiający wyłączy z pakietu Nr 1 pozycje o numerach 3,4,18,20,21,25,31,35 z utworzeniem osobnego pakietu 1A.
27. **Dotyczy Rozdziału XV „Ogólne warunki umowy” pkt 29** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu „Zamawiający każdorazowo naliczy karę umowną w wysokości 1000 złotych za niezrealizowane przez Wykonawcę zamówienie” bądź zmniejszenie wysokości kary?
28. Czy Zamawiający Zmieni zapis dotyczący kryterium wyboru ofert dla Pakietów Nr 1-36 i ustanowi zapis Termin realizacji reklamacji ilościowych – 2%? Przy ocenie reklamacji jakościowych niezbędny jest czas na rozpatrzenie wad jakościowych produktu w związku z powyższym uprzejmie prosimy o zmianę zapisu.
29. **Dotyczy Pakietu Nr 35 poz. 2, poz. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu Nr 35 pozycji Nr 2 (Umeclidinum + Vilanterolum) i pozycji Nr 4 (Umeclidini bromidum) oraz utworzenie odrębnego pakietu, celem zwiększenia konkurencyjności oraz umożliwienia złożenia ofert również producentom?
30. **Dotyczy Rozdziału XV „Ogólne warunki umowy” pkt. 29** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącego naliczenia kary w wysokości 1000 zł za niezrealizowane przez Wykonawcę zamówienie, i dokonaniu zakupu u innego dostawcy?
31. **Dotyczy Rozdziału XV „Ogólne warunki umowy” pkt. 30** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary do 10% wartości niezrealizowanej umowy?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 38** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym o pojemności wodnej 2 i 5 l, o ciśnieniu 200 bar, z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w:
 - reduktor ciśnienia,
 - przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min,
 - wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej
 - system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego- np. respirator lub inkubator transportowy,
 - manometr lub cyfrowy wyświetlacz z inteligentnym systemem rozpoznawaniem czasu, dający możliwość odczytu:
 - ilości gazu pozostałego w butli przy zamkniętym zaworze (pokazana w litrach)
 - ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia (wskaźnik liniowy napełnienia butli)
 - czasu pozostałego do zużycia gazu w butli przy zadanym przepływie
 - posiadających system alarmowy sygnalizujący:
 - przy napełnieniu butli gazem wynoszącym 25%
 - kiedy pozostaje mniej niż 15 min użytkowania przy zadanym przepływie
 - zaczep umożliwiający zawieszenie ich na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów.
 Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli.
33. **Dotyczy Pakietu Nr 39** - Proszę o potwierdzenie sposobu podawania mieszanki 50% tlen medyczny /50% podtlenek azotu medyczny. Czy gaz jest stosowany w położnictwie, poprzez zawór dozujący (tzw. zawór na żądanie), a pacjentka oddycha/inhaluje gaz podczas skurczów?

34. **Dotyczy Pakietu Nr 39** - Jeżeli odpowiedź na poprzednie brzmi **TAK**, to czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego, gazu medycznego mieszanina 50% podtlenu azotu i 50% tlenu, który oprócz wskazania do stosowania w krótkotrwałych, bolesnych procedurach medycznych, posiada wskazania do stosowania i określony sposób podawania w położnictwie (punkt 4.1 *Wskazania do stosowania* i punkt 4.2 *Dawkowanie i sposób podania*), zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego, która zostanie dołączona do oferty?
35. **Dotyczy Pakietu Nr 39** - Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjentów Zamawiający wymaga zaoferowania ustników jednorazowych z filtrem, będących standardowymi, ogólnodostępnymi wyrobami medycznymi o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej nie mniejszej niż 99,999% i potwierdzenia tego faktu kartą produktu lub oświadczeniem producenta?
36. **Dotyczy Pakietu Nr 39** - Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu dozującego z zaworem wydechowym, kompatybilnego ze standardowymi, ogólnodostępnymi, jednorazowymi wyrobami medycznymi (filtr/ustnik lub maska) i tworzącego nimi bezpieczny układ niepozwalający na powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i stwarzający z wnętrza zaworu tzw. **strefę bezdotykową**, niewymagającą dezynfekcji. „- strefa bezdotykowa – obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pośrednictwem rąk personelu, pacjentów oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem (m.in. podłogi, ściany, okna); ryzyko kontaminacji tych obszarów jest niewielkie oraz przeniesienia na pacjenta znajdującego się na powierzchni ewentualnego zanieczyszczenia”.
37. **Dotyczy Pakietu Nr 39** - Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaworu dozującego, którego wnętrze tworzy tzw. **strefę bezdotykową**, ale istnieje możliwość dezynfekcji lub sterylizacji zaworu w przypadku podejrzenia jego kontaminacji, zgodnie z *Procedurą dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym*?
38. **Dotyczy Pakietu Nr 39** - Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu gwarantującego bezpieczeństwo mikrobiologiczne, czyli możliwość dezynfekcji jego zewnętrznych powierzchni, zgodnie z procedurami szpitalnymi. Zawór dozujący jest tzw. **strefą dotykową** - czyli podlegającą dezynfekcji. „- strefa dotykowa - obejmuje wszystkie powierzchnie, z którymi pacjent i personel kontaktują się często, ale które nie zostały skażone biologicznym materiałem ludzkim; z uwagi na częsty kontakt za pośrednictwem rąk lub sprzętu medycznego ryzyko kontaminacji tych obszarów jest duże oraz przeniesienie znajdującego się na tych powierzchniach zanieczyszczenia na każdą kontaktującą się z nimi osobę (m.in. klamki, uchwyty, kontakty, słuchawki telefoniczne, poręcze krzeseł, blaty robocze, strefa wokół umywalki”.
39. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
40. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ?
41. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie ?
42. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych lub kapsułek) - o dowolnym uwalnianiu –(tabletki, tabletki pow. lub kapsułki) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?
43. Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny wyraża zgodę na wycenę go w ostatnio obowiązującej cenie i umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?
44. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 38, Pakietu Nr 2 poz. 9, 12, 21, 22, 36, 52, 54, 56, 57, Pakietu Nr 5 poz. 6, 22, 24, 82, 94, 95, 104, Pakietu Nr 7 poz. 22, 46, 195, Pakietu Nr 17 poz. 10, 13** - Proszę o wydzielenie niżej wymienionych pozycji z podanych pakietów ze względu na dłuższy brak produkcji oraz brak zamiennika na rynku:

pak.	poz.	Nazwa handlowa
1	38	Tuberculin PPD RT23 SSI, szczep, 1,5ml, inj, 10fiol
2	9	Celestone, 4 mg/ml; 1 ml, roztw.do wstrz., 1 amp
2	12	Calcio gluconato, 1000mg/10ml, rozt.d/inf., 10 amp
2	21	Cyclonamine 12.5%, 125mg/ml; 2ml, roztw.d/wstrz, amp
2	22	Fenoterol Teva, 50mcg/ml; 10ml, roztw.d/wst, inf, 15amp
2	36	Lignocainum WZF 5% Grave, 50mg/ml; 2ml, r.d/wst, 50amp
2	52	Bio-Trombina 400, 400jm, pr.rozp.ds.rozt, miejsc, 5amp
2	54	Vit. B 1 Teva (Vit. B 1 Pliva), 25mg/1ml, inj, 10amp
2	56	Vit. B 6 Teva (Vit. B 6 Pliva), 50mg/2ml, inj., 5amp
2	57	Vit. C Teva (Vit. C Pliva), 100mg/ml; 5ml, inj., 10amp
5	6	Alumag, zaw., 250 ml
5	22	Natussic, 7,5 mg/5 ml, syrop, 200 ml
5	24	Cedax, 36 mg/ml, prosz.d/sp.zaw.doust, 33ml(30 ml)
5	82	Metronidazol GSK, 500 mg, czopki, 10 szt
5	94	Atecortin, krople do oczu, uszu, 5 ml
5	95	Oxycort A, maść do oczu, 3 g
5	104	Vagothyl, 36%, płyn, do stos.zewn., 50 g
7	22	Alusal, 500 mg, tabl.do ssania, 30 szt, blist.fol.
7	46	Satural, 208mgCa2+/4g, prosz.musuj., 14 saszet.
7	195	Poldanen, tabl.powl., 30 szt
17	10	Tarcefandol, 1 g, prosz.d/sp.roztw.d/wstrz., 1 fiol
17	13	Streptomisin, 1g, pr.rozp.d/sp.r.d/wst, 1f(s.s)+rozp

45. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13** - Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Etomidate-Lipuro, 20 mg/10 ml, emuls.do wstrz., 10amp. ?
46. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 31** - Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu.
47. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 31** - Proszę o dopuszczenie preparatu: Antytoks.jadu żmii, 500 j.a., roztw.do wstrz., 1 amp w ilości 3 amp ? (Brak produkcji wymaganego preparatu w dawce Antytoks.jadu żmii, 150 j.a., roztw.d/wstrz, 1amp+strz).
48. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę Theospirex, 20mg/ml; 10ml, roztw.d/wst, infuz., 5 amp w ilości 570 op?
49. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 51** - Czy Zamawiający dopuści wycenę Terlipressini acetat EVER Pharma, 0,2mg/ml; 5ml, rozt.d/wst, 5f ?
50. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 92** - W związku ze zmianą wielkości opakowania na 28ml, proszę o dopuszczenie wyceny leku Nystatyna Teva, 2800000jm/28ml, gr.d/sp.zaw.doust, 1 but. Proszę określić ilość opakowań, jaką należy wycenić?
51. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 107** - Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu : Tormetile Forte, maść, 20 g, tuba ? (Skład na 100g: Zinci oxydum 20g; Tormetillae extractum fluidum 3g; Ammonii bituminosulfonas 2g; Natrii tetraboras 1g; Vaselinum flavum, Lanolinum, Aqua, Vanilinum ad 100g. - produkt leczniczy).
52. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 81** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Majamil PPH, 25 mg, tabl.dojelit., 30 szt, bl(3x10) w ilości 3 op. ? (preparat w konfekcji 20 tabl. - zakończona produkcja).
53. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 88** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Simeticonum 0,04g opakowanie 100 kps., posiadające takie same właściwości i zastosowanie co Dimeticonum 0,05 x 100 tbl.?
54. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 128** - Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu ProbioDr.
55. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 230** - Proszę o dopuszczenie wyceny dwóch oddzielnych pozycji 230a pozycji tj. Spriva x 90 kapsulek 30 opak. oraz 230 b HandiHaler x1 szt w ilości 90 szt. Jest to spowodowane rejestracją leku (Spriva x 90 kaps. zarejestrowana jest bez HandiHalera) oraz faktem, iż w przypadku sprzedaży na fakturze będą widoczne jako dwie oddzielne pozycje.

56. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 1.** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Diafer, 50 mg Fe(III)/ml; 2 ml, roztw.do wstrz., 25 amp. w ilości 36 op.?
57. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu CosmoFer, 50mgFe(III)/ml; 2ml, rozt.d/wstrz, inf, 5amp w ilości 180 op.?
58. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8** - Czy Zamawiający w Pakiet nr 1 - Leki poz. 8 (Bupivacaini hydrochloridum 5mg/ml roztwór do wstrzykiwań a' 4 ml, do podawania podopajęczynówkowego) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?
59. **Dotyczy Rozdziału XV „Ogólne warunki umowy” pkt. 28 ppkt b)** - Prosimy o zmianę zapisu poprzez jednoznaczne wskazanie, że kara będzie liczona od wartości niedostarczonej partii towaru podlegającego procedurze reklamacyjnej, a nie od wartości zamówionej partii towaru.
60. **Dotyczy Rozdziału XV „Ogólne warunki umowy” pkt. 29** - Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawnniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu”.
61. **Dotyczy Rozdziału XV „Ogólne warunki umowy” pkt. 29-** Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego naliczenia kary przez Zamawiającego w wysokości 1000 zł za niezrealizowane przez Wykonawcę zamówienie, gdyż wcześniejsze zapisy ogólnych warunków umowy przy dokonaniu zakupu zastępczego zobowiązują już Zamawiającego do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z umowy, a ceną jaką zapłaci Zamawiający u innego wykonawcy powiększoną o koszty transportu naliczone przez innego Wykonawcę. Obecny zapis z tak wysoką dodatkową karą jest według naszej opinii nadużyciem ze strony Zamawiającego.
62. **Dotyczy Rozdziału XV „Ogólne warunki umowy” pkt. 30** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów ogólnych warunków umowy w pkt 30 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?
63. **Dotyczy Rozdziału XV „Ogólne warunki umowy” pkt. 34** - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z pkt 34 ogólnych warunków umowy (Rozdz. XV SIWZ). Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
64. **Dotyczy Rozdziału XV „Ogólne warunki umowy” pkt. 41 ppkt c) i ppkt h)** - Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu Pkt 41 ppkt c) i ppkt h) ogólnych warunków umowy - Rozdział XV SIWZ)?
65. **Dotyczy Rozdziału XV „Ogólne warunki umowy” pkt. 21** - Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?
66. **Dotyczy Rozdziału XV „Ogólne warunki umowy” pkt. 28, pkt. 30** - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt. 28:
28. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru.** jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, po upływie 10 dni zwłoki Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu jej realizacji, z zachowaniem prawa do kar umownych,

- b) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru – w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostarczonej niezgodnie z zamówieniem partii towaru;**
- c) w przypadku dostaw zwykłych – 0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki - w przypadku nieusunięcia wad towaru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru.**
30. W przypadku odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **10%** wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
67. **Dotyczy Pakietu Nr 39** - Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?
68. **Dotyczy Pakietu Nr 39** - Czy Zamawiający w celu zapewnienia całkowitej kompatybilności, szczelności oraz funkcjonalności zestawu wymaga, aby zaoferowany zawór dozujący oraz pozostałe części składowe systemu typu maski, filtry, ustniki, jednorazowe zawory wydechowe pochodziły od jednego producenta ?
69. **Dotyczy Pakietu Nr 39** - Czy Zamawiający wymaga, aby korpus zaworu dozującego był nierozbieralny, tzn. nie było w nim elementów które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie i na potwierdzenie tego Wykonawca winien dołączyć do oferty instrukcję obsługi producenta?
70. **Dotyczy Rozdziału XV „Ogólne warunki umowy” pkt. 1.1.** – Prosimy o zmianę zapisów umowy na:
„- w zakresie dostaw zwykłych do ... (maksymalnie 3 dni robocze) dni roboczych od zgłoszenia w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręzonego środkami komunikacji elektronicznej, przy czym w przypadku dostaw gazu w butlach w okresie awarii zbiornika na tlen ciekły dostawa nastąpi maksymalnie do 5 godzin. Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę. W zakresie dostaw zwykłych dostawy odbywać się będą:”
71. **Dotyczy Rozdziału XV „Ogólne warunki umowy” pkt. 3 a)** – Prosimy o zmianę zapisów umowy na:
„W zakresie Pakietu Nr 37 poz.1-3 Wykonawca zobowiązany jest celem zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w tlen:
a) po zawarciu umowy, w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, dostarczyć i zainstalować na własny koszt na czas trwania umowy we wskazanym przez Zamawiającego miejscu zbiornik na ciekły tlen medyczny o pojemności 6 000 kg wraz z instalacją przyłączeniową oraz dokonać wszelkich koniecznych uzgodnień w celu jego odbioru i dopuszczenia do eksploatacji przez odpowiednie organy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zainstalowany zbiornik winien być wyposażony w system monitoringu pojemności zbiornika. ~~Po przyłączeniu systemu do istniejącej u Zamawiającego instalacji gazowej Wykonawca i Zamawiający ustalą wartość stanu zbiornika, której osiągnięcie zobowiązywało będzie Wykonawcę do kolejnej dostawy bez odrębnego zawiadomienia Zamawiającego~~”.
72. **Dotyczy Rozdziału XV „Ogólne warunki umowy” pkt. 21** – Prosimy o zmianę zapisów umowy na:
„Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I w zakresie Pakietów Nr 1- 6, Pakietu Nr 7 poz.1-244, Pakietów Nr 8-12, Pakietów nr 14-25, Pakietów Nr 27-36, Pakietu Nr 37 poz.1, 4, 5 i 9, Pakietu Nr 38 poz.1 i 2 oraz Pakietu Nr 39 poz.1 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej leków będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna brutto nie ulegnie zmianie. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nie ulega zmianie cena netto, do której doliczony zostanie podatek VAT w nowo kreślonej wysokości”.
73. **Dotyczy Rozdziału XV „Ogólne warunki umowy” pkt. 28 a, b, c** – Prosimy o zmianę zapisów umowy na:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości ~~brutto~~ netto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu

okoliczności za które Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność, po upływie 10 dni zwłoki Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu jej realizacji, z zachowaniem prawa do kar umownych,

- b) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości ~~brutto~~ netto zamówionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości,
- c) w przypadku dostaw zwykłych – 0,5 % wartości ~~brutto~~ netto zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki - w przypadku nieusunięcia wad towaru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 42 i 43 (Budesonidum 0,25 i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji 2 ml x 20 poj.) nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

Ad.2

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 42 i 43 (Budesonidum 0,25 i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji 2 ml x 20 poj.) nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

Ad.3

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 42 i 43 (Budesonidum 0,25 i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji 2 ml x 20 poj.) nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

Ad.4

Zamawiający w pakiecie Nr 7 poz. 42 i 43 (Budesonidum 0,25 i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji 2 ml x 20 poj.) nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie leku w postaci budezonidu zmikronizowanego.

Ad.5

Zamawiający w pakiecie Nr 7 poz. 42 i 43 (Budesonidum 0,25 i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji 2 ml x 20 poj.) nie wymaga ale dopuszcza również, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum) i drodze podania, lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta.

Ad.6

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 88 podtrzymuje wymagania SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu Simeticonum 0,04g 100 kapsułek.

Ad.7

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 57 dopuszcza również zaoferowanie leku Lioton 1000, 8,5 mg (1000 IU)/g, żel w opakowaniach 30g w ilości 350 opakowań jednostkowych.

Ad.8

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 32 i w Pakiecie Nr 5 poz. 68 nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu LactoDr. będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.9

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 128 nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu ProbioDr. będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.10

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 128 nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu LactoDr. będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.11

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 249 dopuszcza również zaoferowanie preparatu EnteroDr. będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.12

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 27 produktu Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5 ml z systemem Luer Slip, Luer lock. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.13

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 27 produktu o pojemności 5 ml pakowanego po 20 szt. w kartonie.

Ad.14

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 27 produktu Praxi-Flow™ w skład którego wchodzi: Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki Citra-Flow™ i Praxiject™ w ilości 75 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.15

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 27 z Pakietu Nr 2.

Ad.16

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany w Pakiecie Nr 11 pozycja 15 Midazolam posiadał w swoim składzie edetynian sodu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.17

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany w Pakiecie Nr 11 pozycja 16 Midazolam zgodnie z ChPL miał możliwość mieszania w jednej strzykawce z morfiną i wykazywał stabilności przez 24h w temp. 25°C.

Ad.18

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowana w Pakiecie Nr 16 pozycja 1 i 2 Ciprofloksacyna była w postaci monowodzianu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.19

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby w Pakiecie Nr 20 pozycja 3 zgodnie z ChPL istniała możliwość podania leku w dawce 1,5 g drogą domięśniową, dożylnie i infuzji. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Ad.20

Zamawiający w Pakiecie Nr 26 poz. 1 i 2 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.21

Zamawiający w Pakiecie Nr 26 poz. 1 i 2 podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wymaga, aby wraz z ofertą została złożona instrukcja użytkowania zaoferowanych produktów.

Ad.22

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ- „Ogólne warunki umowy”

Ad.23

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ- „Ogólne warunki umowy”

Ad.24

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ- „Ogólne warunki umowy”

Ad.25

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 26 poz. 1 i 2 wymaga zaoferowania chłonnej gąbki żelatynowej tamującej krwawienie, która może być stosowana m.in. do każdego zabiegu chirurgicznego. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Ad.26

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 pozycji 3, 4, 18, 20, 21, 25, 31, 35.

Ad.27

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.28

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i podtrzymuje zapisy Rozdziału VI SIWZ - Kryteria oceny ofert.

Ad.29

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu N 35 pozycji nr 2 i pozycji nr 4.

Ad.30

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.31

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.32

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w zakresie Pakietu Nr 38. Zamawiający w Pakiecie Nr 38 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym o pojemności wodnej 2 i 5 l, o ciśnieniu 200 bar, z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w:

- reduktor ciśnienia,
- przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min,
- wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej
- system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego- np. respirator lub inkubator transportowy,
- manometr lub cyfrowy wyświetlacz z inteligentnym systemem rozpoznawaniem czasu, dający możliwość odczytu:
 - ilości gazu pozostałego w butli przy zamkniętym zaworze (pokazana w litrach)
 - ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia (wskaźnik liniowy napełnienia butli)
 - czasu pozostałego do zużycia gazu w butli przy zadanym przepływie
- posiadających system alarmowy sygnalizujący:
 - przy napełnieniu butli gazem wynoszącym 25%
 - kiedy pozostaje mniej niż 15 min użytkowania przy zadanym przepływie
- zaczep umożliwiający zawieszenie ich na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów.

Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli.

Ad.33

Zamawiający zaoferowaną w Pakiecie nr 39 mieszaninę gazów tlen/podtlenek azotu 50/50 zamierza stosować również w położnictwie.

Ad.34

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie Pakietu Nr 39. Zgodnie z zapisem pkt.IV.1.4.4.1 SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona złożył oświadczenie, iż posiada niezbędne dokumenty dopuszczające zaoferowany w Pakiecie Nr 39 poz.1 asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2016r. poz. 2142 z póź.zm), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. Tym samym Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w Pakiecie Nr 39 poz.1 asortyment był produktem leczniczym, a co za tym idzie posiadał Charakterystykę Produktu Leczniczego zdefiniowaną w postanowieniach ww. ustawy.

Ad.35

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 39 poz.5 ustników jednorazowych z filtrem, będących standardowymi, ogólnodostępnymi wyrobami medycznymi o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej nie mniejszej niż 99,999%. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wymaga, aby powyższa skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej była potwierdzona kartą produktu lub oświadczeniem producenta.

Ad.36

Zamawiający w Pakiecie Nr 39 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.37

Zamawiający w Pakiecie Nr 39 poz. 2 zgodnie z zapisem SIWZ wymaga zaoferowania: „Dzierżawa zaworu dozującego. Zawór w pełni kompatybilny z zaoferowanymi w poz. 1 butlami oraz zaoferowanymi w poz. 5 ustnikami...”.

Ad.38

Zamawiający w Pakiecie Nr 39 poz. 2 zgodnie z zapisem SIWZ wymaga zaoferowania: „Dzierżawa zaworu dozującego. Zawór w pełni kompatybilny z zaoferowanymi w poz. 1 butlami oraz zaoferowanymi w poz. 5 ustnikami...”.

Ad.39

Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie innych wielkości opakowań preparatów niż wymagane w SIWZ. W przypadku, gdy na rynku występuje tylko opakowanie handlowe o wielkości innej, niż wymagana w SIWZ, Zamawiający odpowie na konkretne pytanie Wykonawcy. Zamawiający wymaga zadania pytania do odpowiedniej pozycji, jeśli Wykonawca zamierza zaoferować inną wielkość opakowania niż podaną w SIWZ.

Ad.40

Zamawiający odpowie na pytanie Wykonawcy dotyczące konkretnej pozycji w przypadku zamiennego wycenienia:

- drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie,
- tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie,
- tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie,
- kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie.

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form doustnych i wycenę zamiast tabletek – tabletek powlekanych i odwrotnie pod warunkiem spełnienia wymagań SIWZ odnośnie składu chemicznego i dawki. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Ad.41

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie, tj. ampulek zamiast fiolek i odwrotnie. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Ad.42

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. zamiast: (tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek) o powolnym uwalnianiu – (tabletki, tabletki powlekane lub kapsułki) o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Ad.43

Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod pakietem dla pozycji, dla których występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży, pod warunkiem, że brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie dotyczy każdego leku spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku równoważnego. Jednocześnie Zamawiający wymaga wyceny pozycji, dla których umieszczona jest adnotacja pod pakietem, a w przypadku wznowienia produkcji leku wycenionego lub równoważnego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wycenionego leku lub równoważnego w cenie podanej w ofercie.

Ad.44

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie:

- z pakietu 1 pozycji 38,
- z pakietu 2 pozycji 9, 12, 21, 22, 36, 52, 54, 56, 57,
- z pakietu 5 pozycji 6, 22, 24, 82, 94, 95, 104,
- z pakietu 7 pozycji 22, 46, 195,
- z pakietu 17 pozycji 10, 13.

Ad.45

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 13 dopuszcza również wycenę preparatu Etomidate-Lipuro 20mg/10ml, emulsja do wstrzykiwań 10 amp.

Ad.46

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji 31.

Ad.47

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 31 dopuszcza również wycenę preparatu Antytoksyna jadu żmii 500 j.a., roztwór do wstrzykiwań, 1 ampulka w ilości 3 ampulek.

Ad.48

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 produktu Theospirex, 20mg/ml, 10ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 5 amp.

Ad.49

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 51 dopuszcza również zaoferowanie produktu Terlipressini acetat EVER Pharma, 0,2mg/ml, 5 ml, roztwór do wstrzykiwań, 5 fiolek.

Ad.50

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 92 dopuszcza również zaoferowanie produktu Nystatyna Teva, 2800000j.m./28ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 butelka w ilości 550 opakowań.

Ad.51

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 107 dopuszcza również zaoferowanie produktu Tormentille Forte, maść 20 g, tuba.

Ad.52

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 81 dopuszcza również zaoferowanie produktu Majamil PPH 25 mg, tabletki dojelitowe, 30 sztuk w ilości 3 opakowań.

Ad.53

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 88 nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu Simeticonum 0,04 g, opakowanie 100 kaps.

Ad.54

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 128 nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu ProbioDr. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.55

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 230 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.56

Zamawiający w Pakiecie Nr 36 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu Diafer, 50 mg Fe(III)/ml, 2 ml, roztwór do wstrzykiwań, 25 amp.

Ad.57

Zamawiający w Pakiecie Nr 36 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu CosmoFer, 50 mg Fe(III)/ml, 2 ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 5 amp.

Ad.58

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 pozycja 8 nie wymaga ale dopuszcza również, aby zaoferowany produkt był pakowany w jałowe blistry.

Ad.59

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.60

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.61

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.62

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.63

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.64

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie Rozdziału XV pkt. 41 pkt c) i ppkt h). W przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej, Zamawiający nie wyraża zgody na sprzedaż w cenie zbliżonej do ceny rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kar przez Wykonawcę.

Ad.65

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.66

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.67

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 39 poz. 1 nie stawia dodatkowych wymagań ponad zawarte w treści SIWZ.

Ad.68

Zamawiający w Pakiecie Nr 39 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany zawór dozujący oraz pozostałe części składowe systemu typu maski, filtry, jednorazowe zawory dozujące z ustnikiem, zawór dozujący pochodziły od jednego producenta.

Ad.69

Zamawiający w Pakiecie Nr 39 poz. 2 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany zawór dozujący lek (gaz) był nierozbieralny, tzn. nie było w nim elementów, które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad.70-73

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a