



.....

Znak: AE/ZP-27-05/18

Tarnów, 2018-01-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: testów i innych materiałów do badań mikrobiologicznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Dotyczy Nr 5 do SIWZ „Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści test z kontrolą dodatnią w formie dodatknej linii kontrolnej?
2. Dotyczy Nr 5 do SIWZ „Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści test, gdzie w przypadku płynnych próbek kału, należy zastosować pipetkę, która nie jest zawarta w zestawie?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** testów z linią kontrolną jako kontrola dodatnią, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** zestawu bez pipetki, jeżeli zestaw zawiera test do którego w przypadku płynnych próbek kału należy zastosować pipetkę; dopuszcza natomiast żeby pipetka dostarczana była do każdego zaoferowanego zestawu oddzielnie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a