



Znak: AE/ZP-27-05/18

Tarnów, 2018-01-26

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: testów i innych materiałów do badań mikrobiologicznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy SIWZ Rozdział V, kryterium „Termin realizacji reklamacji”.** Czy Zamawiający poda maksymalny termin reklamacji, którego nie można przekroczyć?
2. **Dotyczy SIWZ Rozdział XIV.15 „Ogólne warunki umowy”.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie terminu płatności do 30 dni?
3. **Dotyczy SIWZ Rozdziału XIV.24 „Ogólne warunki umowy”.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?
4. **Dotyczy SIWZ Rozdział XIV.24 „Ogólne warunki umowy”.** Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?
5. **Dotyczy SIWZ Rozdział XIV.24 „Ogólne warunki umowy”.** Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?
6. **Dotyczy SIWZ Rozdział XIV.10 „Ogólne warunki umowy”.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO?
7. **Dotyczy SIWZ Rozdział XIV.10 „Ogólne warunki umowy”.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?
8. **Dotyczy SIWZ Rozdział XIV.** Czy zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany?
9. **Dotyczy SIWZ Rozdział XIV.** Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?
10. **Dotyczy SIWZ Rozdział XIV.** Czy Zamawiający może określić maksymalny okres czasu, na który może zostać aneksowana umowa?
11. **Dotyczy SIWZ Rozdział XIV.11 „Ogólne warunki umowy”.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości niezrealizowanej części umowy?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 1-2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie immunochromatograficznych testów kasetkowych?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 1-2** - Czy jako kontrolę dodatnią Zamawiający rozumie wewnętrzną kontrolę testu, w postaci linii kontrolnej?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający podał w SIWZ pkt VI.A ppkt 2), że deklarowany przez Wykonawcę „termin realizacji reklamacji” nie może być dłuższy niż 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie terminu płatności do 30 dni. Zamawiający wymaga terminu płatności nie krótszego niż 30 dni od daty wystawienia faktury, co określił w pkt IV.1 Formularza Ofertowego.

Ad. 3-8, 11 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie do Ogólnych warunków umowy zaproponowanych w pytaniach zmian.

Ad. 9 Zamawiający nie określał w SIWZ formy porozumiewania się w przypadku reklamacji, w związku z czym dopuszcza również e-mailowy sposób porozumiewania w tym zakresie.

Ad. 10 Zamawiający nie określi maksymalnego okres czasu, na który może zostać aneksowana umowa, ponieważ nie przewiduje takiej zmiany.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1-2** immunochromatograficznych testów kasetkowych.

Ad. 13 Zamawiający wymaga aby testy zaoferowane w **Pakiecie nr 2 poz. 1-2** posiadały kontrolę dodatkową i dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1-2** testów z kontrolą dodatkową testu w postaci linii kontrolnej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ..

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a