



Znak: AE/ZP-27-12/18

Tarnów, 2018-03-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawy myjni - dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji chemicznej endoskopów giętkich - 3 sztuki dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 6, 27** – Prosimy o dopuszczenie zwalidowanych z myjnią – tym samym z potwierdzoną skutecznością w ściśle określonych warunkach środków dwóch producentów. Przyjmuje się, że walidacja to generalnie uzyskanie dowodu, że środki kontroli przyjęte w ramach określonego działania są skuteczne. Nie zwalidowane preparaty nie gwarantują efektywności biobójczej i niosą ze sobą ryzyko kontaminacji, a tym samym przenoszeniem zakażeń krzyżowych na pacjenta.
2. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 8, 29** - Prosimy o doprecyzowanie określenia „praca w systemie zamkniętym”. Czy Zamawiający ma na myśli użycie środka wielodniowego czy też jednorazowo pobieranego z pojemników do każdego cyklu, a następnie usuwanego z komory myjni do kanalizacji?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 11, 32** - Prosimy o dopuszczenie ekranu z wyświetlaczem w języku angielskim. Do myjni dołączona jest zawsze instrukcja w języku polskim.
4. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 13, 34** - Prosimy o dopuszczenie systemu uzdatniania biologicznego wody do każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji polegającego na przepływie wody poprzez zewnętrzne filtry wody :1,0 µm , 0,45µm oraz dodatkowy filtr wewnętrzny 0,2µm. Woda osiąga czystość mikrobiologiczną wymaganą normą EN 15883-1,4
5. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 5-** Prosimy o doprecyzowanie czy pisząc o etapie suszenia Zamawiający ma na myśli suszenie kanałów endoskopów, czy też również powierzchni zewnętrznych (płaszcz)?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 6** - Prosimy o odstąpienie od punktowania ilości producentów środków dezynfekcyjnych. Punktacja taka pozbawiona jest sensu. Urządzenia przez nas oferowane pozwalają na użytkowanie praktycznie każdego środka opartego na kwasie nadoctowym, dedykowanego do dezynfekcji endoskopów elastycznych w automatycznych myjniach dezynfektorach. Warunkiem używania środka jest przeprowadzenie walidacji procesu. Żaden z wytwórców myjni w trakcie obowiązkowego badania tego typu, nie przeprowadza badań z większą ilością środków niż 2-3 ze względu na koszty. Jeśli producent środków chemicznych chciałby je zastosować w danym urządzeniu, to powinien sam przeprowadzić walidację procesu. W przypadku, gdyby Zamawiający zdecydował się na stosowanie środków dla których producent myjni nie przeprowadził walidacji procesu, to na Zamawiającym (bądź dostawcy środków) ciąży obowiązek przeprowadzenia takiej walidacji. W innym przypadku całe ryzyko związane z prawidłowością przebiegu procesu mycia i dezynfekcji endoskopów przechodzi na Zamawiającego. Mając na względzie powyższe prosimy o zmianę zapisu pkt. 6 SIWZ.
7. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 8** - Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający ma na myśli pisząc o „pracy w systemie zamkniętym”? Czy chodzi o to, aby urządzenie było wyposażone w kondensator oparów zapobiegający wydostawaniu się par środków chemicznych do pomieszczenia? Czy też Zamawiający ma na myśli wielokrotne użycie czynnika dezynfekcyjnego? Rozwiązanie takie nie pozwala na zwalidowanie procesu mycia i dezynfekcji, ze względu na zmieniające się ciągle stężenie środka dezynfekcyjnego w roztworze (z każdym kolejnym procesem stężenie jest coraz niższe), a więc przeprowadzany proces jest procesem niezwalidowanym, co niesie ryzyko roszczeń ze strony pacjentów w przypadku ich zakażenia.
8. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 9** - Ponieważ temperatura procesu dezynfekcji uzależniona jest od zastosowanych środków i dla większości środków jest w zakresie 35 - 37°C, prosimy o dopuszczenie maksymalnej temperatury procesu dezynfekcji na poziomie 37°C.
9. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 13** - Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-4 nie precyzuje, w jaki sposób woda procesowa powinna być uzdatniana, wybór najlepszej metody pozostawiając producentom urządzeń, prosimy o dopuszczenie innych form uzdatniania wody takich jak termodezynfekcja czy filtry mikrobiologiczne. Wymaganie stosowania tylko jednego sposobu – lampy UV (w dodatku zanurzonej w

1

zbiorniku) jednoznacznie wskazuje na konkretne rozwiązania, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu urządzenia. Dodatkowo lampa UV nie pozwala na eliminację zanieczyszczeń stałych (jak np. Filtry mikrobiologiczne), które mogą uszkodzić delikatną optykę endoskopu.

10. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 18** - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając zgodności z normami PN-EN ISO 15883-1:2009 oraz PN-EN ISO 15883-4? Normy te zostały zastąpione przez odpowiednio PN-EN ISO 15883-1:2010 oraz PN-EN ISO 15883-4:2010.
11. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 18** - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie spełniało wymagania obecnie obowiązujących norm?
12. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 19** - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie wyposażoną w zbiornik ze środkiem dezynfekcyjnym, która pobiera środek bezpośrednio z opakowania zbiorczego? Rozwiązanie takie jest dużo nowocześniejsze niż opisane w SIWZ, gdyż nie wymaga napełniania zbiornika (minimalizacja ryzyka rozlania) oraz nie powoduje strat środka (jak w przypadku automatycznego opróżniania zbiornika, tak jak opisano w p. 19 SIWZ).
13. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 26** - Prosimy o doprecyzowanie, czy pisząc o etapie suszenia Zamawiający ma na myśli suszenie kanałów endoskopów, czy też również powierzchni zewnętrznych (płaszcz)?
14. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 27** - Prosimy o odstąpienie od punktowania ilości producentów środków dezynfekcyjnych. Punktacja taka pozbawiona jest sensu. Urządzenia przez nas oferowane pozwalają na użytkowanie praktycznie każdego środka opartego na kwasie nadoctowym, dedykowanego do dezynfekcji endoskopów elastycznych w automatycznych myjniach dezynfektorach. Warunkiem używania środka jest przeprowadzenie walidacji procesu. Żaden z wytwórców myjni w trakcie obowiązkowego badania tego typu nie przeprowadza badań z większą ilością środków niż 2-3 ze względu na koszty. Jeśli producent środków chemicznych chciałby je zastosować w danym urządzeniu, to powinien sam przeprowadzić walidację procesu. W przypadku, gdyby Zamawiający zdecydował się na stosowanie środków dla których producent myjni nie przeprowadził walidacji procesu, to na Zamawiającym (bądź dostawcy środków) ciąży obowiązek przeprowadzenia takiej walidacji. W innym przypadku całe ryzyko związane z prawidłowością przebiegu procesu mycia i dezynfekcji endoskopów przechodzi na Zamawiającego. Mając na względzie powyższe prosimy o zmianę zapisu p. 27 SIWZ.
15. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 29** - Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający ma na myśli pisząc o „pracy w systemie zamkniętym”? Czy chodzi o to, aby urządzenie było wyposażone w kondensator oparów, zapobiegający wydostawaniu się par środków chemicznych do pomieszczenia? Czy też Zamawiający ma na myśli wielokrotne użycie czynnika dezynfekcyjnego? Rozwiązanie takie nie pozwala na zwalidowanie procesu mycia i dezynfekcji ze względu na zmieniające się ciągle stężenie środka dezynfekcyjnego w roztworze (z każdym kolejnym procesem stężenie jest coraz niższe), a więc przeprowadzany proces jest procesem niezwalidowanym, co niesie ryzyko roszczeń ze strony pacjentów w przypadku ich zakażenia.
16. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 30** - Ponieważ temperatura procesu dezynfekcji uzależniona jest od zastosowanych środków i dla większości środków jest w zakresie 35 - 37°C, prosimy o dopuszczenie maksymalnej temperatury procesu dezynfekcji na poziomie 37°C.
17. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 34** - Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-4 nie precyzuje, w jaki sposób woda procesowa powinna być uzdatniana, wybór najlepszej metody pozostawiając producentom urządzeń, prosimy o dopuszczenie innych form uzdatniania wody takich jak termodezynfekcja czy filtry mikrobiologiczne. Wymaganie stosowania tylko jednego sposobu – lampy UV (w dodatku zanurzonej w zbiorniku) jednoznacznie wskazuje na konkretne rozwiązania, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu urządzenia. Dodatkowo lampa UV nie pozwala na eliminację zanieczyszczeń stałych (jak np. Filtry mikrobiologiczne), które mogą uszkodzić delikatną optykę endoskopu.
18. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 39** - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając zgodności z normami PN-EN ISO 15883-1:2009 oraz PN-EN ISO 15883-4? Normy te zostały zastąpione przez odpowiednio PN-EN ISO 15883-1:2010 oraz PN-EN ISO 15883-4:2010.
19. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 39** - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie spełniało wymagania obecnie obowiązujących norm?

20. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 40** - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie wyposażoną w zbiornik ze środkiem dezynfekcyjnym, która pobiera środek bezpośrednio z opakowania zbiorczego? Rozwiązanie takie jest dużo nowocześniejsze niż opisane w SIWZ, gdyż nie wymaga napełniania zbiornika (minimalizacja ryzyka rozlania) oraz nie powoduje strat środka (jak w przypadku automatycznego opróżniania zbiornika, tak jak opisano w p. 40 SIWZ).
21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie przedmiotu postępowania na dwa osobne pakiety i dopuści możliwość składania ofert częściowych?
22. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 5, 26** - Prosimy o doprecyzowanie czy zapis: „oczyszczanie wody płuczającej” może być realizowane poprzez dołączony do myjni zestaw filtrów mechanicznych czy lampę UV?
23. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 4** - Prosimy o dopuszczenie myjni z możliwością mycia i dezynfekcji w 2 komorach bez stykania się powierzchni endoskopów?
24. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 14, 35** - Czy złącze testera szczelności powinno być umieszczone w komorze myjącej lub w miejscu umożliwiającym podłączenia testera przy zamkniętej szczelnie pokrywie komory. Bez ryzyka przeprowadzenia drenów przez krawędzie uszczelek komory/pokrywy?
25. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 21, 42** - Prosimy o podanie nazwy systemu endoskopowego (nazwy producenta endoskopów lub systemu archiwizacji) do którego powinna być możliwość przesyłania danych z procesu mycia i dezynfekcji.
26. **Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt. 10** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę by wskazane terminy rozpoczynały swój bieg z chwilą dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie udzielonej gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy).
27. **Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt. 14** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpowiednie zmniejszenie wysokości kar umownych:
- a) z 0,2% do 0,1%
 - b) z 5% do 1%
 - c) z 10% do 5%
 - d) 0,2% do 0,1% z zastrzeżeniem, że fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas zwłoki wyłącza możliwość stosowania kar umownych
28. **Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt. 21** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie wskazanego terminu do 10 dni roboczych?
29. **Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt. 23** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu o klauzule: „ (...) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.
30. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 14** - Czy Zamawiający dopuści myjnię na 2 endoskopy z testerem szczelności na początku procesu mycia i dezynfekcji?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie pkt.6 i 27 Załącznika Nr 6.

Ad.2

Zamawiający w pkt. 8 i 29 Załącznika Nr 6 poprzez określenie „praca w systemie zamkniętym” ma na myśli wielokrotne użycie środka dezynfekcyjnego w okresie jego trwałości w sposób technologicznie powtarzalny.

Ad.3

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w pkt.11 i 32 Załącznika Nr 6 urządzenia, w którym nie ma możliwości wyświetlania komunikatów w języku polskim.

Ad.4

Zamawiający nie dopuszcza w pkt.13 i 34 Załącznika Nr 6 zaoferowania systemu uzdatniania biologicznego wody do każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji polegającego na przepływie wody poprzez zewnętrzne filtry wody: 1,0µm, 0,45µm oraz dodatkowy filtr wewnętrzny 0,2µm. Woda osiąga czystość mikrobiologiczną wymaganą normą EN 15883-1,4. Zamawiający, zgodnie z wymogiem określonym w Załączniku Nr 6, wymaga zaoferowania myjni, które oczyszczają wodę za pomocą zestawu filtrów i lampy UV.

Ad.5

Zamawiający w pkt.5 Załącznika Nr 6 poprzez określenie „suszenie” ma na myśli suszenie kanałów endoskopów.

Ad.6

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie pkt.6 Załącznika Nr 6.

Ad.7

Zamawiający w pkt. 8 Załącznika Nr 6 poprzez określenie „praca w systemie zamkniętym” ma na myśli wielokrotne użycie środka dezynfekcyjnego w okresie jego trwałości w sposób technologicznie powtarzalny.

Ad.8

Zamawiający w pkt.9 Załącznika Nr 6 dopuszcza również maksymalną temperaturę procesu dezynfekcji na poziomie 37°C.

Ad.9

Zamawiający nie dopuszcza w pkt.13 Załącznika Nr 6 zaoferowania systemu uzdatniania wody w formie termodezynfekcji lub filtrów mikrobiologicznych. Zamawiający, zgodnie z wymogiem określonym w Załączniku Nr 6, wymaga zaoferowania myjni, które oczyszczają wodę za pomocą zestawu filtrów i lampy UV.

Ad.10

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz.1579 z późn.zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.18 Załącznika Nr 6 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego” **zapis o treści:**

„Myjnia spełniająca wymogi zharmonizowanej normy unijnej dla myjni dezynfektorów PN-EN ISO 15883-1:2009 oraz PN-EN ISO 15883-4:2009 lub równoważnych”

zmienia na zapis o treści:

„Myjnia spełniająca wymogi zharmonizowanej normy unijnej dla myjni dezynfektorów PN-EN ISO 15883-1:2010 oraz PN-EN ISO 15883-4:2010 lub równoważnych”

Ad.11

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie spełniało wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Ad.12

Zamawiający w pkt.19 Załącznika Nr 6 nie dopuszcza zaoferowania myjni nie wyposażonej w zbiornik ze środkiem dezynfekcyjnym, która pobiera środek bezpośrednio z opakowania zbiorczego. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania myjni posiadającej automatyczny proces opróżniania zbiornika ze środkiem dezynfekującym sterowany z konsoli urządzenia.

Ad.13

Zamawiający w pkt.26 Załącznika Nr 6 poprzez określenie „suszenie” ma na myśli suszenie kanałów endoskopów.

Ad.14

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie pkt.27 Załącznika Nr 6.

Ad.15

Zamawiający w pkt. 29 Załącznika Nr 6 poprzez określenie „praca w systemie zamkniętym” ma na myśli wielokrotne użycie środka dezynfekcyjnego w okresie jego trwałości w sposób technologicznie powtarzalny.

Ad.16

Zamawiający w pkt.30 Załącznika Nr 6 dopuszcza również maksymalną temperaturę procesu dezynfekcji na poziomie 37°C.

Ad.17

Zamawiający nie dopuszcza w pkt.34 Załącznika Nr 6 zaoferowania systemu uzdatniania wody w formie termodezynfekcji lub filtrów mikrobiologicznych. Zamawiający, zgodnie z wymogiem określonym w Załączniku Nr 6, wymaga zaoferowania myjni, które oczyszczają wodę za pomocą zestawu filtrów i lampy UV.

Ad.18

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz.1579 z póź.zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.39 Załącznika Nr 6 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego” **zapis o treści:**

„Myjnia spełniająca wymogi zharmonizowanej normy unijnej dla myjni dezynfektorów PN-EN ISO 15883-1:2009 oraz PN-EN ISO 15883-4:2009 lub równoważnych”

zmienia na zapis o treści:

„Myjnia spełniająca wymogi zharmonizowanej normy unijnej dla myjni dezynfektorów PN-EN ISO 15883-1:2010 oraz PN-EN ISO 15883-4:2010 lub równoważnych”

Ad.19

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie spełniało wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Ad.20

Zamawiający w pkt.40 Załącznika Nr 6 nie dopuszcza zaoferowania myjni nie wyposażonej w zbiornik ze środkiem dezynfekcyjnym, która pobiera środek bezpośrednio z opakowania zbiorczego. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania myjni posiadającej automatyczny proces opróżniania zbiornika ze środkiem dezynfekującym sterowany z konsoli urządzenia.

Ad.21

Zamawiający nie wyraża zgody na rozdzielenie przedmiotu postępowania na dwa osobne pakiety.

Ad.22

Zamawiający, zgodnie z wymogiem określonym w Załączniku Nr 6, wymaga zaoferowania myjni, które oczyszczają wodę za pomocą zestawu filtrów i lampy UV.

Ad.23

Zamawiający nie dopuszcza w pkt.4 Załącznika Nr 6 myjni z możliwością mycia i dezynfekcji w 2 komorach bez stykania się powierzchni endoskopów.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz.1579 z póź.zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.4 Załącznika Nr 6 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego” **zapis o treści:**

„Myjnia jednostanowiskowa z możliwością mycia 2 endoskopów równocześnie.”

zmienia na zapis o treści:

„Myjnia jednostanowiskowa z możliwością mycia 1 endoskopu.”

Ad.24

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz.1579 z póź.zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.14 Załącznika Nr 6 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego” **zapis o treści:**

„Tester szczelności utrzymujący w sposób ciągły w endoskopie nadciśnienie (przez okres całego cyklu) celem zmniejszenia ryzyka zalania endoskopu.”

zmienia na zapis o treści:

„Tester szczelności utrzymujący w sposób ciągły w endoskopie nadciśnienie (przez okres całego cyklu) celem zmniejszenia ryzyka zalania endoskopu lub tester szczelności i funkcja, która utrzymuje w sposób ciągły w endoskopie nadciśnienie (przez okres całego cyklu) celem zmniejszenia ryzyka zalania endoskopu.”

2/ w pkt.35 Załącznika Nr 6 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego” **zapis o treści:**

„Tester szczelności utrzymujący w sposób ciągły w endoskopie nadciśnienie (przez okres całego cyklu) celem zmniejszenia ryzyka zalania endoskopu.”

zmienia na zapis o treści:

„Tester szczelności utrzymujący w sposób ciągły w endoskopie nadciśnienie (przez okres całego cyklu) celem zmniejszenia ryzyka zalania endoskopu lub tester szczelności i funkcja, która utrzymuje w sposób ciągły w endoskopie nadciśnienie (przez okres całego cyklu) celem zmniejszenia ryzyka zalania endoskopu.”

Ad.25

Zamawiający informuje, iż wymaga, aby urządzenie miało możliwość przesyłania danych z procesu mycia i dezynfekcji do systemu archiwizacji danych, lecz funkcja ta nie będzie obecnie wykorzystywana.

Ad.26

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Rozdziale XV pkt.10 SIWZ.

Ad.27

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Rozdziale XV pkt.14 SIWZ.

Ad.28

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Rozdziale XV pkt.21 SIWZ.

Ad.29

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Rozdziale XV pkt.23 SIWZ.

Ad.30

Zamawiający nie dopuści w pkt.14 Załącznika Nr 6 myjni na 2 endoskopy z testerem szczelności na początku procesu mycia i dezynfekcji.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz.1579 z póź.zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.4 Załącznika Nr 6 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego” **zapis o treści:**

„Myjnia jednostanowiskowa z możliwością mycia 2 endoskopów równocześnie.”

zmienia na zapis o treści:

„Myjnia jednostanowiskowa z możliwością mycia 1 endoskopu.”

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.10, Ad.18, Ad.23, Ad.24 i Ad.30, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 27.03.2018r godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 27.03.2018r. godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, V, X.1, XI.1, Załącznika Nr 6 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 6 do SIWZ po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a