



Znak: AE/ZP-27-13/18

Tarnów, 2018-03-01

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawy: stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem, akcesoriów do zabiegów naprawczych, przewodników hydrofilnych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2, pkt 9 Załącznika Nr 6.2 do SIWZ.** Czy Zamawiający pisząc „Elektrody do zatoki wieńcowej bipolarne DF1 i DF4”, miał na myśli elektrody bipolarne ze złączem IS1 i kwadripolarne IS4?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3 i 4, pkt 3 Załącznika Nr 6.5 do SIWZ.** Czy zamawiający dopuści urządzenia z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego tylko w urządzeniach ze złączem DF4, bez limitu czasowego, bez stref wykluczenia z funkcją automatycznego wyjścia z MRI Mode?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1, pkt 11 Załącznika Nr 6.6 do SIWZ.** Czy zamawiający dopuści urządzenia bez programu nocnego ale z możliwością zaprogramowania zaawansowanych funkcji-Accelerometr, Minute Ventilation lub hybrydy obu z nich-aby stymulować z adoptowalną częstotliwością impulsów(w badaniach klinicznych wykazano korzyści kliniczne wynikające z prowadzenia stymulacji z adaptacją częstotliwości impulsów z użyciem każdego z tych sensorów)?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający potwierdza, że zapis „Elektrody do zatoki wieńcowej bipolarne DF1 i DF4” w **pkt 9 Załącznika Nr 6.2 do SIWZ** odnoszący się do przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** oznacza elektrody bipolarne ze złączem IS1 i kwadripolarne IS4.

Ad 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 3 i 4** urządzenia z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego tylko w urządzeniach ze złączem DF4, bez limitu czasowego, bez stref wykluczenia z funkcją automatycznego wyjścia z MRI Mode.

Ad 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** również urządzenia bez programu nocnego ale z możliwością zaprogramowania zaawansowanych funkcji-Accelerometr, Minute Ventilation lub hybrydy obu z nich-aby stymulować z adoptowalną częstotliwością impulsów.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a