



Znak: AE/ZP-27-19/18

Tarnów, 2018-03-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy środków do myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynnego, stężonego preparatu o kwaśnym pH (ok. 1,3) do termicznego przygotowania kaczek i basenów. Oferowany produkt zapobiega powstawaniu i usuwa powstałe osady, posiada bardzo dobrą zgodność materiałową ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi, nie pieni się. Opisany preparat zawiera stabilizatory twardości, kwasy organiczne, substancje chroniące przed korozją. Wyrób medyczny, opakowanie 5 kg?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 i 2.** Prosimy o informacje czy do przeliczania zamawianych ilości przyjąć 5 kg=5l, czy wyliczyć ilość z gęstości?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy na dowód kompatybilności oferowanych preparatów z myjnią STEELCO, Zamawiający oczekuje rekomendacji firmy Steelco do stosowania w myjni-dezynfektorach.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1 i 2** opisanego w pytaniu środka, ponieważ zgodnie z Formularzem Cenowym w poz. 1 wymaga środka do mycia, natomiast w poz. 2 środka zmiękczającego wodę.

Ad 2 Zgodnie wymogiem określonym w Formularzu Cenowym Zamawiający w Pakietach Nr 1 – 4 wymaga zaoferowania 5 litrowych opakowań (a nie wyliczania gęstości), dopuszcza natomiast przelicznik 5 kg=5 l, pod warunkiem spełniania przez zaoferowany przedmiot zamówienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 3 Zamawiający nie wymaga w **Pakiecie Nr 3** rekomendacji firmy Steelco, na dowód kompatybilności oferowanych preparatów z myjnią STEELCO. Zamawiający wymaga wyłącznie dokumentów określonych w SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a