



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-20/18

Tarnów, 2018-03-26

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dzierżawę analizatorów do badań immunochemicznych wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Ponieważ posiadamy w ofercie kilka różnych testów do oznaczania HCG, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zamierza stosować test B-HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu oraz w ginekologii onkologicznej?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1, pkt 12 Załącznika Nr 6.1 do SIWZ w części dotyczącej analizatora wiodącego.** Czy pod określeniem "Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora" Zamawiający rozumie taki system chłodzenia odczynników w stałej temperaturze, który jest zgodny z wymogami producenta odczynników i który opisany jest w instrukcji obsługi, co gwarantuje stabilność odczynników na pokładzie?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym, zgodnym z obowiązującymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC i umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1, pkt 17 Załącznika Nr 6.1 do SIWZ w części dotyczącej analizatora wiodącego.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego do wewnętrznej kontroli jakości pochodzącego od Producenta odczynników wraz z dedykowanym oprogramowaniem, co zapewni najwyższą wiarygodność, jakości i spójność wyników?
5. **Dotyczy pkt XV SIWZ Ogólne warunki umowy.** W związku z możliwością przystąpienia do ww postępowania przetargowego Wykonawców, którzy chcieliby wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy następujących punktów w paragrafach:
 - 1) Dopisanie do umowy ustępu o brzmieniu:
„W przypadku gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum:
 1. Wykonawca 1 odpowiedzialny jest za realizację Umowy w zakresie
 2. Wykonawca 2 odpowiedzialny jest za realizację Umowy w zakresie
 - 2) Dopisanie do umowy ustępu w brzmieniu:
„Podmioty działające wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy”.
 - 3) Dopisanie do umowy zdania o brzmieniu:
„W przypadku, gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum, Zamawiający będzie składał zamówienia częściowe odpowiednio u Wykonawcy 1 albo u Wykonawcy 2, odpowiedzialnego za wykonanie danego zakresu zamówienia:
- zamówienia w zakresie składane będą pod numerem faksu nr
- zamówienia w zakresie składane będą pod numerem faksu nr”
 - 4) Modyfikację Umowy poprzez dodanie ustępu w brzmieniu:
„W przypadku gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum zapłata należności za dostawę odczynników i akcesoriów oraz z tytułu dzierżawy analizatorów następować będzie po każdej dostawie przelewem na podstawie faktur VAT wystawianych odpowiednio przez Wykonawcę 1 albo Wykonawcę 2, odpowiedzialnego za wykonanie danego zakresu przedmiotu umowy.”

6. **Dotyczy pkt XV.16 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „20%” na „10%”?
7. **Dotyczy pkt XV.19 i 22 ppkt.2 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
8. **Dotyczy pkt XV.25 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych?
9. **Dotyczy pkt XV.30 SIWZ.** Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru (Załącznik Nr 1 do niniejszego pisma)
10. **Dotyczy pkt V.b) ppkt 2 SIWZ.** Czy w przypadku dołączenia oryginału wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga aby oryginał został trwale spięty z ofertą? Czy z ofertą należy spiąć tylko kopię, a oryginał umieścić w jednej kopercie z ofertą?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 2, pkt 8 Załącznika Nr 6.2 do SIWZ.** Czy w pkt. 8 Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z systemem metodyki oznaczeń w języku polskim, kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku polskim oraz instrukcje obsługi analizatorów jeśli Wykonawca udostępni stronę internetową, na której wymagane dokumenty będą dostępne? Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych oraz instrukcje obsługi aparatu w języku polskim dostępne dla Zamawiającego całodobowo.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 2, pkt 8 Załącznika Nr 6.2 do SIWZ.** W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe pytanie, czy Zamawiający dopuści aby metodyki oznaczeń w języku polskim, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim oraz instrukcje obsługi analizatorów zostały dostarczone na płycie CD?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 2, pkt 14 Załącznika Nr 6.2 do SIWZ.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: Serwis techniczny na okres obowiązywania umowy wliczony w dzierżawę: obejmujący naprawy i przeglądy za wyjątkiem części zużywalnych wyszczególnionych w ofercie w Załączniku Nr 1, czas naprawy - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii, czas wymiany na inny aparat - do 72 godzin w dni robocze?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pkt XV Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie udostępnienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania aparatu immunochemicznego: „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie VPN w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych Osobowych”?
15. **Dotyczy pkt XV.1 Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą loco magazynu Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w okresie 24 miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy, każdorazowo w ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie pisemnie, faxem lub e-mailem. Wykonawca realizował będzie zamówienie Zamawiającego w okresie do 7 dni kalendarzowych od jego zgłoszenia. Dostawa analizatorów wraz z osprzętem ujętych w Pakietach Nr 1 – 3 do 14 dni od daty podpisania umowy.”?

16. **Dotyczy pkt XV.15 a) Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „0,2 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, po upływie 10 dni zwłoki Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu jej realizacji, z zachowaniem prawa do kar umownych,”?
17. **Dotyczy pkt XV.15 b) Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „0,3 % wartości brutto zamówionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości. Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt b), poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie dni kalendarzowych od daty zgłoszenia (maksymalnie 5 dni kalendarzowych).”?
18. **Dotyczy pkt XV.16 Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”?
19. **Dotyczy pkt XV.18 Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?
20. **Dotyczy pkt XV.25 Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców obciążając Wykonawcę związanego z Zamawiającym niniejszą umową różnicą poniesionych kosztów wynikającą z ceny określonej w umowie a ceną nabycia u podmiotu trzeciego. W przypadku zakupu od innych Wykonawców Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy, a ceną, jaką zapłaci Zamawiający u innego Wykonawcy powiększoną o koszty transportu naliczone przez innego Wykonawcę. W przypadku dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego zakupu niedostarczonego towaru u innego Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.”?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 3 pkt 3 Załącznika Nr 6.3 do SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w postępowaniu przetargowym zaoferować analizator o wydajności do 100 testów na godzinę dla reakcji jednostopniowej w trybie STAT?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 3 pkt 8 Załącznika Nr 6.3 do SIWZ.** Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone odczynniki, kalibratory i kontrole pochodziły od jednego producenta?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia pracującego bez konieczności używania jednorazowych końcówek dozujących stosującego system mycia sond zapewniający wartość współczynnika przenoszenia poniżej 0.1 ppm- poniżej istotności klinicznej?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 3 pkt 15 Załącznika Nr 6.3 do SIWZ** Wymagane minimalne parametry notebooka i oprogramowania. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania komputera z dwoma złączami video Displayport i VGA?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz Cenowy.** Czy dla testów do oznaczeń wirusologicznych: HBs, HIV, HCV wyniki muszą być interpretowane w oparciu o jednoznacznie wyliczony punkt odcięcia („cut-off”) - bez uwzględniania tzw. Szarej strefy, co potwierdzą ulotki odczynnikowe?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 3 pkt 9 Załącznika Nr 6.3 oraz pkt 2 Załącznika Nr 7 do SIWZ.** Prosimy o wykreślenie zapisu pkt. 9 z parametrów granicznych albowiem punkt ten pokrywa się z punktem parametrów ocenianych.
27. **Dotyczy pkt XV.23 Ogólne warunki umowy.** Prosimy o podanie minimalnego progu wykonania umowy.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1** testu do oznaczania b-HCG posiadającego wskazanie producenta do monitorowania ciąży oraz diagnostyki i monitorowania nowotworów – zgodnie z pkt 2 Załącznika Nr 7 jest to parametr oceniany.

Ad.2 Zamawiający potwierdza, że zapis dotyczący przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1, w pkt 12** Załącznika Nr 6.1 do SIWZ o treści „Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora” oznacza taki system chłodzenia odczynników w stałej temperaturze, który jest zgodny z wymogami producenta odczynników i który opisany jest w instrukcji obsługi, co gwarantuje stabilność odczynników na pokładzie.

Ad.3 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1** testu do oznaczania troponiny posiadającego wskazanie i rekomendacje Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego do zastosowania 1-godzinnego algorytmu diagnostycznego zawału serca. Odpowiedni dokument/y Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na każde wezwanie – zgodnie z pkt 5 Załącznika Nr 7 jest to parametr oceniany.

Ad.4 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w **Pakiecie 1 w Załączniku Nr 6.1 pkt 17** dotyczące materiałów kontrolnych.

Ad.5-8, 15-20 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.9 Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie załączonego do pytania wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.XV SIWZ dodaje pkt.32 o treści:

„32. W zakresie dotyczącym zasad ochrony danych osobowych Zamawiający zawrze z Wykonawcą, w dniu podpisania niniejszej umowy, umowę wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ. .”

Ad.10 Zgodnie z zapisem zawartym w pkt.V.2 SIWZ wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359 z późn. zm.), Wykonawca winien złożyć w formie oryginału w kasie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie lub załączyć w formie oryginału do oferty, w takim przypadku oferta musi zawierać także kopię tych dokumentów zgodnie z wymaganiami pkt IV.2.5 SIWZ.

Ad.11 i 12 Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 2** udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej, na której będą się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych oraz instrukcje obsługi aparatu w języku polskim dostępne dla Zamawiającego całodobowo, pod warunkiem równoczesnego dostarczenia tych dokumentów na płycie CD.

Ad.13 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w **Pakiecie 2 w Załączniku Nr 6.2 pkt 14** dotyczące warunków serwisowania.

Ad.14 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w **Pakiecie Nr 2** zmian do umowy zaproponowanych w pytaniu.

Ad.21 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** analizatora o wydajności minimum 100 (± 10) analiz na godzinę dla reakcji jednostopniowych w trybie STAT.

Ad.22 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby wszystkie dostarczone w ramach **Pakietu Nr 3** odczynniki, kalibratory i kontrole pochodziły od jednego producenta.

Ad.23 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w ramach **Pakietu Nr 3** urządzenia pracującego bez konieczności używania jednorazowych końcówek dozujących stosującego system mycia sond zapewniający wartość współczynnika przenoszenia poniżej 0.1 ppm- poniżej istotności klinicznej.

Ad.24 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w ramach **Pakietu Nr 3** komputera z dwoma złączami video Displayport i VGA

Ad.25 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w ramach **Pakietu Nr 3** testów do oznaczeń wirusologicznych: HBs, HIV, HCV opisanych w pytaniu.

Ad.26

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w Załączniku Nr 6.3 do SIWZ usuwa pkt.9 o treści:

„Możliwość dostawiania próbek, kalibratorów, materiału kontrolnego w trakcie pracy analizatora bez jej przerywania.”

Ad.27 Zamawiający nie poda minimalnego progu wykonania umowy ponieważ nie jest w stanie określić ile będzie miał pacjentów i jakich badań będą wymagać.

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.9 i Ad.26 oraz wyżej dokonaną zmianą treści SIWZ, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 16.04.2018r godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 16.04.2018r. godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, V, X.1, XI.1, XV, Załączniku Nr 6.3 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 6.3 do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ oraz Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta w dniu 2017 roku, w pomiędzy:
z siedzibą w wpisaną do Rejestru
 Przedsiębiorców prowadzonego Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
 KRS: będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem
 identyfikacji podatkowej NIP, reprezentowaną przez:

-,
-,

zwaną dalej **Wykonawcą**

a

.....z siedzibą w wpisaną do Rejestru
 Przedsiębiorców prowadzonego Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
 KRS: będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem
 identyfikacji podatkowej NIP, reprezentowaną przez:

-,
-,

zwaną dalej **Zamawiającym**.

Łącznie zwanych „**Stronami**”

Mając na uwadze, że na podstawie umowy o udzielenie zamówienia publicznego z dnia r.
 (zwanej dalej Umową) zawartej przez Strony, Wykonawca świadczy na rzecz Zamawiającego usługi a
 wykonywanie powołanej Umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest związane z wykonywaniem
 przez Wykonawcę czynności przetwarzania danych osobowych należących do Zamawiającego Strony
 zgodnie postanawiają, co następuje:

§1**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający jako administrator danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Wykonawca jest uprawniony do powierzania wykonania całości lub części swoich zadań, wynikających z niniejszej umowy, innym podmiotom.
4. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o planowanym dalszym powierzeniu wykonania części swoich zadań, wynikających z niniejszej Umowy, innym podmiotom trzecim (podpowierzenie przetwarzania danych). Dalsze powierzenie czynności przetwarzania w tym wypadku jest możliwe jedynie za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem zawarcia przez Wykonawcę pisemnej umowy z podwykonawcą z uwzględnieniem zapisów, o których mowa w § 1 ust. 2 i § 2 niniejszej umowy.

§ 2**Prawa i obowiązki Stron**

1. Zgodnie z art. 31 Ustawy Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych jej do przetwarzania danych osobowych.
2. Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające powierzone dane osobowe, o których mowa w art. 36 – 39 Ustawy oraz spełnić wymagania określone w przepisach wykonawczych, o których mowa w art. 39a Ustawy. W zakresie przestrzegania w/w przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.

3. Jeżeli czynności przetwarzania wykonywane są w siedzibie Zamawiającego, uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani stosować się do przedstawionych im uprzednio do akceptacji zasad ochrony danych osobowych obowiązujących u Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań wymienionych w ust. 2 w miejscu przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Umową w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 10.00 do 16.00., po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy z wyprzedzeniem nie krótszym niż 5 dni roboczych drogą elektroniczną na adres e-mail:.....
5. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto dane osobowe powierzone Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§3

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa wygasa najpóźniej z dniem wygaśnięcia Umowy o udzielenie zamówienia publicznego z r.
2. Niniejsza Umowa może być wypowiedziana z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że Umowa nie może być wypowiedziana w okresie obowiązywania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego z r.
3. W przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający jest zobowiązany do trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych z wszelkich nośników i urządzeń podlegających zwrotowi Wykonawcy. Wykonanie przez Zamawiającego wskazanego wyżej obowiązku zostanie stwierdzone podpisaniem przez obie Strony protokołem odbioru, zawierającym oświadczenie Zamawiającego o wykonaniu tego obowiązku.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.
6. Wszelkie spory wynikłe ze zastosowania tej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 – fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

