



Znak: AE/ZP-27-22/18

Tarnów, 2018-04-30

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawę rejestratorów holterowskich EKG 7 sztuk oraz rejestratora obwodowego ciśnienia krwi 1 sztuka dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania rejestratory holterowskie z możliwością transmisji sygnału EKG on-line poprzez Bluetooth (punkty 36 i 53)?
2. **Dotyczy Rozdział XV, pkt. 15 SIWZ** - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/usunięciu stwierdzonych wad oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.
3. **Dotyczy Rozdział XV, pkt. 22 SIWZ** – W związku z faktem, iż przesłanki odstąpienia od umowy są określone w sposób radykalny względem standardów rynkowych oraz fakt, iż odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego terminu. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację:
„21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w następujących sytuacjach:
a) jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości przekroczy 5 dni od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,
b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy
Przed odstąpieniem od Umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy odpowiedni termin” ?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 pkt.4** – Czy Zamawiający dopuści analizę w trybie retrospektywnym? Zwracamy uwagę, że system w trybie prospektywnym i retrospektywnym wskazuje na jednego określonego producenta aparatu.
5. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 pkt.13** – Czy Zamawiający dopuści system z automatycznym ustawieniem punktów pomiarowych dla każdego pomiaru?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 pkt.21** – Czy Zamawiający dopuści analizę spektralną HRV bez trybu 3D?
7. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 pkt.24** – Czy zamawiający potwierdza, że wymaga analizę bezdechu sennego metodą impedancyjną?
8. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 pkt.36** – Czy Zamawiający dopuści system transmisji poprzez Bluetooth?
9. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 pkt.39** – Czy Zamawiający dopuści klasę wodoszczelności IP43?
10. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 pkt.53** – Czy Zamawiający dopuści system transmisji poprzez Bluetooth?
11. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 pkt.56** – Czy Zamawiający dopuści klasę wodoszczelności IP43?
12. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt.7** – Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy ciśnienia krwi 40-260 mmHg?

13. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt.8** – Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość pomiaru +/- 2mmHg, co jest zgodne z walidacjami BHS i EHS?
14. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt.11** – Czy Zamawiający dopuści 5 różnych interwałów pomiarowych w każdym okresie pomiarowym? Zwracamy uwagę, że w codziennej pracy klinicznej nie używa się zazwyczaj więcej niż 3 interwałów pomiarowych podczas jednego badania.
15. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt.13** – Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru ciśnienia krwi: +/-0,7 mmHg w ciśnieniu skurczowym i +/-0,8mmHg w rozkurczowym?
16. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy oprogramowanie do analizy Holtera z analizą w trybie retrospektywnym bez analizy prospektywnej? Analiza prospektywna potrafi być bardzo czasochłonna i wymagająca przy skomplikowanych badaniach w momencie gdy analiza retrospektywna jest bardzo dokładnym rozwiązaniem i w pełni wystarczającym do poprawnego zaklasyfikowania pacjenta.
17. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1** – Czy Zamawiający dopuści program analizujący zapisy holterowskie jako jedno badanie w zakresie do 48h?
18. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1** – Czy Zamawiający dopuści program analizujący zapisy holterowskie z możliwością szybkiej, przewodowej komunikacji z rejestratorem, który wyposażony jest we własnych, wbudowany ekran do podglądu zapisu EKG w czasie rzeczywistym?
19. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1** – Czy Zamawiający dopuści rejestrator EKG bez możliwości transmisji sygnału przez AsLink, ale wyposażony w możliwość szybkiej transmisji sygnału EKG do komputera przez kabel USB – transfer pełnego badania w czasie poniżej 30 sekund?
20. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1** – Czy Zamawiający dopuści rejestrator EKG z lepszą klasą wodoszczelności na poziomie IPX7?
21. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1** – Czy Zamawiający dopuści program analizujący zapisy holterowskie bez możliwości bezpośredniej edycji podsumowującej tabeli arytmii? Tabela arytmii jest swego rodzaju podsumowaniem i ma na celu pokazanie ile jakich arytmii wystąpiło w zapisie EKG i jej bezpośrednia edycja nie powinna mieć miejsca. Zmiana ilości danych arytmii powinna odbywać się podczas analizy sygnału.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz.1579 z póź.zm.), wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.36 Załącznika Nr 6.1 do SIWZ w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” **zapis o treści:**

„Możliwość transmisji sygnału EKG on-line poprzez AsLink”

zmienia na zapis o treści:

„Możliwość transmisji sygnału EKG on-line”

2/ w pkt.53 Załącznika Nr 6.1 do SIWZ w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” **zapis o treści:**

„Możliwość transmisji sygnału EKG on-line poprzez AsLink i IrDA”

zmienia na zapis o treści:

„Możliwość transmisji sygnału EKG on-line”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dopuszcza rejestratory holterowskie z możliwością transmisji sygnału EKG on-line poprzez Bluetooth.

Ad.2

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem zawartym w Rozdziale XV pkt.15 a), c) i d) SIWZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- c) 10 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:

- dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
- dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
- demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi,

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

tj. w wysokości, o którą wnioskuje Wykonawca w pytaniu.

Ad.3

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz.1579) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.XV.22 SIWZ **zapis o treści:**

„22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w następujących sytuacjach:

- a) jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości przekroczy 5 dni od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,
- b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy.”

zmienia na zapis o treści:

„22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w następujących sytuacjach:

- a) jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości przekroczy 5 dni od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,
- b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy.

Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy odpowiedni termin.”

Ad.4

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.8

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz.1579 z póź.zm.), wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.36 Załącznika Nr 6.1 do SIWZ w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” **zapis o treści:**

„Możliwość transmisji sygnału EKG on-line poprzez AsLink”

zmienia na zapis o treści:

„Możliwość transmisji sygnału EKG on-line”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dopuszcza rejestratory holterowskie z systemem transmisji poprzez Bluetooth.



Ad.9

Zamawiający nie dopuści klasy wodoszczelności IP43.

Ad.10

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz.1579 z póź.zm.), wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.53 Załącznika Nr 6.1 do SIWZ w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” **zapis o treści:**

„Możliwość transmisji sygnału EKG on-line poprzez AsLink i IrDA”

zmienia na zapis o treści:

„Możliwość transmisji sygnału EKG on-line”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dopuszcza rejestratory holterowskie z systemem transmisji poprzez Bluetooth.

Ad.11

Zamawiający nie dopuści klasy wodoszczelności IP43.

Ad.12

Zamawiający dopuści również zakres pomiarowy ciśnienia krwi 40-260 mmHg.

Ad.13

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.14

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.15

Zamawiający dopuści również dokładność pomiaru ciśnienia krwi: +/-0,7 mmHg w ciśnieniu skurczowym i +/-0,8mmHg w rozkurczowym.

Ad.16

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.17

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.18

Zamawiający dopuści również program analizujący zapisy holterowskie z możliwością szybkiej, przewodowej komunikacji z rejestratorem, który wyposażony jest we własnych, wbudowany ekran do podglądu zapisu EKG w czasie rzeczywistym.

Ad.19

Zamawiający dopuści również rejestrator EKG bez możliwości transmisji sygnału EKG on-line, ale wyposażony w możliwość szybkiej transmisji sygnału EKG do komputera przez kabel USB – transfer pełnego badania w czasie poniżej 30 sekund.

Ad.20

Zamawiający dopuści również klasę wodoszczelności na poziomie IPX7.

Ad.21

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

W związku z udzieloną odpowiedzią w Ad.1, Ad.3, Ad.8 i Ad.10, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 18.05.2018r godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 18.05.2018r. godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, V, X.1, XI.1, Załącznika Nr 6.1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 6.1 do SIWZ po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

