



Znak: AE/ZP-27-22/18

Tarnów, 2018-05-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawę rejestratorów holterowskich EKG 7 sztuk oraz rejestratora obwodowego ciśnienia krwi 1 sztuka dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 pkt.4** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy oprogramowanie analizujące z algorytmem retrospektywnym o wysokiej skuteczności bez analizy prospektywnej?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 pkt.21** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości oprogramowanie analizujące z algorytmem analizy czasowej oraz częstotliwościowej HRV w formie tabelarycznej oraz graficznej bez oprawy wizualnej w formie 3D?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 pkt.28** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości oprogramowanie analizujące gdzie dane pacjenta są wpisywane do bazy pacjentów wraz z identyfikatorem który zostaje wpisany do rejestratora?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 pkt.36** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu rejestrator EKG bez możliwości transmisji on-line?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 pkt.39** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości rejestrator bez określonej klasy wodoodporności?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 pkt.53** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu rejestrator EKG bez możliwości transmisji on-line?
7. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 pkt.56 (błędnie podany przez Wykonawcę w pytaniu jako pkt.55)** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości rejestrator bez określonej klasy wodoodporności?
8. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt.7** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości rejestrator ciśnienia krwi o zakresie pomiaru 30-255 mmHg?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.4

Zamawiający dopuści również rejestrator EKG bez możliwości transmisji sygnału EKG on-line.

Ad.5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.6

Zamawiający dopuści również rejestrator EKG bez możliwości transmisji sygnału EKG on-line.

Ad.7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.8

Zamawiający nie dopuści rejestratora ciśnienia krwi o zakresie pomiaru 30-255 mmHg.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a