



Znak: AE/ZP-27-26/18

Tarnów, 2018-04-13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy środków dezynfekcyjnych i wianen dezynfekcyjnych dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 7** – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 7 pozycji 2 – bezalkoholowych chusteczek do dezynfekcji sprzętów medycznych i utworzenie z nich osobnego pakietu. Pozwoli to Zamawiającemu na wybór korzystniejszej cenowo oferty.
2. **Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne warunki umowy pkt. 1** – Wzór umowy pkt. XIV. pkt. 1 tiret drugi. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) do 24 godzin (...)" na zapis: "(...) do 48 godzin (...)" oraz o wykreślenie zapisu: "oraz w pozostałe dni kalendarzowe".
3. **Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne warunki umowy pkt. 24** - Wzór umowy pkt. XIV pkt. 24. Prosimy o wykreślenie zapisu: "a Zamawiający każdorazowo naliczy karę umowną w wysokości 1000 złotych za niezrealizowane przez Wykonawcę zamówienie".
4. **Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne warunki umowy pkt. 25**- Wzór umowy pkt. XIV pkt. 25. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 20 % wartości (...)" na zapis: "(...) w wysokości 10 % wartości (...)".
5. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1**- Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 7 poz. 1 i dopuści: Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut? (13727, 13624, 14476) lub Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut? (13727, 13624, 14476).
6. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2**- Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 7 poz. 2 i dopuści: Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba? lub Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

7. **Dotyczy Załącznika Nr 1, Pakiet Nr 2, pozycja 1** - Prosimy o dopuszczenie preparatu o spektrum działania B, F, V (HIV, Rota, Adeno), Tbc do 1 min przy zagrożeniu HBV do 2 min, spełniający pozostałe wymagania siwz.
8. **Dotyczy Załącznika Nr 1, Pakiet Nr 2, pozycja 1** - Czy zamawiający wymaga aby zaoferowany preparat posiadał dopuszczenie do stosowania u dzieci i noworodków potwierdzone pozytywną opinią kliniczną niezależnej instytucji uprawnionej do wystawiania takich opinii (np. IMIDz lub równoważnej).
9. **Dotyczy Załącznika Nr 1, Pakiet Nr 2, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści preparaty zawierające substancje pochodne fenolowe?
10. **Dotyczy Załącznika Nr 1, Pakiet Nr 2, pozycja 2** - Prosimy o dopuszczenie preparatu o spektrum działania B, F, V (HIV, Rota, Adeno), Tbc do 1 min przy zagrożeniu HBV do 2 min, spełniający pozostałe wymagania siwz.
11. **Dotyczy Załącznika Nr 1, Pakiet Nr 3, pozycja 2** - Prosimy o dopuszczenie preparatu antyseptycznego-lek opartego na 3 substancjach aktywnych z różnych grup chemicznych (w tym alkohol, QAV, kwasy organiczne), co wpływa na lepszą skuteczność bójczą produktu, spełniający pozostałe wymagania siwz.
12. **Dotyczy Załącznika Nr 1, Pakiet Nr 3, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści preparaty zawierające pochodne fenolowe?
13. **Dotyczy Załącznika Nr 1, Pakiet Nr 3, pozycja 1 i 2** - Czy zamawiający wymaga aby preparaty z pozycji 1 i 2 były kompatybilne ze sobą (pochodziły od jednego producenta)?
14. **Dotyczy Załącznika Nr 1, Pakiet Nr 6, pozycja 2** - Czy zamawiający dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający alkohole, czwartorzędowe związki amonowe (QAV), oraz kwasy organiczne. Bez zawartości chlorheksydyny i pochodnych fenolowych, posiada substancje nawilżające i pielęgnujące. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes), dezynfekcja higieniczna 30 sek, chirurgiczna 3 min. Produkt leczniczy, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?
15. **Dotyczy Załącznika Nr 1, Pakiet Nr 3, pozycja 3** - Czy Zamawiający miał na myśli opakowanie 500ml z fabrycznie montowaną pompką czy też można zaoferować opakowanie 500ml + pompka do każdego opakowania?
16. W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 2, pozycja 2** - Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu o następującym składzie: 100g płynu zawiera substancje czynne: 2-propanol 45 g, 1- propanol 10 g, 2-difenyloł 0,2 g, substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, barwnik brązowy LF 1889, woda oczyszczona. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
18. **Dotyczy Pakietu Nr 3, pozycja 2** - Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie mieszaniny alkoholi alifatycznych: tj. propanol, alkohol izopropylowy. Produkt leczniczy z dodatkiem kwasu mlekowego.
19. **Dotyczy Pakietu Nr 8, pozycja 1** - Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w formie chlorowy w tabletkach, przeznaczonego do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, max stężenie aktywnego chloru w roztworze - do 10000 ppm. Zakres działania: B, F, V, Tbc, S - 15 min.
20. **Dotyczy Pakietu Nr 9** - Prosimy o odstąpienie od wymogu aby wanny były zarejestrowane jako wyrób medyczny, są to akcesoria w przypadku, których nie ma konieczności rejestracji.
21. **Dotyczy Pakietu Nr 9, pozycja 1-3** - Prosimy o dopuszczenie wanień odpornych na działanie temperatury dezynfekcji do 55 stopni.
22. **Dotyczy Pakietu Nr 7, pozycja 3-** Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści preparat spełniający wymagania specyfikacji, wykazujący działanie wirusobójcze wobec wirusów: HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1** – W związku z tym, że producent preparatu konfekcjonuje pompki wielokrotnego użytku w ilości 1 pompka na 4 kanistry 5l, zaś dostarczenie dodatkowych pompek spowoduje wzrost ceny preparatu prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma zaoferować preparat z taką ilością pompek jaką dostarcza producent w opakowaniach handlowych?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1, 2, 3** – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie preparatów pochodzących od 1 producenta.
25. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt będący wyrobem medycznym, o takim samym zastosowaniu jak antyseptyk-lek.

26. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2** - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał zaoferowania preparatu o pełnym spektrum bójcym, w tym: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Polio).

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 7 pozycji 2.

Ad.2

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.3

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.4

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.5

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 7 pozycji 1. Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 7 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.6

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 7 pozycji 2. Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 7 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.7

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie preparatu o spektrum działania B, F, V (HIV, Rota, Adeno), Tbc do 1 min przy zagrożeniu HBV do 2 min, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.8

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany preparat posiadał dopuszczenie do stosowania u dzieci i noworodków potwierdzone pozytywną opinią kliniczną niezależnej instytucji uprawnionej do wystawiania takich opinii (np. IMiDz lub równoważnej).

Ad.9

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie preparatu zawierającego substancje pochodne fenolowe. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.10

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie preparatu o spektrum działania B, F, V (HIV, Rota, Adeno), Tbc do 1 min przy zagrożeniu HBV do 2 min, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.11

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie preparatu antyseptycznego-leku opartego na 3 substancjach aktywnych z różnych grup chemicznych (w tym alkohol, QAV, kwasy organiczne), pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.12

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie preparatu zawierającego pochodne fenolowe. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad.13

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 1 i 2 nie wymaga ale dopuszcza również aby preparaty z pozycji 1 i 2 były kompatybilne ze sobą (pochodziły od jednego producenta).

Ad.14

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierającego alkohole, czwartorzędowe związki amonowe (QAV), oraz kwasy organiczne. Bez zawartości chlorheksydy i pochodnych fenolowych, posiadającego substancje nawilżające i pielęgnujące. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes), dezynfekcja higieniczna 30 sek, chirurgiczna 3 min. Produkt leczniczy. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad.15

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 3 wymaga zaoferowania opakowania wyposażonego w system dozujący typu pompka tzn. opakowania z fabrycznie zamontowaną pompką.

Ad.16

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem ujętym w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu Cenowym w przypadku, gdy ilość opakowań stanowić będzie liczbę ułamkową, należy ich ilość zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Ad.17

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie preparatu o składzie: 100g płynu zawiera substancje czynne: 2-propanol 45 g, 1- propanol 10 g, 2-difenyloł 0,2 g, substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, barwnik brązowy LF 1889, woda oczyszczona. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad.18

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie preparatu na bazie mieszaniny alkoholi alifatycznych: tj. propanol, alkohol izopropylowy. Produkt leczniczy z dodatkiem kwasu mlekowego. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.19

Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.20

Zamawiający w Pakiecie Nr 9 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.21

Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz. 1 - 3 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.22

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 3 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.23

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.24

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 1, 2, 3 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie preparatów pochodzących od jednego producenta.

Ad.25

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.26

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a