



Znak: AE/ZP-27-27/18

Tarnów, 2018-04-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, lat naczyniowych, systemów do: leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej, korekcji cystocoele dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:


1. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3.** Czy w Pakiecie Nr 6 poz. 3 Zamawiający dopuści zaoferowanie przedłużacza o długości 7,5 cm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 39 poz. 1.** Czy w Pakiecie Nr 39 Zamawiający dopuści: Zestaw do cewnikowania żył centralnych do zastosowania w hemodializie, krótkoterminowego utrzymywania. Każdy zestaw winien zawierać: cewnik nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, igłę wprowadzającą echogeniczną, strzykawkę, przewodnik z końcówką J, rozszerzacz. Wymagane jest aby ramiona cewnika posiadały nadruk określający objętość wypełnienia kanałów. Cewniki dwukanałowe 11.5-12 Fr i w wymaganych długościach: 15-17 cm, 19,5 cm, 24-30 cm; sterylne?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2.** W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa Przetargu zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu Nr 10, pozycji nr 2 i utworzenie z tej pozycji oddzielnego zadania.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1.** Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 38 poz. 1, szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 14FR o długości 15 cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm,znaczona przewodnica z Nitinolu 0.035'', dwa koreczki heparynizowane.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści cewnik trójświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm,znaczona przewodnica J-Flex Tip 0.035'', dwa koreczki heparynizowane.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy zestaw standardowy z cewnikiem dwukanałowym 15,5FR o długości całkowitej 24cm ( długość od mufy- 19cm ), 28cm (długość od mufy- 23cm), 32cm (długość od mufy- 27cm),36cm (długość od mufy- 31cm) widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką

z dwoma niezależnymi światłami tętnicznymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczająca, opatrunki na ranę, portami iniekcijnymi, usztywniaczem.

- 8. Dotyczy Pakietu Nr 39 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?
- 9. Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?
- 10. Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 40 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?
- 11. Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 3** Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długości cewniki od muły do końca cewnika/długości całkowitej: 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?
- 12. Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu 40 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?
- 13. Dotyczy Pakietu Nr 49 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długości cewniki od muły do końca cewnika/długości całkowitej: 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm, 50/55 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną,


rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

14. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 3** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 3 ,oraz w przypadku wydzielenia zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wymaga w w/w pozycji okularków do fototerapii o niżej podanych parametrach; OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: zwykle - ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm), mikro 20-25cm (+/- 2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające **dwa niezależne punkty regulacji**, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu.
15. **Dotyczy Pakietu Nr 48 poz. 1** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 ,oraz w przypadku wydzielenia prosimy o dopuszczenie układów o niżej podanych parametrach; Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratorów Bear, Fabian, Sechrist, Babylog, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; **część Y obrotowa z możliwością odłączenia co pozwala na zastosowanie funkcji CPAP w respiratorze**, oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Przepływ gazów powyżej 4L/min Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilzacza MR850 firmy Fisher&Paykel, Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływak zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 48 poz. 2** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 2 z w/w pakietu.
17. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 3** Zamawiający nie określił szczegółowych parametrów układu oddechowego w zakresie: długości odcinka wdechowego, długości odcinka niepodgrzewanego do inkubatora, długości linii pomiaru ciśnienia. W związku z powyższym prosimy o ustosunkowanie się czy Zamawiający wymaga aby długość podgrzewanego odcinka wdechowego wynosiła 1,2 m? Długość podgrzewanego odcinka wdechowego, a w szczególności rodzaj i długość umieszczonej w nim grzałki, przekładają się bezpośrednio na takie parametry jak wydajność ogrzewania gazów oddechowych oraz powstawanie i gromadzenie kondensatu w obwodzie oddechowym. Proponowany przez nas układ oddechowy o dł. 1,2m z grzałką daje doskonałe rezultaty w tym zakresie, gdyż nie powoduje skraplania lub powstające skraplanie jest minimalne i nie zakłóca prowadzonej terapii. Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby nieodgrzewany odcinek do inkubatora posiadał długość 30 cm, a także czy wymagane jest aby dren do pomiaru ciśnienia wynosił 2,1m? Czy Zamawiający, wymaga aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 4** Czy Zamawiający wymaga aby konstrukcja komory nawilzacza ograniczała gromadzenie kondensatu w układzie oddechowym i zapewniała poziom wysycenia pary wodnej w przedziale max. 42-44 mg H<sub>2</sub>O/L? Dodatkowo proponowana komora posiada dren zasilający w wodę o dł. 1,2 m co zapewnia swobodę pracy personelu medycznego. Czy Zamawiający wymaga drenu do podaży wody o dł. 1,2m? Czy Zamawiający wymaga aby komora nawilzacza posiadała datę ważności i numer serii na opakowaniu jednostkowym komory?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 6** Czy Zamawiający, dopuści wysokiej jakości znane zamawiającemu zestawy resuscytacyjne producenta z UE wg poniższej specyfikacji: Rezerwuuar silikonowy autokalowalny i standardowym kołnierzem 22m, Worek resuscytacyjny z możliwością sterylizacji do 100 cykli, reszta zgodna z SIWZ ?  
Zdjęcie poglądowe worka resuscytacyjnego 250ml z rezerwuarem silikonowym



**20. Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 7** Czy Zamawiający, dopuści wysokiej jakości znane zamawiającemu zestawy resuscytacyjne producenta z UE wg poniższej specyfikacji: Worek resuscytacyjny autoklawowalny silikonowy z możliwością sterylizacji do 100 cykli z rezerwuarem silikonowym i standardowym kołnierzem 22 mm, reszta zgodna z SIWZ?

Zdjęcie poglądowe worka resuscytacyjnego 500ml z rezerwuarem silikonowym



**21. Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 8** Czy Zamawiający, dopuści wysokiej jakości znane zamawiającemu zestawy resuscytacyjne producenta z UE wg poniższej specyfikacji: Rezerwuuar silikonowy autoklawowalny i standardowym kołnierzem 22m, Worek resuscytacyjny z możliwością sterylizacji do 100 cykli, reszta zgodna z SIWZ ?

Zdjęcie poglądowe worka resuscytacyjnego 2000ml z rezerwuarem silikonowym



**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad.1** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 3** przedłużacza o długości 7,5 cm z kranikiem, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad.2** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie nr 39 poz. 1** zestawu do cewnikowania żył centralnych opisanego w pytaniu.

**Ad.3** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 10 poz. 2** i utworzenie z tej pozycji oddzielnego pakietu.

**Ad.4** Zamawiający wymaga zaoferowanie w **Pakiecie Nr 38 poz. 1** szczoteczek spełniających wymagania określone w SIWZ.

**Ad.5** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 40 poz. 1** zestawów z cewnikiem opisywanych w pytaniu.

**Ad.6** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 40 poz. 2** zestawów z cewnikiem opisywanych w pytaniu.

**Ad.7** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 40 poz. 3** zestawów z cewnikiem opisywanych w pytaniu.

**Ad.8** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie nr 39 poz. 1** zestawu do cewnikowania żył centralnych opisanego w pytaniu.

**Ad.9** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 40 poz. 1** opisanego w pytaniu cewnika dwuświatłowodowego.

**Ad.10** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 40 poz. 1** i stworzenie osobnego pakietu dla tej pozycji.

**Ad.11** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 40 poz. 1** opisanego w pytaniu cewnika dwuświatłowodowego.

**Ad.12** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 40 poz. 3** i stworzenie osobnego pakietu dla tej pozycji.

**Ad.13** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie nr 49 poz. 1** zestawu z cewnikiem opisanego w pytaniu

**Ad.14** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 10 poz. 3**.

**Ad.15** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 48 poz. 1**.

**Ad.16** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 48 poz. 2**.

**Ad.17** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 13 poz. 3** układu oddechowego spełniającego wymagania określone w SIWZ, ale dopuszcza również zaoferowanie układu oddechowego opisanego w pytaniu.

**Ad.18** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 13 poz. 4** komory nawilżacza spełniającej wymagania określone w SWZ, w tym termin ważności komory musi wynosić min. 12 miesięcy od daty dostawy, ale dopuszcza również zaoferowanie komory nawilżacza opisanej w pytaniu.

**Ad.19** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 28 poz. 6** zestawów resuscytacyjnych opisanych w pytaniu.

**Ad.20** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 28 poz. 7** zestawów resuscytacyjnych opisanych w pytaniu.

**Ad.21** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 28 poz. 8** zestawów resuscytacyjnych opisanych w pytaniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a