



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-27/18


Tarnów, 2018-04-30

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, lat naczyniowych, systemów do: leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej, korekcji cystocoele dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Prosimy o wydzielenie poz.2 do osobnego pakietu.
2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową na opakowaniu zbiorczym, pakowane po 100 szt.?
3. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
4. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1-2. Prosimy o wydzielenie poz.1-2 do osobnego pakietu
5. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2. Czy zamawiający dopuści golarkę typu galant, posiadającą karbowany uchwyt, który zapewnia stabilizację, a specjalne wycięcie umożliwia dokładny widok golonego obszaru? Dodatkowo ostrze płynnie przesuwają się po powierzchni ciała, a cały proces jest bardziej efektywny i bezpieczny. Ostrze golarki zostało wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem. Specjalny grzebień utrzymuje ostrze w czystości, aby zapobiec zapychaniu się włosami. Istnieje możliwość golenia na sucho i mokro. Ze względów higienicznych golarka przeznaczona jest do jednorazowego użytku. Ostrze można odłamać od ręczki poprzez pionowy nacisk i wyrzucić do pojemnika na zużyty sprzęt medyczny, wymiary ostrza: D 1,0 x S 4,3 x G 0,01 cm, waga: część plastikowa 3,63g, ostrze 0,28g, ilość sztuk w opakowaniu: 1 szt. (każda golarka zapakowana indywidualnie w osłonce kartonowej).
6. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 3-6. Prosimy o wydzielenie poz.3-6 do osobnego pakietu
7. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 5-6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
8. Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podaży tlenu przez nos typu „wąsy” o długości 200 cm, j.u., pakowany indywidualnie, rozmiar uniwersalny?
9. Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści maski do podaży tlenu z drenem o długości 200 cm, w rozmiarze M- dla dzieci, pozostałe wymagania bez zmian?
10. Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści maski do podaży tlenu z drenem o długości 200 cm, w rozmiarze L- dla dorosłych, pozostałe wymagania bez zmian?
11. Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 7-8 Czy Zamawiający wydzieli poz. 7,8 do osobnego pakietu?
12. Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 1-4, 15 Prosimy o wydzielenie poz.1-4,15 do osobnego pakietu?
13. Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
14. Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
15. Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?
16. Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

17. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml, worek przeznaczony do zbiórki moczu w którym może być użytkowany przez 7 dni – stosowne oświadczenie producenta?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 4.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
19. **Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga sterylną szczoteczkę do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk, wykonana jest z tworzywa sztucznego, a gęste włosie wachlarzyka z materiału LDPE, co zapewnia pobieranie odpowiedniej ilości materiału do badań? Solidne mocowanie części wachlarza i rękojeści zapewnia bezpieczeństwo w trakcie badania. Szczoteczka jest pakowana indywidualnie, sterylna, co zapobiega potencjalnym infekcjom podczas badań. Szczoteczka typu wachlarzyk jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.
20. **Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1.** Czy zamawiający oczekuje szczoteczki do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk COMBI, tzn. o wydłużonej części centralnej w kształcie przedłużonego bolca z poprzecznie ułożonymi włoskami?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1.** Wnioskujemy o dopuszczenie sterylnej szczoteczki do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk
22. **Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1** Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz.1 do osobnego pakietu w przypadku gdy nie zgodzi się na dopuszczenie szczoteczki typu wachlarzyk
23. **Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1-3.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
24. **Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 2.** Czy Zamawiający oczekuje szczoteczki typu wachlarzyk? Czy Zamawiający wymaga sterylną szczoteczkę do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk, wykonana jest z tworzywa sztucznego, a gęste włosie wachlarzyka z materiału LDPE, co zapewnia pobieranie odpowiedniej ilości materiału do badań? Solidne mocowanie części wachlarza i rękojeści zapewnia bezpieczeństwo w trakcie badania. Szczoteczka jest pakowana indywidualnie, sterylna, co zapobiega potencjalnym infekcjom podczas badań. Szczoteczka typu wachlarzyk jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Zdjęcie wachlarzyka szczoteczki poniżej.



25. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści butelki do długotrwałego odsysania ran z możliwością połączenia z drenami REDONA od 6 F do 18F?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści sondy-zgłębniki Sengstakena o całkowitej długości 850 mm z numerycznymi znacznikami głębokości na 25, 30, 35, 40, 45, 50 cm?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści jednorazowe golarki grzebykowe z jednym ostrzem oraz grzebykiem o szerokości 36 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
28. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2.** W przypadku negatywnej odpowiedzi na w/w pytanie czy Zamawiający wyłączy w/w pozycję do oddzielnego zadania.
29. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści dren Kehr o rozpiętości ramion 450 mm x 180 mm?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 5 i 8.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji do oddzielnego zadania?

31. **Dotyczy Pakietu Nr 32 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya w rozmiarze CH6, którego balon ma pojemność 3 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
32. **Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji do oddzielnego zadania?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 1 poz. 2** do osobnego pakietu.

Ad.2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** sterylnych ostrzy chirurgicznych ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem, pakowanych pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową na opakowaniu zbiorczym, pakowane po 100 szt., pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym indywidualnej sterylności ostrzy.

Ad.3 Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** podanie ceny za opakowanie zawierające 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i podaniem wielkości opakowania.

Ad.4 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 10 poz. 1-2** do osobnego pakietu.

Ad.5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 2** golarki opisanej w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ oraz pod warunkiem, że użyte w pytaniu oznaczenia „D”, „S”, „G” oznaczają długość szerokość i grubość ostrza.

Ad.6 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 25 poz. 3-6** do osobnego pakietu.

Ad.7 Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 25 poz. 5-6** podanie ceny za opakowanie zawierające 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości (z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań) i podaniem wielkości opakowania.

Ad.8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 29 poz. 1-3** cewników do podaży tlenu przez nos typu „wąsy” o długości 200 cm, j.u., pakowany indywidualnie, rozmiar uniwersalny.

Ad.9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 29 poz. 4** masek do podaży tlenu z drenem o długości 200 cm, tylko w rozmiarze M - dla dzieci, nawet jeżeli spełniają pozostałe wymagania SIWZ.

Ad.10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 29 poz. 5** masek do podaży tlenu z drenem o długości 200 cm, tylko w rozmiarze L - dla dorosłych, nawet jeżeli spełniają pozostałe wymagania SIWZ.

Ad.11 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 29 poz. 7-8** do osobnego pakietu.

Ad.12 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 31 poz. 1-4 i 15** do osobnego pakietu.

Ad.13 Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 31 poz. 2** podanie ceny za opakowanie zawierające 75 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości (z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań) i podaniem wielkości opakowania.

Ad.14 Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 36 poz. 2** podanie ceny za opakowanie zawierające 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i podaniem wielkości opakowania.

Ad.15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 36 poz. 3** jednorazowych worków do dobowej zbiórki moczu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym, że: opakowanie zapewnia sterylność pojedynczego worka, worek ma pojemność 2 litrów i ma możliwość użycia wieszaków, a dren łączący wykonany jest z miękkiego materiału, nieulegającego zagięciom i odkształceniom.

Ad.16 Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 36 poz. 3** podanie ceny za opakowanie zawierające 10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i podaniem wielkości opakowania.

Ad.17 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 36 poz. 4** jednorazowych worków do dobowej zbiórki moczu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym, że: opakowanie zapewnia sterylność pojedynczego worka, worek ma pojemność 2 litrów i ma możliwość użycia wieszaków lub jest zintegrowany z wieszakiem, a dren łączący wykonany jest z miękkiego materiału, nieulegającego zagięciom i odkształceniom, z portem do pobierania próbek.

Ad.18 Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 36 poz. 4** podanie ceny za opakowanie zawierające 10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości (z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań) i podaniem wielkości opakowania.

Ad.19-20 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 38 poz. 1** szczoteczki cytologicznej spełniającej wymagania SIWZ.

Ad.21 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 38 poz. 1** szczoteczek typu wachlarzyk, jeżeli nie spełnią wszystkich wymagań określonych w SIWZ.

Ad.22 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 38 poz. 1** do osobnego pakietu.

Ad.23 Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 38 poz. 1-3** podanie ceny za opakowanie zawierające 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości (z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań) i podaniem wielkości opakowania..

Ad.24 Zamawiający oczekuje zaoferowania w **Pakiecie Nr 38 poz. 2** szczoteczki cytologicznej spełniającej wymagania SIWZ.

Ad.25 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** butelek do długotrwałego odsysania ran z możliwością połączenia z drenami REDONA od 6 F do 18F, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.26 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 4** sond-zgłębników Sengstakena o całkowitej długości 850 mm z numerycznymi znacznikami głębokości na 25, 30, 35, 40, 45, 50 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym zaoferowania co najmniej rozmiarów: 18 i 20-21 Fr.

Ad.27 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 2** jednorazowych golarek grzebykowych z grzebykiem o szerokości 36 mm.

Ad.28 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 10 poz. 2** do oddzielnego zadania.

Ad.29 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 27 poz. 1** drenu Kehr o rozpiętości ramion 450 mm x 180 mm

Ad.30 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 31 poz. 5 i 8** do oddzielnego zadania.

Ad.31 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 32 poz. 1** cewnika Foleya w rozmiarze CH6, którego balon ma pojemność 3 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym zaoferowania również cewnika w rozmiarze CH8 i CH 10.

Ad.32 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 38 poz. 3** do oddzielnego zadania.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a