



Znak: AE/ZP-27-27/18

Tarnów, 2018-05-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, lat naczyniowych, systemów do: leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej, korekcji cystocoele dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek w rozmiarze 2,5x4,0 mm oraz 3,0x4,7 mm, reszta parametrów zgodnie z SIWZ.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz. 1 (<5kg); dla roz. 1,5 (5-10kg); dla roz. 2 (10- 20kg); dla roz. 2,5 (20-30kg); dla roz. 3 (30-50kg); dla roz. 4 (50-70kg) i dla roz. 5 (>70kg).
3. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kranik trójdrożny z przedłużaczem ma być wyposażony w dodatkowy bezigłowy port do iniekcji, który umożliwia dodatkową podaż leków lub płynów bez konieczności rozłączania linii infuzyjnej
4. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie butelek do długotrwałego odsysania ran z możliwością podłączenia z drenami Redona 8-16 CH.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 4.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sond Sengstakena w rozmiarach 15, 18, 21 Fr., wykonanych z nieprzezroczystego lateksu, spełniające pozostałe zapisy SIWZ.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 4.** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby sonda miała długość minimum 110 cm?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z otworami naprzeciwległymi.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy cewniki do karmienia mają być przeznaczone do bezpiecznego stosowania do 4 tygodni z w/w informacją oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu jednostkowym cewnika?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby cewniki do odsysania miały być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar oraz datę ważności?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wewnętrzna część konektora ma być karbowana?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 4** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika żołądkowego bez centralnego otworu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 32 poz. 3** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby otwory boczne drenujące miały się cechować średnicą nie większą niż 5 mm?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 32 poz. 4** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie katetera moczowodowego w rozmiarze 4.8 Fr lub 6 Fr.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 4.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy worek do tygodniowej zbiórki moczu powinien posiadać bezigłowy port do pobierania próbek moczu?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 4.** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje worka z portem do pobierania próbek wyposażonego w okienko podglądu, służące do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?

16. **Dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że komora zestawu ma generować próżnię na poziomie zbliżonym do stałego w trakcie całego okresu rozprężania się elastycznej, sferycznej komory?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz.: 2, 4, 5.** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 7, poz. 2, 4, 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie filtrów sterylnych, sterylizowanych tlenkiem etylenu, pozostałe parametry bez zmian?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2.** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 7, poz. 2, wyrazi zgodę na zaoferowanie filtrów martwa przestrzeń 46 ml, pozostałe parametry bez zmian?
19. **Pakietu Nr 1 poz. 6.** Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji
20. **Pakietu Nr 26 poz. 1.** Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie czy należy zaoferować cewniki do karmienia o długości między 40 cm a 100 cm czy należy zaoferować cewniki o długości 40 cm oraz 100 cm?
21. **Pakietu Nr 27 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drenu typ Kehr wykonanego z lateksu naturalnego, silikonowanego, jednorazowego użytku, jałowego, sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowanego podwójnie folia / folia – papier, występuje w rozmiarach CH 8 do CH 26 długość ramion 16/38 cm
22. **Pakietu Nr 36 poz. 1.** Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu jednorazowego użytku do lewatywy bez kanki z drenem i workiem.
23. **Pakietu Nr 36 poz. 3.** Czy Zamawiający będzie wymagał worków na mocz z zaworem poprzecznym typu T, który wykazuje większą szczelność i precyzyjność w porównaniu do worków z zaworem spustowym pionowym, który to zawór może prowadzić do niekontrolowanych wycieków moczu.
24. **Pakietu Nr 36 poz. 4.** Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie worka do zbiórki moczu z drenem 90 cm spełniającego resztę postawionych wymagań SIWZ. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.
25. **Pakietu Nr 12 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z drenem bąbelkowym sterującym zastawką o średnicy 4-8 mm i drenem bąbelkowym ciśnieniowym o średnicy 4-8mm?
26. **Pakietu Nr 28 poz.: 2, 3, 4.** Prosimy o dopuszczenie masek wielorazowego użytku z pompowanym mankietem z możliwością dopełniania oraz przezroczystą kopułą, rozmiary 5 (dla dorosłych), 3/4 (dla małych dorosłych), 2 (dla dużych dzieci).
27. **Pakietu Nr 28 poz. 6.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 6 wysokiej klasy wielorazowego resuscytora, silikonowego o objętości worka 280 ml, wyposażony w zawór bezpieczeństwa nie przekraczający 40 cmH₂O, z możliwością podłączenia zaworu PEEP, złącze pacjenta zewnętrzne 22 mm, wewnętrzne 15 mm. Worek wyposażony w rezerwuuar tlenowy o pojemności 600 ml. Resuscytor z możliwością rozmontowania do mycia i sterylizacji w autoklawie w temp. 134 st.C. W zestawie dwie maski wielorazowego użytku w rozmiarach: 0,1.
28. **Pakietu Nr 28 poz. 7.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 7 wysokiej klasy wielorazowego resuscytora, silikonowego o objętości worka 550 ml, wyposażony w zawór bezpieczeństwa nie przekraczający 40 cmH₂O, z możliwością podłączenia zaworu PEEP, złącze pacjenta zewnętrzne 22 mm, wewnętrzne 15 mm. Worek wyposażony w rezerwuuar tlenowy o pojemności 600 ml. Resuscytor z możliwością rozmontowania do mycia i sterylizacji w autoklawie w temp. 134 st.C. W zestawie dwie maski wielorazowego użytku w rozmiarach: 2,3.
29. **Pakietu Nr 28 poz. 7.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 8 wysokiej klasy wielorazowego resuscytora, silikonowego o objętości worka 1700 ml, wyposażony w zawór bezpieczeństwa nie przekraczający 40 cmH₂O, z możliwością podłączenia zaworu PEEP, złącze pacjenta zewnętrzne 22 mm, wewnętrzne 15 mm. Worek wyposażony w rezerwuuar tlenowy o pojemności 2500 ml. Resuscytor z możliwością rozmontowania do mycia i sterylizacji w autoklawie w temp. 134 st.C. W zestawie dwie maski wielorazowego użytku w rozmiarach: 0,1.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** rurek intubacyjnych pediatrycznych w rozmiarze 2,5x4,0 mm oraz 3,0x4,7 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym zaoferowanie również rurek w rozmiarze F10 (2,0x3,4 mm).

Ad.2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 2** masek krtaniowych w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla rozmiaru 1 (<5kg); dla rozmiaru 1,5 (5-10kg); dla rozmiaru 2 (10-



20kg); dla rozmiaru 2,5 (20-30kg); dla rozmiaru 3 (30-50kg); dla rozmiaru 4 (50-70kg) i dla rozmiaru 5 (>70kg), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.3 Zamawiający wymaga aby zaoferowany w **Pakiecie Nr 6 poz. 3** kranik trójdrożny spełniał wymagania określone w SIWZ.

Ad.4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** butelek do długotrwałego odsysania ran z możliwością podłączenia z drenami Redona 8-16 CH

Ad.5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 4** sond Sengstakena wykonanych z nieprzezroczystego lateksu; dopuszcza natomiast sondy w rozmiarach 15, 18, 21 Fr., pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.6 Zgodnie z wymaganiem Zamawiającego, określonym w SIWZ zaoferowana w **Pakiecie Nr 8 poz. 4** sonda-zgłębnik Sengstakena winna mieć długość minimum 70 cm.

Ad.7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 26 poz. 1** cewników do karmienia z otworami naprzeciwległymi, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.8 Zaoferowane w **Pakiecie Nr 26 poz. 1** cewniki do karmienia mają spełniać wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.

Ad.9 Zamawiający dopuszcza, ale nie oczekuje, że zaoferowane w **Pakiecie Nr 26 poz. 2** cewniki do odsysania będą miały zróżnicowane kolorem nasadki jak również będą wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar oraz datę ważności, oczekuje natomiast, że zaoferowane w **Pakiecie Nr 26 poz. 2** cewniki do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych będą spełniały wymagania określone w SIWZ.

Ad.10 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie **Pakiecie Nr 26 poz. 2** cewnika do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych, którego końcówka podłączana do ssaka jest wewnątrz karbowana.

Ad.11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 26 poz. 4** zgłębnika żołądkowego bez centralnego otworu.

Ad.12 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby otwory boczne zaoferowanego w **Pakiecie Nr 32 poz. 3** cewnika-drenu Pezzer miały otwory boczne nie większe niż 5 mm; Zamawiający oczekuje zaoferowanie cewników-drenów Pezzer spełniających wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.

Ad.13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 32 poz. 4** katetera moczowodowego w rozmiarze 4,8 Fr, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.14 Worek do zbiórki moczu oferowany w **Pakiecie Nr 36 poz. 4** winien spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

Ad.15 Zamawiający oczekuje zaoferowania w **Pakiecie Nr 36 poz. 4** worków do zbiórki moczu spełniających wymagania SIWZ.

Ad.16 Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 47 poz. 1**, w związku z czym nie będzie potwierdzał wymagań, których nie określał w SIWZ.

Ad.17 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz.: 2, 4, 5** filtrów sterylizowanych tlenkiem etylenu, pod warunkiem spełniania wszystkich pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.18 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 7 poz. 2** filtrów spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad.19 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 1 poz. 6**.

Ad.20 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 26 poz. 1** cewnika do karmienia o długości mieszczącej się w zakresie od 40 do 100 cm, co w sposób jasny określił w SIWZ.

Ad.21 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 27 poz. 1** drenów Kher opisanych w pytaniu

Ad.22 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 36 poz. 1** zestawów jednorazowego użytku do lewatywy składającego się z drenu i worka, bez kanki.

Ad.23 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 36 poz. 3** worków do zbiórki moczu spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad.24 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 36 poz. 4** worka do zbiórki moczu z drenem o długości 90 cm, nie wyraża również zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 36 poz. 4** do oddzielnego Pakietu.

Ad.25 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 2** układów oddechowych z drenem bąbelkowym sterującym zastawką o średnicy 4-8 mm i drenem bąbelkowym ciśnieniowym o średnicy 4-8 mm

Ad.26 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 28 w poz. 2-4** masek wielorazowego użytku z pompowanym mankietem z możliwością dopelnienia oraz przeźroczystą kopułą w rozmiarach: w poz. 2 – rozmiar 5 (dla dorosłych), w poz. 3 – rozmiar 3/4 (dla małych dorosłych), w poz. 4 – rozmiar 2 (dla dużych dzieci).

Ad.27 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 28 poz. 6** resuscytora opisanego w pytaniu.

Ad.28 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 28 poz. 7** resuscytora opisanego w pytaniu

Ad.29 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 28 poz. 8** resuscytora opisanego w pytaniu

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a