



Znak: AE/ZP-27-28/18

Tarnów, 2018-04-13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego do endoskopii i bronchoskopii, osprzętu do diatermii, szczoteczek do mycia endoskopów i bronchoskopów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 7 Pakietu Nr 1, parametry narzędzi zgodne z opisem?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 3 Pakietu Nr 2, parametry narzędzi zgodne z opisem?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu Nr 6 dla zwiększenia możliwości wyboru rodzaju stentu do dróg żółciowych dopuści zaoferowanie stentu pokrywanego w części środkowej i niepokrywanego dodatkowo do wskazanego stentu pokrywanego całkowicie, parametry stentów zgodne z opisem?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów PEG o średnicy 16 Fr i 18 Fr, wykonanie gastroskopii przy usuwaniu zgłębnika jako opcja, nasadka na skórę bez dodatkowego zacisku, pozostałe parametry zgodne z opisem?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 4.** Prosimy o dopuszczenie elektrody o rozmiarze 26x15cm.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 5.** Prosimy o dopuszczenie elektrody o rozmiarze 2,5 mm x20 mm.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ustników wolnych od lateksu i DEHP, pakowanych w opakowaniach kartonowych typu dispenser.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dren z PCV, śr. 3,2 mm, dł. 300 cm, jednorazowego użytku, 2x LuerLock.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści ustniki w rozmiarze: 20x27 mm, z opaską wykonaną z silikonu.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści równoważną elektrodę neutralną silikonową dla dorosłych, lecz o rozmiarze 25x15cm z kablem o długości 4-5 m; kompatybilną z diatermią EMED ES 350; wielorazowego użytku.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad. 1** Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie osobnej oferty na **pozycję 7 Pakietu Nr 1.**
Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie osobnej oferty na **pozycję 3 Pakietu Nr 2.**
Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** również stentów opisanych w pytaniu, pod warunkiem że spełniają pozostałe wymagania SIWZ, a ponadto Wykonawca zaoferuje również stenty opisane pierwotnie w SIWZ.
Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** opisanych w pytaniu zestawów do przezskórnej gastrostomii.
Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 4** elektrod w rozmiarze 26x15 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.
Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 5** elektrod w rozmiarze 2,5mmx20 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 13 poz. 1** ustników spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 14 poz. 4** drenu o długości 300 cm.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 1** ustników w rozmiarze: 20x27 mm, z opaską wykonaną z silikonu.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 4** równoważnej elektrody neutralnej silikonowej dla dorosłych, o rozmiarze 25x15cm z kablem o długości 4-5 m; kompatybilną z diatermią EMED ES 350; wielorazowego użytku.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a