



Znak: AE/ZP-27-28/18

Tarnów, 2018-04-16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego do endoskopii i bronchoskopii, osprzętu do diatermii, szczoteczek do mycia endoskopów i bronchoskopów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2 i 4.** Czy Zamawiający pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje 2, 4?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści stent samorozprężalny do dróg żółciowych, z nitinolu, długość po rozprężeniu: 40, 60, 70, 80 mm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści stent samorozprężalny do przełyku, z nitinolu, rozszerzany na końcach. System aplikacji pozwalający na korektę po założeniu, znaczniki widoczne pod RTG na obu końcach, stent pokryty silikonem. Długość stentu po rozprężeniu: po rozprężeniu : 60, 100, 120, 140 mm, kompatybilny z metalową prowadnicą przełykową wielorazowego użytku?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwania o średnicy igły 22G. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
5. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy: pkt XIV.7 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I w zakresie ramach Pakietów Nr 1-15 i Pakietu Nr 17 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy – nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna netto nie ulegnie zmianie.”
6. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy: pkt XIV.12 a) SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „0,1 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, po upływie 10 dni zwłoki Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, z zachowaniem prawa do kar umownych.”
7. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy: pkt XIV.12 b) SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „0,1 % wartości brutto zamówionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości. Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt b), poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie dni kalendarzowych od dnia uznania reklamacji za zasadną (maksymalnie 5 dni kalendarzowych).”
8. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy: pkt XIV.13 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% na 5%?
9. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy: pkt XIV.16 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Powtarzające się nie wypełnianie warunków umowy przez Wykonawcę w szczególności nieterminowa lub niezgodna pod względem asortymentu bądź ilości z zamówieniami realizacja dostaw, a także istotne powtarzające się uchybienia w zakresie jakości dostarczanych towarów lub ich terminów ważności – dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania

umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, bez prawa Wykonawcy do naliczania kar umownych. Pkt. 13 stosuje się.”

- 10. Dotyczy Ogólnych warunków umowy: pkt XIV.19 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji dostaw przez dwa kolejne terminy, wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub warunkami określonymi przepisami prawa, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”
- 11. Dotyczy Ogólnych warunków umowy: pkt XIV.22 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. W przypadku zakupu od innych Wykonawców Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy, a ceną, jaką zapłaci Zamawiający u innego Wykonawcy powiększoną o koszty transportu naliczone przez innego Wykonawcę. W przypadku dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego zakupu niedostarczonego towaru u innego Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.”
- 12. Dotyczy Ogólnych warunków umowy: pkt XIV.23 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”
- 13. Dotyczy Ogólnych warunków umowy: pkt XIV SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze.”
- 14. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie stopniowych poszerzań ujścia brodawki, zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych, typ COTTONA, średnica: 5-7- 8.5 oraz 5-7- 10 Fr, długość 180 cm, współpracujące z przewodnikiem 0.035", jednorazowego użytku?
- 15. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie przewodnika przełykowego o długości 260 cm, miękki koniec (3 cm) wielorazowego użytku?
- 16. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły do ostrzykiwania o średnicy igły 22 G ? Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad. 1** Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie osobnej oferty na **pozycje 2 i 4 Pakietu Nr 2.**
- Ad. 2** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** stentów samorozprężalnych do dróg żółciowych opisanych w pytaniu.
- Ad. 3** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** stentów samorozprężalnych do przełyku opisanych w pytaniu.
- Ad. 4 i 16** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** igieł do ostrzykiwania o średnicy igły 22G, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.
- Ad. 5-13** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie do Ogólnych warunków umowy zaproponowanych w pytaniach zmian.
- Ad. 14** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** stopniowych poszerzań ujścia brodawki, zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.
- Ad. 15** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 2** przewodnicy przełykowej opisanej w pytaniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

