



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-29/18

Tarnów, 2018-04-26

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dzierżawę analizatorów do badań: gazometrycznych i wapnia zjonizowanego, z koagulologii, hematologicznych, analizy moczu, biochemicznych; wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści analizatory używane, nie starsze niż z roku produkcji 2012, po pełnym przeglądzie i z pełną gwarancją na czas trwania umowy?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu, że czas naprawy będzie wynosił 24 godziny w dni robocze, od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści analizator główny, używany, nie starszy niż z roku produkcji 2011, po pełnym przeglądzie i z pełną gwarancją na czas trwania umowy?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu, że czas naprawy będzie wynosił 48 godzin od zgłoszenia awarii bez użycia części zamiennych a w przypadku konieczności zamówienia części zamiennych naprawa może być przedłużona o maksymalnie kolejne 24 godziny?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** analizatorów używanych, nie starszych niż z roku produkcji 2012, po pełnym przeglądzie i z pełną gwarancją na czas trwania umowy.

Ad.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w **Pakiecie Nr 1** zmian w zapisach pkt 23 Załącznika Nr 6.1.

Ad.3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** analizatora głównego, używanego, nie starszego niż z roku produkcji 2011, po pełnym przeglądzie i z pełną gwarancją na czas trwania umowy.

Ad.4 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w **Pakiecie Nr 2** zmian w zapisach pkt 22 Załącznika Nr 6.2 dotyczącego wymagań wobec analizatora wiodącego do oznaczeń koagulologicznych, jak również w zapisach pkt 3 Załącznika Nr 6.2 dotyczącego wymagań wobec analizatora back-up do oznaczeń koagulologicznych.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a