



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-29/18

Tarnów, 2018-04-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dzierżawę analizatorów do badań: gazometrycznych i wapnia zjonizowanego, z koagulologii, hematologicznych, analizy moczu, biochemicznych; wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tego pakietu na który składana jest oferta?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3, pkt.19 Załącznika Nr 6.3 do SIWZ - Wymaganych parametrów analizatora hematologicznego 5 diff wiodącego.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych dla produktów wymienionych w punkcie 19 Załącznika 6.3 (wymagania dla analizatora hematologicznego 5 diff wiodącego), tj. mieszadło rolkowe, wirówka laboratoryjna, sumator hematologiczny.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin od zgłoszenia awarii, w związku z oferowanym analizatorem back-up?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie oferowanych analizatorów wraz z osprzętem w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 3, pkt.1 Załącznika Nr 6.3 do SIWZ - Wymagania wobec odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych.** Czy ze względu na cykl produkcji oraz rodzaj materiału (materiał biologiczny) Zamawiający wyrazi zgodę, aby data ważności krwi kontrolnej wynosiła min. 1 m-c od daty dostawy?
6. **Dotyczy pkt.XV.1 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu na „Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie telefonicznie a następnie potwierdzał faxem lub e-mailem” ? Uzasadnienie: Wykonawca nie jest w stanie telefonicznie określić tożsamości osoby upoważnionej do składania zamówień po stronie Zamawiającego.
7. **Dotyczy pkt. XV.14 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10%?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 3, pkt. 12, 13, 14, 15 Załącznika Nr 6.3 do SIWZ - Wymaganych parametrów dla analizatora hematologicznego 5 diff wiodącego oraz pkt. 12, 13, 14, 15 Załącznika Nr 6.3 Wymaganych parametrów dla analizatora hematologicznego 5 diff back-up** Czy Zamawiający wymaga liniowości dla WBC, PLT, RCB, HGB zaczynających się od "0"?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 3, pkt. 3 Załącznika 6.3 SIWZ - Wymaganych parametrów analizatorów hematologicznych 5 diff wiodącego i back up.** Czy Zamawiający dopuści termin dostawy analizatorów wraz z osprzętem - do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 3, pkt. 2 Załącznika Nr 6.3 do SIWZ - Wymagania wobec odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych.** Czy z uwagi na wymagania dotyczące odczynników bez zawartości cyjanku, Zamawiający wymaga także, aby nie zawierały one metanolu i glikolu etylenowego, które są równie szkodliwe jak cyjanek?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający wyraża zgodę aby aparat główny był z roku 2010.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 4, pkt.14 Załącznika Nr 6.4 do SIWZ - parametrów wymaganych analizatora wiodącego automatycznej analizy moczu.** Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków oznaczających 10 parametrów moczu z czego ciężar właściwy zgodnie z pkt. 4 analizator oznacza fizykalnie?

13. **Dotyczy Pakietu Nr 4 pkt.12 Załącznika Nr 6.4 do SIWZ - parametrów wymaganych analizatora półautomatycznej analizy moczu.** Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie analizatora z opcją wprowadzania wyników oceny mikroskopowej osadu moczu przy pomocy tzw. przystawki osadowej działającej na podobnej zasadzie jak wewnętrzna czy zewnętrzna klawiatura (pod odpowiednimi klawiszami zaprogramowane są poszczególne składniki osadu moczu) lub zestawu komputerowego sieci (zgodnie z pkt. 1 wymogów dla analizatora automatycznej analizy moczu i analizatora półautomatycznego)?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator back-up z roku 2014.
15. **Dotyczy Pakietu Nr 5 pkt. 2 Załącznika Nr 6.5 do SIWZ - wymagań odczynników i innych materiałów.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który produkowany jest przez innego producenta wyłącznie dla firmy Oferenta produkującej odczynniki, i stanowi jednolity system analityczny z oferowanymi odczynnikami? Oferent gwarantuje pełną dokumentację walidacyjną oferowanych odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z oferowanym analizatorem, wraz z deklaracjami CE. W Deklaracji CE dla analizatora umieszczone są obie firmy: producent aparatu i producent odczynników.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 5 pkt. 2 Załącznika Nr 6.5 do SIWZ - wymaganych parametrów analizatora wiodącego i uzupełniającego.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatorów z oprogramowaniem w j. angielskim?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 5 pkt. 13 Załącznika Nr 6.5 do SIWZ - wymaganych parametrów analizatora wiodącego i uzupełniającego.** Czy Zamawiający wymaga aby oznaczanie jonów odbywało się przy pomocy bezobsługowych, pojedynczych elektrod nie wymagających wymiany membran lub uzupełniania płynów
18. **Dotyczy Pakietu Nr 5 pkt. 17 Załącznika Nr 6.5 do SIWZ - wymagań odczynników i innych materiałów.** Czy Zamawiający wymaga, aby analizator posiadał możliwość oznaczania hemoglobiny glikowanej w krwi pełnej, gdzie hemolizat przygotowywany jest automatycznie na pokładzie analizatora bez udziału osoby obsługującej aparat?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 5 pkt. 25 Załącznika Nr 6.5 do SIWZ - wymagań odczynników i innych materiałów.** Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby również ładowanie/rozładowywanie odczynników odbywało się w sposób ciągły w dowolnym czasie pracy analizatora, tak samo jak próbek bez konieczności zmiany trybu pracy na Standby, Pauza, Wstrzymanie czy Stop?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznik Nr 1 – Formularz Cenowy.** Prosimy o doprecyzowanie czy jedynym parametrem oznaczanym w moczu jest białko i albumina? Czy Zamawiający wymaga zaoferowania oddzielnego materiału do kontroli w PMR?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający dopuszcza, aby w Formularzu Ofertowym zostawić wycenę tylko tego pakietu na który składana jest oferta.

Ad.2 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.19 Załącznika Nr 6.3 do SIWZ - Wymagane parametry dla analizatora hematologicznego 5 diff wiodącego **zapis o treści:**

„W zestawie z analizatorem (w celu zapewnienia możliwości przygotowania materiału do obróbki hemaologicznej): mieszadło hematologiczne - rolkowe, wirówka laboratoryjna, sumator hematologiczny”
zmienia na zapis o treści:

„W zestawie z analizatorem (w celu zapewnienia możliwości przygotowania materiału do obróbki hematologicznej): mieszadło hematologiczne – rolkowe poziome, wirówka laboratoryjna równoważna z wirówką typu Eppendorf 5702 z rotorem z uchylnymi koszami, sumator hematologiczny standardowy”.

Ad.3 Zamawiający dopuszcza również, aby czas reakcji serwisu dla zaoferowanego w **Pakiecie Nr 3** analizatora back-up wynosił 48 godzin.

Ad.4 i 9 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w **Pakiecie 3 w pkt 3 Załącznika Nr 6.3** Wymaganych parametrów dla analizatorów hematologicznych 5 diff wiodącego i back up tj. „Dostawa analizatorów wraz z osprzętem - do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy”.

Ad.5 Zamawiający dopuszcza również, aby krew kontrolna oferowana w **Pakiecie Nr 3** posiadała datę ważności minimum 1 miesiąc od dat dostawy.

Ad.6–7 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.8 Wymóg dotyczący liniowości pomiaru WBC, PLT, RCB, HGB w **Pakiecie Nr 3** Zamawiający określił w pkt. 12, 13, 14, 15 Załącznika Nr 6.3 do SIWZ - Wymaganych parametrów dla analizatora hematologicznego 5 diff wiodącego oraz pkt. 12, 13, 14, 15 Załącznika Nr 6.3 Wymaganych parametrów dla analizatora hematologicznego 5 diff back-up, i nie wprowadza w tym zakresie zmian.

Ad.10 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w **Pakiecie 3 w pkt.2 Załącznika Nr 6.3** Wymagania wobec odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych. tj. „Wszystkie odczynniki bezwzględnie beczjankowe”.

Ad.11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** analizatora wiodącego z 2010 r.

Ad.12 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 4** pasków 10-parametrowych spełniających wymagania określone w SIWZ, w tym w pkt 14 Załącznika Nr 6.4 –analizatora wiodącego automatycznej analizy moczu

Ad.13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** analizatora półautomatycznej analizy moczu z opcją wprowadzania wyników oceny mikroskopowej osadu moczu przy pomocy tzw. przystawki osadowej działającej na podobnej zasadzie jak wewnętrzna czy zewnętrzna klawiatura (pod odpowiednimi klawiszami zaprogramowane są poszczególne składniki osadu moczu) lub zestawu komputerowego sieci (zgodnie z pkt. 1 wymogów dla analizatora automatycznej analizy moczu i analizatora półautomatycznego).

Ad.14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** analizatora back-up z 2014 r..

Ad.15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** analizatora, który produkowany jest przez innego producenta wyłącznie dla firmy Wykonawcy produkującej odczynniki, i stanowi jednolity system analityczny z oferowanymi odczynnikami. Wykonawca gwarantuje pełną dokumentację walidacyjną oferowanych odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z oferowanym analizatorem, wraz z deklaracjami CE. W Deklaracji CE dla analizatora umieszczone są obie firmy: producent aparatu i producent odczynników

Ad.16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** analizatorów z oprogramowaniem w j. angielskim.

Ad.17 Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 13 Załącznika Nr 6.5 wymaganych parametrów analizatorów biochemicznych wiodącego i uzupełniającego oferowanych w **Pakiecie Nr 5**.

Ad.18 Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 17 Załącznika Nr 6.5 wymaganych parametrów analizatorów biochemicznych wiodącego i uzupełniającego oferowanych w **Pakiecie Nr 5**.

Ad.19 Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 25 Załącznika Nr 6.5 wymaganych parametrów analizatorów biochemicznych wiodącego i uzupełniającego oferowanych w **Pakiecie Nr 5**.

Ad.20 Zamawiający wymaga zaoferowanie przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania określone w SIWZ i Załącznikach do niej i nie wprowadza w tym zakresie zmian.

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.2, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia **23.05.2018 r godz. 10:00**

- otwarcie ofert w dniu **23.05.2018 r. godz. 10:30**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, V, X.1, XI.1, Załączniku Nr 6.3 oraz ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 6.3 do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

