



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-29/18

Tarnów, 2018-05-14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dzierżawę analizatorów do badań: gazometrycznych i wapnia zjonizowanego, z koagulologii, hematologicznych, analizy moczu, biochemicznych; wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4 pkt 4 Załącznika Nr 6.4 Analizator automatycznej analizy moczu oraz analizator półautomatyczny analizy moczu.** Czy Zamawiający zgodzi się aby czas naprawy wynosił 24 h w dni robocze?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 5 pkt 6 Załącznika Nr 6.5 Analizatory biochemiczne wiodący i uzupełniający.** Czy Zamawiający zgodzi się aby czas naprawy wynosił 24 h w dni robocze?
3. **Dotyczy pkt XV.14 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „20%” na „10%”?
4. **Dotyczy pkt XV.17 i 20.2 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
5. **Dotyczy pkt XV.23 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 5 pkt 13 Załącznika Nr 6.5 Analizatory biochemiczne wiodący i uzupełniający.** Prosimy o potwierdzenie, że przez sformułowanie „możliwość wybiórczego oznaczania sodu, potasu, chlorków” rozumie się możliwość wybiórczego podawania na wynikach wartości tych parametrów stosownie do rodzaju zleconego badania.
7. **Pakietu Nr 5 pkt 19 Załącznika Nr 6.5 Analizatory biochemiczne wiodący i uzupełniający.** Czy przez zapis „Możliwość automatycznej oceny jakości próbki w zakresie: lipemii, hemolizy, hiperbilirubinemii” Zamawiający rozumie, że oferowane analizatory powinny na zlecenie operatora automatycznie oceniać jakość próbki i podawać w jakim stopniu interferuje ona w ona w uzyskane wyniki.
8. **Pakietu Nr 5 pkt 7 Załącznika Nr 6.5 Analizatory biochemiczne wiodący i uzupełniający.** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur konserwacyjnych elektrody referencyjnej nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny te są dostarczane przez serwis producenta w czasie konserwacji tej elektrody
9. **Pakietu Nr 5** Czy jeśli w instrukcji obsługi podano jedynie okres gwarancji, jakim objęta jest lampa, a jej wymiana w procedurach konserwacyjnych zalecana jest „co roku lub w razie potrzeby” to czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie terminów gwarancji lamp, które wynikają z wewnętrznych ustaleń oferenta?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze?

11. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy do wyszczególnionych w tabeli asortymentowej ilości badań należy doliczyć dodatkowe testy na kalibrację i kontrole a jeśli tak to prosimy o podanie schematu częstości wykonywania oznaczeń kontrolnych dla danych parametrów.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający będzie wykonywał badania w moczu a jeśli tak to jakie i czy należy zaoferować dodatkowe dedykowane kontrole do moczu?
13. **Pakietu Nr 5 pkt 27 Załącznika Nr 6.5 Analizatory biochemiczne wiodący i uzupełniający.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samych materiałów kontrolnych bez oprogramowania, materiałów kontrolnych kompatybilnych z programem porównań międzylaboratoryjnych UNITY?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wykonawcy zaoferowali ilość kontroli do Hemoglobiny Glikowanej uwzględniając mrożenie kontroli?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Prosimy o szczegółowy harmonogram wykonywania kontroli (częstość i ilość poziomów) dla wszystkich parametrów.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Prosimy o doprecyzowanie założeń wykonywania badań z podziałem na oferowane aparaty, czy z założenia jakieś parametry będą wykonywane równolegle na dwóch aparatach?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby stałość LOTu kontroli utrzymać do 12 miesięcy?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 14 i 37.** Ile poziomów kontroli do płynów mózgowo-rdzeniowych i moczu Zamawiający wymaga (poz 14, 37)?
19. **Dotyczy Pakietów Nr: 2, 3, 4, 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kontrolę zewnętrzną międzynarodową równoważną do opisanej RANDOX SYSTEM, każdy w sprawdzianach 12x w roku (hematologiczna wysyłana kwartalnie)?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 4** czas naprawy (o którym mowa w **pkt 4 Załącznika Nr 6.4 Analizator automatycznej analizy moczu oraz analizator półautomatyczny analizy moczu**) do 24 godzin w dni robocze.

Ad.2 Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 5** czas naprawy (o którym mowa w **pkt 6 Załącznika Nr 6.5 Analizatory biochemiczne wiodący i uzupełniający**) do 24 godzin w dni robocze.

Ad.3-5 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

Ad.6 Zamawiający potwierdza, że zapis „możliwość wybiórczego oznaczania sodu, potasu, chlorków” w **Pakiecie Nr 5 pkt 13 Załącznika Nr 6.5 Analizatory biochemiczne wiodący i uzupełniający** oznacza możliwość wybiórczego podawania na wynikach wartości tych parametrów stosownie do rodzaju zleconego badania.

Ad.7 Zamawiający potwierdza, że zapis „Możliwość automatycznej oceny jakości próbki w zakresie: lipemii, hemolizy, hiperbilirubinemii” w **Pakiecie Nr 5 pkt 19 Załącznika Nr 6.5 Analizatory biochemiczne wiodący i uzupełniający** oznacza, że oferowane analizatory powinny na zlecenie operatora automatycznie oceniać jakość próbki i podawać w jakim stopniu interferuje ona w uzyskane wyniki.

Ad.8 Zamawiający potwierdza w **Pakiecie Nr 5 pkt 7 Załącznika Nr 6.5 Analizatory biochemiczne wiodący i uzupełniający**, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur konserwacyjnych elektrody referencyjnej nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody, pod warunkiem, że płyny te są dostarczane przez serwis producenta w czasie konserwacji tej elektrody i wliczone są w cenę dzierżawy.

Ad.9 Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 5** zaoferowanie terminów gwarancji lamp, które wynikają z wewnętrznych ustaleń Wykonawcy, pod warunkiem, że liczba lamp jaką będzie musiał nabyć Zamawiający w trakcie trwania umowy, nie będzie większa niż liczba lamp zaoferowanych przez Wykonawcę.

Ad.10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** niektórych odczynników biochemicznych porcjowanych do oferowanych przez Wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferowanie ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze.

Ad.11 Podane przez Zamawiającego w **Załączniku Nr 1 do SIWZ** w **Pakiecie Nr 5** ilości badań obejmują wszystkie testy przygotowawcze.

Ad.12 Zamawiający będzie wykonywał w **Pakiecie Nr 5** badania określone w SIWZ.

Ad.13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** samych materiałów kontrolnych bez oprogramowania, materiałów kontrolnych kompatybilnych z programem porównań międzylaboratoryjnych UNITY

Ad.14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** ilość kontroli do Hemoglobiny Glikowanej uwzględniającej mrożenie kontroli.

Ad.15 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w **Załączniku Nr 6.5 do SIWZ** - Wymagania odczynników i innych materiałów dodaje pkt.4 o treści:

„Zamawiający przewiduje kontrole: dla badań biochemicznych – codziennie 2 poziomy 7 dni w tygodniu; dla Homocysteiny – 2 poziomy (niski, wysoki – ponad 30 umd/L; Etanol – 2 poziomy zamiennie (niski i wysoki); PMR – 2 poziomy zamiennie (dla parametrów w PMR); CRP – 2 poziomy (w tym wartości około 0,2 i powyżej 100 mg/L).”

Ad.16 Zamawiający nie przewiduje w **Pakiecie Nr 5** oznaczania tych samych parametrów równolegle na dwóch aparatach.

Ad.17 Zamawiający dopuszcza aby w **Pakiecie Nr 5** aby stałość LOTu kontroli utrzymana była do 12 miesięcy.

Ad.18 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w **Załączniku Nr 6.5 do SIWZ** - Wymagania odczynników i innych materiałów dodaje pkt.5 o treści:

„Dla oznaczeń ujętych w poz. 14 i 37 w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy) Zamawiający przewiduje dwa poziomy kontroli dla płynów mózgowo-rdzeniowych i moczy.”

Ad.19 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakietach Nr: 2, 3, 4, 5** kontroli zewnętrznej międzynarodowej równoważnej do opisanej RANDOX SYSTEM, każda w sprawdzianach 12x w roku (hematologiczna wysyłana kwartalnie).

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.15 i Ad.18, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia **04.06.2018 r godz. 10:00**

- otwarcie ofert w dniu **04.06.2018 r. godz. 10:30**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, V, X.1, XI.1, Załączniku Nr 6.5 oraz ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 6.5 do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

