



Znak: AE/ZP-27-38/18

Tarnów, 2018-05-21

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: staplerów, instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego, ładunków do staplerów oraz laparoskopowych retrakcyjnych obłożeń rany, sprzętu jedno- i wielorazowego użytku do laparoskopii ginekologicznej, osprzętu do aparatury do operacji laparoskopowych firmy Storz dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w Pozycji 1 dopuści również zaoferowanie, oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, asortyment o następujących parametrach stapler (rękojeść) jednorazowego użytku, liniowy, tnąco-zamykający z nożem w ładunku i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek, wykonujący dwie potrójne linie szwów, długość szwu 81, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,4mm, z możliwością załadowania dodatkowych ładunków, sterylne plus osobno pakowany, kompatybilny ładunek przeznaczony do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu) wraz odpowiadającymi mu ładunkami w pozycji 2?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w Pozycji 3 dopuści również zaoferowanie, oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, asortyment o następujących parametrach stapler (rękojeść) jednorazowego użytku, liniowy, tnąco-zamykający z nożem w ładunku i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek, wykonujący dwie potrójne linie szwów, długość szwu 61, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,4mm, z możliwością załadowania dodatkowych ładunków, sterylne plus osobno pakowany, kompatybilny ładunek przeznaczony do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu) wraz odpowiadającymi mu ładunkami w pozycji 4?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w Pozycji 1 dopuści również zaoferowanie, oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, asortyment o następujących parametrach endostapler uniwersalne, tnąco-zamykające, jednorazowego użytku, co najmniej dwie długości ramienia mieszczące się w przedziale 16 - 34 cm, z zagięciem kątowym co najmniej 450, długość linii zszywek 60 mm, sterylne?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w Pozycji 2 dopuści również zaoferowanie, oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, asortyment o następujących parametrach ładunki do endostaplerów z poz. 1, sterylne, o długości 60 mm, przed zamknięciem wysokość zszywek 2,5mm, 3,5mm, 3,8mm lub 4,1mm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 7.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 10 dni kalendarzowych?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 5-6 .** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia zakresie poz. nr 5-6, spełniającego wszystkie wymagania opisane w formularzu parametrów technicznych, które nie są w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. wyrobami medycznymi tj. posiadają niepreferencyjną stawkę podatku VAT – 23%?
7. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy: pkt XIV.17 SIWZ.** Prosimy o podanie terminu płatności
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6-8.** Czy Zamawiający z Pakietu 1 wydzieli poz. 6, 7, 8 ?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 w Pozycji 1 również zaoferowanie, oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, asortyment o następujących parametrach stapler jednorazowego użytku, okrężny zakrzywiony, z manualną regulacją docisku tkanki w zakresie 1,0-2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5,5mm, średnica staplera 21 mm, sterylne ?

- 10.**Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 w Pozycji 2 również zaoferowanie, oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, asortyment o następujących parametrach stapler jednorazowego użytku, okrężny zakrzywiony, z manualną regulacją docisku tkanki w zakresie 1,0-2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5,5mm, średnica staplera 25 mm, sterylne ?
- 11.**Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 w Pozycji 3 również zaoferowanie, oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, asortyment o następujących parametrach stapler jednorazowego użytku, okrężny zakrzywiony, z manualną regulacją docisku tkanki w zakresie 1,0-2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5,5mm, średnica staplera 29 mm, sterylne ?
- 12.**Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4-5.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 w Pozycji również 4, 5 zaoferowanie, oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, asortyment o następujących parametrach stapler jednorazowego użytku, okrężny zakrzywiony, z manualną regulacją docisku tkanki w zakresie 1,0-2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5,5mm, średnica staplera 33 mm, sterylne ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** opisanego w pytaniu staplera, pod warunkiem, że będzie dostarczony w komplecie z opisanym w pytaniu ładunkiem.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** opisanego w pytaniu staplera, pod warunkiem, że będzie dostarczony w komplecie z opisanym w pytaniu ładunkiem.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** endostaplerów opisanych w pytaniu, pod warunkiem zaoferowania wraz z każdym endostaplerem jednorazowego trokara.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 2** ładunków do endostaplerów opisanych w pytaniu, pod warunkiem, że są kompatybilne z endostaplerami zaoferowanymi w poz. 1 Pakietu Nr 4.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie w **Pakiecie Nr 7** terminu dostawy do 10 dni kalendarzowych.

Ad. 6 Zamawiający nie wymaga zaoferowania w **Pakiecie nr 7 poz. 5-6** przedmiotu zamówienia będącego wyrobem medycznym.

Ad. 7 Zgodnie z pkt IV.1 Formularza Ofertowego to Wykonawca winien zaoferować termin płatności , przy czym nie może on być krótszy niż 30 dni od dnia wystawienia faktury.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 1 poz. 6-7**.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** staplerów opisanych w pytaniu.

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** staplerów opisanych w pytaniu.

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** staplerów opisanych w pytaniu.

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4-5** staplerów opisanych w pytaniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a