



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-41/18

Tarnów, 2018-05-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dzierżawę automatycznego analizatora do oznaczania OB wraz z dostawami elementów zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową oraz zestawów do pobierania krwi tętnicznej na gazometrię dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 w pozycji nr 5 probówki do oznaczania glukozy o objętości 2 lub 4 ml?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 w pozycji nr 12 probówki do oznaczania OB o objętości 1,5 ml?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9 i 11.** Czy w przypadku zaoferowania w pozycji nr 9 kompletu składającego się z uchwytów z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym oraz igieł systemowych wykonawca może zmniejszyć o 1000 ilość zaoferowanych zwykłych uchwytów systemowych z pozycji nr 11?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu próżniowego do pobierania krwi z Pakietu Nr 1 (probówki, igły, uchwyty i adaptory), dla zachowania najwyższej jednolitej jakości, pochodziły od jednego producenta?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1, pkt. 17 Załącznika Nr 6 do SIWZ - Wymagania dla przedmiotu zamówienia.** Zamawiający wymaga: „Aparat posiadający materiał kontrolny w postaci wystandaryzowanych rurek lub Wykonawca dostarczy inny materiał kontrolny dedykowany do zaoferowanego aparatu. W przypadku gdy wymieniony materiał kontrolny nie jest ujęty w cenie dzierżawy, i Zamawiający będzie musiał go kupować, należy wymienić go w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) podając jego cenę i ilość”
Prosimy o doprecyzowanie, jaka ma być ilość wymaganego materiału, w przypadku zaoferowania innego materiału kontrolnego niż wystandaryzowane rurki. Czy Zamawiający wymaga materiału kontrolnego na każdy dzień pracy (np. w miesięcznych cyklach kontroli).
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rozdzielenie do oddzielnych pozycji i podanie ilości poszczególnych probówek do biochemii z pozycji nr 1 w celu ich osobnej wyceny.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** probówki do oznaczania glukozy o objętości 2 i 4 ml ale równocześnie, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 12** probówki do oznaczania OB o objętości 1,5 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 3

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian do ilości asortymentu oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 9 i 11.**

Ad. 4

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.3 Załącznika Nr 5 do SIWZ - Wymagane parametry dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1

zapis o treści:

„Wszystkie elementy systemu używane bezpośrednio do pobierania krwi (próbówki, igły, uchwyty, pojemniki, adaptery do pobierania krwi)”

zmienia na zapis o treści:

„Wszystkie elementy systemu używane bezpośrednio do pobierania krwi (próbówki, igły, uchwyty, pojemniki, adaptery do pobierania krwi) pochodzą od jednego producenta.”

Ad.5

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.17 Załącznika Nr 5 do SIWZ - Wymagane parametry dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1

zapis o treści:

„Aparat posiadający materiał kontrolny w postaci wystandaryzowanych rurek lub Wykonawca dostarczy inny materiał kontrolny dedykowany do zaoferowanego aparatu. W przypadku gdy wymieniony materiał kontrolny nie jest ujęty w cenie dzierżawy, i Zamawiający będzie musiał go kupować, należy wymienić go w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) podając jego cenę i ilość”

zmienia na zapis o treści:

„Aparat posiadający materiał kontrolny w postaci wystandaryzowanych rurek lub Wykonawca dostarczy inny materiał kontrolny dedykowany do zaoferowanego aparatu. W przypadku gdy wymieniony materiał kontrolny nie jest ujęty w cenie dzierżawy, i Zamawiający będzie musiał go kupować, należy wymienić go w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) podając jego cenę i ilość. Kontrola będzie prowadzona raz na dwa tygodnie.”

Ad.6

Zamawiający nie wyraża zgody na rozdzielenie próbek (o różnych objętościach) ujętych w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** do oddzielnych pozycji.

W związku z odpowiedzią udzieloną w **Ad.3** i **Ad.5**, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia **30.05.2018 r godz. 10:00**

- otwarcie ofert w dniu **30.05.2018 r. godz. 11:00**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, IX.1, X.1, Załączniku Nr 5 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 5 do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a