



.....  
.....

Znak: AE/ZP-27-41/18

Tarnów, 2018-05-29

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dzierżawę automatycznego analizatora do oznaczania OB wraz z dostawami elementów zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową oraz zestawów do pobierania krwi tętnicznej na gazometrię dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt XIV.1 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Zwracamy się z prośbą o dodanie w pkt. 1 „Dostawa analizatora ujętego w Pakiecie 1 poz. 13 – do 14 dni od daty podpisania umowy.
2. **Dotyczy pkt XIV.1 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu dot. liczenia terminu realizacji dostaw z „dni kalendarzowych” na „dni robocze”.
3. **Dotyczy pkt VI.A. SIWZ Zasady oceny ofert.** Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu dot. liczenia terminu realizacji reklamacji z „dni kalendarzowych” na „dni robocze”.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pkt. 3 Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia.** Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu zamkniętego, służące bezpośrednio do pobierania krwi (próbówki, igły, uchwyty, pojemniki, adaptery do pobierania krwi) pochodziły od jednego producenta?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8 - pkt. 5 Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia.** Czy przez „wizjer kontrolujący wklucie dołożyska żylnego wyraźnie zaznaczony” Zamawiający rozumie zamkniętą przezroczystą komorę, umiejscowioną przed gwintem igły, która po wkluciu do żyły, a przed podłączeniem próbek, wypełnia się krwią na długości minimum 0,5 cm, w celu zapewnienia komfortu obserwacji osobie pobierającej krew?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pkt. 7 Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia.** Czy Zamawiający wymaga, aby uchwyt systemowy z zabezpieczeniem przeciwwzakłuciowym spełniał te same parametry, jakich wymaga w przypadku igieł z wbudowaną osłonką, tzn. gwarantował: możliwość uruchomienia osłonki ruchem 1 ręki, sygnał dźwiękowy informujący o prawidłowym zabezpieczeniu igły oraz ustawienie osłonki w jednej linii z ostrzem igły?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pkt. 8 Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia w powiązaniu z poz. 3 Formularza Cenowego.** Prosimy o dopuszczenie próbek do analizy koagulologicznej z cytrynianem sodu 3,2%, pojemność 1,8-2.0 ml z min 4-miesięcznym okresem ważności w dniu dostawy.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pkt. 15 Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia.** Czy przez kontrolę jakości z wyliczeniem parametrów kontrolnych zamawiający rozumie funkcję wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości z zastosowaniem krwi kontrolnej metrykowanej dedykowanej do zaoferowanego aparatu tzn. z podanymi zakresami podstawowych parametrów kontrolnych: X (średnia wartość), SD (odchylenie standardowe), CV% (współczynnik zmienności) dla oferowanych poziomów kontrolnych?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pkt. 17 Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia.** Prosimy o potwierdzenie, czy materiał kontrolny wymagany w punkcie 17 ma służyć do kalibracji aparatu. Jeśli tak – prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym kalibracja aparatu wykonywana jest automatycznie, bez użycia dodatkowych materiałów, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta aparatu.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1, pkt. 18 Załącznika Nr 5 do SIWZ - Wymagania dla przedmiotu zamówienia.** Prosimy o odstąpienie od tego wymogu – Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z Załącznikiem nr V pkt 21) do zapewnienia serwisu technicznego aparatu i do usunięcia awarii lub dostarczenia aparatu zastępczego w ciągu max 72 godzin.

**11. Dotyczy Pakietu Nr 1, pkt. 18 Załącznika Nr 5 do SIWZ - Wymagania dla przedmiotu zamówienia.** Prosimy o dopuszczenie statywu półautomatycznego (zamiast statywu manualnego) zwalidowanego do pracy na tych samych probówkach, co zaoferowany aparat do OB.

**12. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 5 probówki do analizy glukozy z inhibitorem glikolizy z fluorkiem sodu i szczawianem potasu, o pojemności 2 ml (13 x 75 mm), dedykowane zarówno do analizy glukozy jak i do oznaczania poziomu mleczanów we krwi lub probówki z fluorkiem sodu i EDTA, pojemności 2 ml (13x75 mm)?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: w **pkt XIV.1 SIWZ** Ogólne warunki umowy **zapis o treści:**

„(...)„Dostawa analizatora ujętego w Pakiecie 1 poz. 13 – do 14 od daty podpisania umowy.”

**zmienia na zapis o treści:**

„(...) Dostawa analizatora ujętego w Pakiecie 1 poz. 13 – do 14 dni od daty podpisania umowy.”

**Ad. 2** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian do **pkt XIV.1 SIWZ** Ogólne warunki umowy i podtrzymuje liczenie terminów dostaw w dniach kalendarzowych.

**Ad. 3** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian do **pkt VI.A SIWZ** dotyczącego zasad oceny ofert i podtrzymuje liczenie terminów reklamacji w dniach kalendarzowych.

**Ad. 4** Zgodnie z zapisem w **pkt 3 Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia** (po dokonanej zmianie treści SIWZ w dniu 25.05.2018) Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy systemu używane bezpośrednio do pobierania krwi (probówki, igły, uchwyty, pojemniki, adaptery do pobierania krwi) pochodziły od jednego producenta.

**Ad.5** Przez wymagania określone dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1 poz. 8** określone w pkt 5 Załącznika Nr 5 Zamawiający rozumie dokładnie to co zapisał, tj. wymaga wizjera kontrolującego wklucie dołożyska żylnego, wyraźnie zaznaczonego, o długości nie mniejszej niż 0,5 cm. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza, aby był to wizjer opisany w pytaniu.

**Ad.6** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 9** igieł z wbudowaną osłonką zabezpieczającą przed zakłuciem lub zaoferowania igieł i uchwytów systemowych z zabezpieczeniem przeciwwzakłuciowym, w obu przypadkach spełniających wymagania dla nich określone w **pkt 7 Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia**.

**Ad.7** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** probówek do analizy koagulologicznej z cytrynianem sodu 3,2%, pojemność 1,8-2.0 ml z min 4-miesięcznym okresem ważności w dniu dostawy.

**Ad.8** Wymagania dotyczące kontroli jakości dla aparatu zaoferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 13** Zamawiający określił w **pkt. 15 Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia** i nie wprowadza w tym zakresie zmian.

**Ad.9** Wymagania dotyczące materiału kontrolnego do aparatu zaoferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 13** Zamawiający określił w **pkt. 17 Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia** i nie wprowadza w tym zakresie zmian.

**Ad.10** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 13** aparatu nie wyposażonego w statyw manualny.

**Ad.11** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 13** aparatu wyposażonego w statyw półautomatyczny (zamiast statywu manualnego) zwalidowanego do pracy na tych samych probówkach, co zaoferowany aparat do OB.

**Ad.12** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** probówek do analizy glukozy z inhibitorem glikolizy z fluorkiem sodu i szczawianem potasu, o pojemności 2 ml (13 x 75 mm), dedykowane zarówno do analizy glukozy jak i do oznaczania poziomu mleczanów we krwi lub probówki z fluorkiem sodu i EDTA, pojemności 2 ml (13x75 mm).

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

