



Znak: AE/ZP-27-45/18

Tarnów, 2018-07-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, porty naczyniowe, igły specjalistyczne), parafiny granulowanej, chłonnych gąbek żelatynowych, pasków do zamykania ran i opatrunków dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz.1-2** - Prosimy o potwierdzenie czy w pozycji nr 1 i 2 należy zaoferować igły do biopsji szpiku z metalowym przyłączem luer-lock do podłączenia strzykawki?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz.3** - Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji nr 3 w/w pakietu igieł do biopsji cienkoigłowej w rozmiarze 20G x 160 mm, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz.1** - Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji 1 igieł do biopsji histopatologicznej z możliwością regulacji w zakresie 15 mm i 22 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany pojedynczo?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz.1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 30 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 37** - Z uwagi na niewłaściwe praktyki niektórych wykonawców czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 37 przedłożenia z ofertą ważnych i aktualnych dokumentów dopuszczających do obrotu tj. znak CE ?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 36** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parafinę o temperaturze topnienia 36-58 st. C w opakowaniach 10 kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości t, 24 op (a10kg) Pozostałe warunki przedmiotu zamówienia pozostają zachowane.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 38 poz.1-2** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunków hemostatyczny Woundclot™ o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 38 poz.1-2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz.7, 8,9** - Prosimy o dopuszczenie strzykawek kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego pompami (producent firma Margomed), a które nie są wpisane w menu pompy.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 18** - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnego przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego z butelek, wyposażonego w filtr bakteryjny 0,2 µm. Jest to parametr lepszy od opisanego w SIWZ, o mniejszych porach membrany, zatem zatrzymujący znacznie więcej ewentualnych zanieczyszczeń, niż filtr 0,45 µm. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie filtra bakteryjnego 0,45 µm.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 26** - Prosimy o dopuszczenie do przetargu portów z okrągłą komorą, o dwóch objętościach komory: 0,3ml i 0,5ml. Proponowane porty posiadają cewniki poliuretanowe w rozmiarze przewodnika 6Fr i 8,5Fr oraz długości 760mm. Zestaw – w stosunku do wymogów SIWZ - różni się następującymi parametrami: posiada 2 strzykawki z gumowym tłokiem o pojemności 12ml, tępą igłą bez

drenu i motylka, 2 igły Hubera do przepłukiwania oraz dodatkowo igłę Hubera z drenem i zabezpieczeniem przed samozakłuciem do długich infuzji, hak do unoszenia żyły, zamiast opaski naklejka i karta identyfikacyjna.

13. **Dotyczy Pakietu Nr 1** – czy zamawiający w pakiecie 1 celem dostawy kaniul zaoferowanych przez producentów w postępowaniu przetargowym będzie wymagał oznaczenia na koreczku samo domykającym się w postaci logo producenta.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 4** – czy zamawiający w pakiecie 4 celem dostawy kaniul zaoferowanych przez producentów w postępowaniu przetargowym będzie wymagał oznaczenia na koreczku samo domykającym się w postaci logo producenta.
15. **Dotyczy Pakietu Nr 11** – czy zamawiający w pakiecie 11 nie popełnił omyłki pisarskiej i nie wymaga Przeskórny cewnik wprowadzany obwodowo za pomocą rozrywalnej kaniuli Microflesh (typu peel away) lub rozłamywalnej igły przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z silikonu, cieniujący w Rtg. o rozmiarze 2 Fr tj. 0,3-0,6 mm i długości 15 i 30 cm. Z miękkim drenem przedłużającym o długości 4 cm. W zestawie taśma mierząca
16. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz.1** – czy zamawiający w pakiecie 16 pozycji 1 dopuści Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 16G/15 cm, jednokanałowy
17. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz.2** – czy zamawiający w pakiecie 16 pozycji 2 dopuści Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 14G/15 cm, jednokanałowy
18. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz.3** – czy zamawiający w pakiecie 16 pozycji 3 dopuści Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 16G/20 cm, jednokanałowy
19. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz.4** – czy zamawiający w pakiecie 16 pozycji 4 dopuści Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 14G/20 cm, jednokanałowy
20. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz.5** – czy zamawiający w pakiecie 16 pozycji 5 dopuści Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 14G/16 cm, jednokanałowy
21. **Dotyczy Pakietu Nr 18 (błędnie podane w pytaniu do Pakietu Nr 19)** – czy zamawiający w pakiecie 19 będzie wymagał Sterylny przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażony w filtr bakteryjny 0,45 µm zapewniający jałowość płynu minimum 24 godz. Pakowany w ilości 25 sztuk/opakowanie, 300/karton.
22. **Dotyczy Pakietu Nr 20** – czy zamawiający w pakiecie 20 dopuści zestaw do przedłużania cewnika 2-światłowy nie zawierający DEHP, długość 10 cm, aktywowany końcówką typu luer-lock z systemem zapobiegającym cofaniu się krwi do cewnika, z membraną łatwą do czyszczenia. Możliwość stosowania do 7 dni, do stosowania w miejscach dostępu dożylnego, apirogenny.
23. **Dotyczy Pakietu Nr 20** – czy zamawiający w pakiecie 20 będzie wymagał systemu, który zapobiega cofaniu się krwi do cewnika, z max. objętością wypełnienia 0,02ml.
24. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz.1** – czy zamawiający w pakiecie 24 pozycji 1 dopuści Cewnik do naczyń centralnych dwuświatłowy 7F (14/18G), długość 20 cm, zestaw zawiera : igłę wprowadzającą typu „Y” 18G 6,5cm, nitinolowy przewód J 0,035” 60cm, strzykawka 5ml cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonna z centymetrowymi znacznikami głębokości z zaciskami na lini, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz 8,5Fr o długości 10 cm.
25. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz.2** – czy zamawiający w pakiecie 24 pozycji 2 dopuści Cewnik do naczyń centralnych trzyświatłowy 7F (16/18/18G), długość 20 cm, zestaw zawiera : igłę wprowadzającą typu „Y” 18G 6,5cm, nitinolowy przewód J 0,035” 50 cm, strzykawka 5ml cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonna z centymetrowymi znacznikami głębokości z zaciskami na lini, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz 8,5Fr o długości 10 cm.
26. **Dotyczy Pakietu Nr 26** – czy zamawiający w pakiecie 26 dopuści odpowiednio port standardowy, mini i micro.
1. Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetyleny z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 31x22x12mm i wadze 7,7g, objętość wypełnienia 0,6ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 7 Fr lub 9,5 lub poliuretanowy 8,0 Fr lub 9,0Fr Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny


zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca, prowadnica typu J, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką 20Gx20mm lub 22Gx20 mm, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.

2. Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetyleny z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 26x21x10mm i wadze 5,5g, objętość wypełnienia 0,4ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 6,5Fr lub 7,2 Fr lub poliuretanowy w rozmiarze 7,0 Fr o długości 60 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający 7 Fr, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G x 0,7 mm o dł. 25 mm, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, prowadnik "J"(60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługi jedną ręką 20Gx20mm , sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, bańka Raulersona. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.

3. Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetyleny z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 22x17x9mm i wadze 2,9g, objętość wypełnienia 0,2ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy 5,0 Fr Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca, prowadnica typu J, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką 20Gx20mm lub 22Gx20 mm, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka

27. **Dotyczy Pakietu Nr 27** – czy zamawiający w pakiecie 27 dopuści Igła do blokad nerwów obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG, dren infuzyjny 50cm nie zawierający DEHP kabelek elektryczny z możliwością odkręcenia. W rozmiarach od 35-150mm, 20G-23G
28. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz.1** – czy zamawiający w pakiecie 30 pozycji 1 będzie wymagał Zamknięty system dostępu naczyniowego, bezigłowy, zapobiegający cofaniu się krwi do drenu, z minimalną objętością wypełnienia 0,02 ml, bez lateksu, umożliwiający połączenia Luer, zapewniający użycie do 7 dni,.
29. **Dotyczy Pakietu Nr 30** – czy zamawiający w pakiecie 30 będzie wymagał sprzętu dostarczanego od jednego producenta.
30. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz.8-10** – Prosimy o wydzielenie poz.8-10 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
31. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz.1-2** – Czy zamawiający dopuści w poz.1 oraz poz. 2 aby przyrządy posiadały dren o długości 150 cm, pozostałe wymagania bez zmian?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1** – Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
33. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz.2** – Prosimy o wydzielenie poz.2 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
34. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz.2** – Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

35. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz.2** – Czy zamawiający oczekuje koreczków typu Combi czy koreczków białych – zwykłych, z trzpieniem powyżej krawędzi?
36. **Dotyczy Pakietu Nr 32 poz.1 i 3** – Prosimy o wydzielenie poz.1 i poz.3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
37. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1-6** – Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule posiadały min. 4 paski radiocieniujące?
38. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz.1** – Czy Zamawiający dopuści kaniule z cewnikiem wykonanym z poliuretanu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
39. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz.1-5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?
40. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz.6** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?
41. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz.7-9** – Czy Zamawiający zechce wydzielić w/w pozycje do osobnego pakietu, aby dokonać podziału na strzykawki jednorazowego użytku oraz strzykawki przeznaczone do pomp infuzyjnych, co pozwoli zwiększyć konkurencyjność ofert zarówno pod względem asortymentu jak i ceny.
42. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz.7-9** – Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp dopuszczone przez producenta pomp (na podstawie oficjalnego oświadczenia – dokumentu wydanego przez producenta pomp), pracujące pod programem innej strzykawki, która widnieje w wykazie Zamawiającego?
43. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz.7** – Czy Zamawiający dopuści inną strzykawkę niż BD Plastipak 20 ml, która jest kompatybilna z pompą Kwapisz Duet 20/50 gdyż w posiadaniu takiej strzykawki 20ml BD wraz z pełną dokumentacją dopuszczającą do obrotu jest jedna firma na polskim rynku, ogranicza to znacznie możliwość wzięcia udziału w postępowaniu większej liczbie konkurencyjnych firm. Prosimy zatem o dopuszczenie strzykawki 20 ml kompatybilnej z w/w pompą Polskiego producenta Polfa Lublin.
44. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz.2** – Czy zamawiający wymaga, aby koreczek posiadał trzpień schowany tzn. niewystający poza krawędź korka, w celu zwiększenia aseptyki pracy?
45. **Dotyczy Pakietu Nr 31 poz.1** – Czy Zamawiający dopuszcza igły w konkretnych rozmiarach: 0,25 x 4 mm, 0,25 x 6 mm, 0,3 x 8mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
46. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.1 oraz Pakiet Nr 4 poz.1-4** – Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych z opakowaniem jednostkowym z fabrycznie nadrukowanym rozmiarem w formacie jak poniżej:



47. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz.6-7** – Czy Zamawiający dopuści igły z ostrzem długościętym?
48. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz.1-2** – Czy Zamawiający dopuści przyrządy z drenem o długości 150 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
49. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1** – Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek na głowicę USG w opakowaniu a' 144 sztuki z przeliczeniem do 20 pełnych opakowań?
50. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz.1** – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynu z butelek z filtrem 1,2µm?
51. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz.2** – Czy Zamawiający dopuści wycenę korków do kaniul w opakowaniu a' 250 sztuk z przeliczeniem do 470 pełnych opakowań?

52. **Dotyczy Pakietu Nr 31 poz.1** – Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł do penów w opakowaniu a'100 sztuk z przeliczeniem do 95 pełnych opakowań?
53. **Dotyczy Pakietu Nr 32 poz.2** – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do szybkiego przetaczania krwi o długości przyrządu min. 150 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
54. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz.1-4** – Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą prowadzącą 34 mm, długość trzonka igły prowadzącej ok. 2,7 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
55. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz.5** – Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą prowadzącą 34 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
56. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz.6** – Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego z prowadnicą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
57. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz.1** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej dotętnicznej z zaworem odcinającym rotacyjnym, spełniającej pozostałe parametry SIWZ.
58. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz.1** – Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje by do kaniuli dotętnicznej dołączony był opatrunkowy do kaniuli z piankową ramką pokrytą klejem medycznym zabezpieczającym kaniulę na okres 5 dni z przejrzystą środkową częścią opatrunku pozwalającą na stałą wizualną kontrolę miejsca wkłucia oraz położenia kaniuli?
59. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz.1, 2** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania a'120 szt. spełniających pozostałe parametry SIWZ.
60. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz.3-6** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości podania ceny za opakowanie strzykawek z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.
61. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz.7-9** – Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w związku z tym, iż Zamawiający podał wykaz pomp infuzyjnych oraz wykaz strzykawek wpisanych w menu tych pomp, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek niewymienionych w wykazie strzykawek?
62. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz.1** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego zawierający minimum: cewnik Foleya, rozrywalna igła, silikonowa tulejka do mocowania worka na mocz 2L. Rozmiar 10Fr i długości 42 cm, zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie.
63. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz.1** – Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby w zestawach był worek na mocz 2L i silikonowa tulejka znacznie ułatwiająca przysycie cewnika?
64. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz.2** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego zawierający minimum: cewnik Foleya, rozrywalna igła, silikonowa tulejka do mocowania worka na mocz 2L. Rozmiar 13Fr i długości 42 cm, zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie.
65. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz.2** – Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby w zestawach był worek na mocz 2L i silikonowa tulejka znacznie ułatwiająca przysycie cewnika?
66. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz.3** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii dwustopniowej zawierającego: cewnik poliuretanowy typ J z balonem 2-2,5ml, cewnik pokryty w dystalnej do-nerkowej części powłoką hydrożelową, igły dwuczęściowej 18G dł. 20cm, prowadnicy Lunderquista z bezpiecznym miękkim końcem typ J, kranika trójdrożnego i łącznika do worka na mocz. Rozmiar 8F.
67. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz.4 ,5** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii dwustopniowej zawierającego: cewnik poliuretanowy typ J z balonem 2-2,5ml, cewnik pokryty w dystalnej do-nerkowej części powłoką hydrożelową, igły dwuczęściowej 18G dł. 20cm, prowadnicy Lunderquista z bezpiecznym miękkim końcem typ J, kranika trójdrożnego i łącznika do worka na mocz. Rozmiar 10F.
68. **Dotyczy Pakietu Nr 18** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego wyposażonego w filtr 0,2 mikrona, zapewniający jałowość płynu minimum 24 godziny.
69. **Dotyczy Pakietu Nr 20** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego składającego się z dwóch zaworów bezigłowych o długości 23 cm, średnicy 1 mm, oraz objętości wewnętrznej 0,6 ml, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przezroczysta nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma

być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym – podać zalecany środek), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: naciśnięcie powyżej 30 psi oraz podciśnienie -12,5 psi, sterylne, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami. Zdejmowalny /specjalny protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia.

70. **Dotyczy Pakietu Nr 20** – Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby powierzchnia do dezynfekcji od strony zaworu wejściowego była płaska?
71. **Dotyczy Pakietu Nr 20** – Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy powierzchnia do dezynfekcji zaworu ma być wykonana z materiału innego niż poliwęglan ze względu na mniejsze ryzyko adhezji drobnoustrojów?
72. **Dotyczy Pakietu Nr 23** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych pistoletów do biopsji gruboigłowej, posiadające 3 widoczne duże sprężyny zapewniające bardzo dużą szybkość strzału igły i mandrynu odcinającego 0,0012 s dzięki czemu materiał otrzymany z badania jest bardzo dobrej jakości – odcięty nie poszarpany. Możliwość zastosowania jako automat lub półautomat: Dane rozmiary do wyboru przez Zamawiającego: 14G, 16G, 20G – dł. 6, 9, 11, 15, 20 cm, 18G – dł. 6, 9, 11, 11, 15, 20, 25 cm
73. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz.1** – Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby powierzchnia do dezynfekcji od strony zaworu wejściowego była płaska?
74. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz.1** – Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy powierzchnia do dezynfekcji zaworu ma być wykonana z materiału innego niż poliwęglan ze względu na mniejsze ryzyko adhezji drobnoustrojów?
75. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz.2** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za opakowanie koreczków z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.
76. **Dotyczy Pakietu Nr 31 poz.1** – Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy igły do pena mają być kompatybilne z wszystkimi wstrzykiwaczami dostępnymi na rynku, co ma być potwierdzone certyfikatem kompatybilności technicznej dołączonym do oferty oraz informacja o kompatybilności igieł z konkretnymi wstrzykiwaczami wymieniona była na opakowaniu zbiorczym 100szt?
77. **Dotyczy Pakietu Nr 18** – Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 dopuści przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego z butelek oraz z worków z płaską powierzchnią łatwą do wielokrotnej dezynfekcji do zastosowania do 96 godzin?
78. **Dotyczy pkt.XV SIWZ Ogólne warunki umowy w zakresie Pakietu Nr 36** – Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.
79. **Dotyczy pkt.XV SIWZ Ogólne warunki umowy w zakresie Pakietu Nr 36** – Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.
80. **Dotyczy pkt.XV SIWZ Ogólne warunki umowy w zakresie Pakietu Nr 36** – Zważywszy na doniesie i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

81. **Dotyczy pkt.XV SIWZ Ogólne warunki umowy w zakresie Pakietu Nr 36** – Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów: „*Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.*”
82. **Dotyczy pkt.XV SIWZ Ogólne warunki umowy w zakresie Pakietu Nr 36** – Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy: W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.).
83. **Dotyczy pkt.XV SIWZ Ogólne warunki umowy w zakresie Pakietu Nr 36** – Zamawiający we wzorze umowy, Zamawiający pisze: W przypadku odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów. Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych dokonując złagodzenia ich rangi do 10%?
84. **Dotyczy pkt.XV SIWZ Ogólne warunki umowy w zakresie Pakietu Nr 36** – Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy: „*W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności*”
85. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych Pakietów, na które będzie składana oferta?
86. **Dotyczy Pakietu Nr 36** – Czy Zamawiający dopuści parafinę o tt. 52-54 st. ?
87. **Dotyczy Pakietu Nr 36** – Czy Zamawiający dopuści opakowania po 5 kg?
88. **Dotyczy Pakietu Nr 36** – Czy Zamawiający dopuści opakowania po 10 kg?
89. **Dotyczy Rozdział III pkt 1.4.3.5 SIWZ w zakresie Pakietu Nr 36** - Zamawiający w Rozdziale III SIWZ pkt 1.4.3.5 żąda złożenia _na wezwanie_ między innymi próbek, zwracamy uwagę, że kryterium oceny jest cena i termin rozpatrzenia reklamacji, a nie jakość, w związku z powyższym, jeśli Zamawiający wymaga załączenia do oferty próbek, zwracamy się o wskazanie:
- do czego owe próbki będą potrzebne – sposób ich wykorzystania w przedmiotowym postępowaniu,
 - dokładne opisanie kryterium badania próbek
 - dokładne opisanie oceny dostarczonych materiałów aby zachować zasady prowadzenia postępowania
 - w jaki sposób nastąpi zapłata za dostarczone próbki
- Żądanie dostarczenia próbek bez podania uzasadnienia takiego działania oraz bez podania informacji na temat sposobu oceny jakości stanowi naruszenie zasady równego traktowania Wykonawców oraz narusza przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Należy zauważyć, że za Wykonawcą stoją takie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych jak art. 91 ust.1, art. 7, art. 36 ust 1 pkt 18. Zwracamy uwagę, że Zamawiający, zgodnie z zapisem w art. 91 ust 1 musi wybrać ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria mogą dotyczyć jakości – zgodnie z zapisem art. 91 ust 2, ale muszą one być one dokładnie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymóg taki wprowadza art. 36 ust 1 pkt 18, który wskazuje, że w dokumencie tym zamawiający musi zawrzeć opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie uczynił tego.

Należy zaznaczyć, że żądanie próbek w tego rodzaju postępowaniach jest zbędne z punktu widzenia celu prowadzonego postępowania.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający w Pakiecie Nr 12 poz. 1 i 2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowania igły do biopsji szpiku z metalowym przyłączem luer-lock do podłączenia strzykawki. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.2

Zamawiający w Pakiecie Nr 12 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie igieł do biopsji cienkoigłowej w rozmiarze 20G x 160mm spełniającej wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Ad.3

Zamawiający w Pakiecie Nr 23 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie igieł do biopsji histopatologicznej z możliwością regulacji w zakresie od 15mm do 22mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Ad.4

Zamawiający w Pakiecie Nr 30 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie produktu: Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany pojedynczo, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ, w szczególności: bez lateksu, bez metalowych części.

Ad.5

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu 30 pozycji 1.

Ad.6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wymaga, aby Wykonawca w Pakiecie Nr 37 przedłożył z ofertą ważne i aktualne dokumenty dopuszczające zaoferowane produkty do obrotu, tj. znak CE.

Ad.7

Zamawiający w Pakiecie Nr 36 nie wyraża zgody na zaoferowanie parafiny o temperaturze topnienia 36-58 st.C. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie parafiny granulowanej w opakowaniach po 10 kg. Wymagania SIWZ bez zmian.

Ad.8

Zamawiający w Pakiecie Nr 38 poz. 1 i 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu: opatrunek hemostatyczny Woundclot™ o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.9

Zamawiający w Pakiecie Nr 38 poz. 1 i 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu pakowanego po 2 szt. w saszetce. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.10

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 poz. 7, 8, 9 strzykawek, które nie są wpisane w menu pompy. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.11

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 18 poz.1 sterylnej przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego z butelek, wyposażonego w filtr bakteryjny 0,2 µm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.12

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 26 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.13

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 poz.1-6 nie wymaga, ale dopuszcza również aby zaoferowane kaniule miały oznaczenie na koreczku samo domykającym się w postaci logo producenta. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad.14

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 4 poz.1-4 nie wymaga, ale dopuszcza również aby zaoferowane kaniule miały oznaczenie na koreczku samo domykającym się w postaci logo producenta. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad.15

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 11 poz.1 nie wymaga, ale dopuszcza również przezskórny cewnik wprowadzany obwodowo za pomocą rozrywanej kaniuli Microflesh (typu peel away) lub rozłamywalnej igły przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z silikonu, cieniujący w Rtg, o rozmiarze 2 Fr tj. 0,3-0,6 mm i długości 15 i 30 cm. Z miękkim drenem przedłużającym o długości 4 cm. W zestawie taśma mierząca.

Ad.16

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 16 poz. 1 dopuszcza również zestaw do kaniulacji dużych naczyń 16G/15cm, jednokanałowy. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.17

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 16 poz. 2 dopuszcza również zestaw do kaniulacji dużych naczyń 14G/15cm, jednokanałowy. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.18

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 16 poz. 3 dopuszcza również zestaw do kaniulacji dużych naczyń 16G/20cm, jednokanałowy. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.19

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 16 poz. 4 dopuszcza również zestaw do kaniulacji dużych naczyń 14G/20cm, jednokanałowy. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.20

Zamawiający w zakresie Pakietu nr 16 poz. 5 dopuszcza również zestaw do kaniulacji dużych naczyń 14G/16cm, jednokanałowy. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.21

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 18 poz. 1 podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania sterylnej przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażonego w filtr bakteryjny 0,45 µm zapewniającego jałowość płynu minimum 24 godz.

Ad.22

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 20 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.23

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 20 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.24

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 24 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.25

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 24 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.26

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 26 poz.1 nie wyraża zgody na zaoferowanie portów opisanych w pytaniu.

Ad.27

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 27 poz. 1 dopuszcza również igłę do blokad nerwów obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG, dren infuzyjny 50cm nie zawierający DEHP kabelek elektryczny z możliwością odkręcenia, w rozmiarach od 35-150mm, 20G-23G (według potrzeb Zamawiającego).

Ad.28

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 30 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ

Ad.29

Zamawiający w Pakiecie Nr 30 poz.1-2 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany sprzęt pochodził od jednego producenta. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.30

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz.8-10 nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.31

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 10 poz. 1-2 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządów z drenem o długości 150 cm.

Ad.32

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 17 poz. 1 dopuszcza również wycenę osłonek na głowicę USG w opakowaniu a' 144 sztuki z przeliczeniem do 20 pełnych opakowań.

Ad.33

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 30 poz. 2 nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.34

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 30 poz. 2 dopuszcza również wycenę korków do kaniul w opakowaniu a' 100 sztuk z przeliczeniem do 1175 pełnych opakowań.

Ad.35

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 30 poz.2 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.36

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 32 poz.1 i poz.3 nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.37

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 1 – 6 nie wymaga, ale dopuszcza również aby zaoferowane kaniule posiadały min. 4 paski radiocieniujące. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad.38

Zamawiający w zakresie Pakietu N 5 poz. 1 dopuszcza również kaniule z cewnikiem wykonanym z poliuretanu pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ..

Ad.39

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 1-5 dopuszcza również wycenę strzykawek w opakowaniu a' 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.40

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 6 dopuszcza również wycenę strzykawek w opakowaniu a' 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem do 1278 pełnych opakowań. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.41

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 7-9 nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.42

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 7-9 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.43

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 7 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.44

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 30 poz. 2 podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.45

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 31 poz. 1 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.46

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 3 poz. 1 oraz Pakietu nr 4 poz.1 – 4 dopuszcza również kaniule do wlewów dożylnych z opakowaniem jednostkowym z fabrycznie nadrukowanym rozmiarem w formacie jak w zadanym pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.47

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 6 poz. 6-7 dopuszcza również zaoferowanie igły z ostrzem długościętym.

Ad.48

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 10 poz. 1-2 nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządów z drenem o długości 150 cm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.49

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 17 poz. 1 dopuszcza również wycenę osłonek na głowicę USG w opakowaniu a' 144 sztuki z przeliczeniem do 20 pełnych opakowań.

Ad.50

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 18 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządu do pobierania płynu z butelek z filtrem 1,2 µm.

Ad.51

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 30 poz. 2 dopuszcza również wycenę korków do kaniul w opakowaniu a' 250 sztuk z przeliczeniem do 470 pełnych opakowań.

Ad.52

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 31 poz. 1 dopuszcza również wycenę igieł do penów w opakowaniu a' 100 sztuk z przeliczeniem do 95 pełnych opakowań.

Ad.53

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 32 poz. 2 podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.54

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 34 poz. 1-4 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.55

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 34 poz. 5 podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.56

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 34 poz. 6 dopuszcza również zaoferowanie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego z prowadnicą, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.57

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 5 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ

Ad.58

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 1 nie wymaga, ale dopuszcza również aby do kaniuli dotętniczej dołączony był opatrunek do kaniul z piankową ramką pokrytą klejem medycznym zabezpieczającym kaniule na okres 5 dni z przejrzystą środkową częścią opatrunku pozwalającą na stałą wizualną kontrolę miejsca wkłucia oraz położenia kaniuli. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.59

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 1-2 dopuszcza również zaoferowanie strzykawek pakowanych w opakowaniu a' 120 sztuk z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.

Ad.60

Zgodnie z wymogiem określonym w Formularzu Cenowym Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 3-5 wymaga podania m.in wielkości opakowania zaoferowanego asortymentu, liczby opakowań oraz ceny jednostkowej za opakowanie, przy czym iloczyn wielkości opakowania zaoferowanego asortymentu i liczby opakowań winien być równy ilości na okres 1 roku jednostek miary wymaganych przez Zamawiającego.

Ad.61

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 7-9 nie wyraża zgody na zaoferowanie strzykawek, które nie są wpisane w menu pompy. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.62

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 14 poz. 1 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.63

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 14 poz. 1 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.64

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 14 poz. 2 podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.65

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 14 poz. 2 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.66

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 14 poz. 3 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.67

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 14 poz. 4-5 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.68

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 18 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego wyposażonego w filtr bakteryjny 0,2µm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.69

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 20 poz. 1 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.70

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 20 poz. 1 podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.71

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 20 poz. 1 podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.72

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 23 poz. 1 podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.73

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 30 poz. 1 podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.74

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 30 poz. 1 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.75

Zgodnie z wymogiem określonym w Formularzu Cenowym Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 30 poz.2 wymaga podania m.in wielkości opakowania zaoferowanego asortymentu, liczby opakowań oraz ceny jednostkowej za opakowanie, przy czym iloczyn wielkości opakowania zaoferowanego asortymentu i liczby opakowań winien być równy ilości na okres 1 roku jednostek miary wymaganych przez Zamawiającego.

Ad.76

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 31 poz. 1 podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.77

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 18 poz. 1 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.78

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.79

Zamawiający w Formularzu Cenowym określił planowane ilości przedmiotu zamówienia na okres 12 m-cy. Ze względu na specyfikę Szpitala Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie przewidzieć struktury schorzeń oraz struktury wykorzystywanego asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia, ponieważ zapotrzebowanie uzależnione jest od liczby pacjentów i zastosowanego leczenia.

Ad.80

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.81

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.82

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.)

Ad.83

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.84

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.85

Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w Formularzu Ofertowym tylko tych pakietów, na które Wykonawca będzie składał ofertę.

Ad.86

Zamawiający w zakresie Pakietu nr 36 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie parafiny o temperaturze topnienia 52-54 °C. Wymagania zgodnie z SIWZ

Ad.87

Zamawiający w zakresie Pakietu nr 36 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie opakowań po 5 kg.
Wymagania zgodnie z SIWZ

Ad.88

Zamawiający w zakresie Pakietu nr 36 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie opakowań po 10 kg.
Wymagania zgodnie z SIWZ

Ad.89

Zgodnie z zapisem zawartym w pkt.IV.1.4.3.5 SIWZ próbki asortymentu ujętego w Pakiecie Nr 36 poz.1 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego dokonane przed udzieleniem zamówienia w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. Próbkę asortymentu ujętego w Pakiecie Nr 36 poz.1 nie stanowią kryterium oceny ofert, a wymóg dotyczący ich złożenia Zamawiający określił w oparciu o art.25 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych oraz §13 ust.1 pkt.1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ww. przepisy nie regulują kwestii odpłatności za złożone przez Wykonawcę próbki. Żądanie zapłaty za próbki nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a