



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-47/18

Tarnów, 2018-06-22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, łat naczyniowych, systemów siatkowych do korekcji cystocoele dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści butelki do długotrwałego odsysania ran, sterylne z możliwością połączenia z drenami o średnicach od 6CH do 18CH, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści dreny Redona w rozmiarze CH8-CH18 pakowane w formie zwiniętej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści dreny Redona w rozmiarze CH8-CH18 wykonane z poliuretanu, nie posiadające pamięci kształtu po rozwinięciu?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści dreny z trokarem do drenażu jamy opłucnej w rozmiarach: F16, F18, F20, F24, F28, F32, widoczne w RTG, sterylne?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena w rozmiarze 18 i 20, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** butelek do długotrwałego odsysania ran, sterylnych, z możliwością połączenia z drenami o średnicach od 6CH do 18CH, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz.2** drenów Redona w rozmiarze CH8-CH18 pakowanych w formie zwiniętej.

Ad.3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz.2** drenów Redona wykonanych z poliuretanu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, nie wyraża natomiast zgody na zaoferowanie drenów w rozmiarze CH8-CH18, tj. bez rozmiaru CH20, oraz nie posiadających pamięci kształtu po rozwinięciu, dreny winny być pakowane prosto.

Ad.4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** drenów z trokarem do drenażu jamy opłucnej w rozmiarach: F16, F18, F20, F24, F28, F32, widocznych w RTG, sterylnych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** sond Sengstakena w rozmiarze 18 i 20, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a