



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-55/18

Tarnów, 2018-07-13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin oraz systemów do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy, jednocześnie do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocelą dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt XV SIWZ Ogólne warunki umowy.** Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu dot. zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT, a mianowicie czy Zamawiający dopuści zmianę ceny stosownie do przepisów, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian? Wnosimy o dodanie takiego zapisu do umowy, ponieważ zmiana stawki VAT jest zmianą niezależną od Wykonawcy.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1-3.** Czy Zamawiający wymaga produkty sterylne?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Wnosimy o potwierdzenie, że klipsy oferowane w tym pakiecie mają być pakowane w zasobniki wyposażone w samoprzylepne wklejki do kartoteki pacjenta zawierające co najmniej informacje o nazwie producenta, nazwie klipsa, numerze katalogowym i numerze serii oraz dacie ważności.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 i 3.** Wnosimy o potwierdzenie, że w pozycji nr 1 Zamawiający oczekuje zaoferowania klipsów o kształcie podkowy posiadających wewnętrzne rowkowanie stabilizujące klips w naczyniu, a w pozycji nr 3 klipsów o kształcie litery V posiadających rowkowanie wewnętrzne i dodatkowe rowkowanie zewnętrzne stabilizujące klips w klipsownicy.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w ogólnych warunkach umowy pkt XV SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 4 poz. 1-3** produktów sterylnych.

Ad. 3 Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ asortyment zaoferowany w **Pakiecie Nr 2** winien być dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 211 z późniejszymi zmianami). Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 2 poz. 1-3** klipsy posiadały dołączone do każdego zasobnika samoprzylepne wklejki do kartoteki pacjenta zawierające co najmniej takie informacje jak: nazwę wyrobu, nr katalogowy, nazwę producenta, nr serii, datę ważności produktu.

Ad. 4 Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w tym Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy) Zamawiający oczekuje zaoferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** klipsów tytanowych, rozmiar M/L (średnio/duży), pakowanych w zasobniki po 6, kompatybilnych z klipsownicą Hemoclip Plus, sterylnych; natomiast w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** oczekuje zaoferowania klipsów tytanowych, rozmiar M/L (średnio/duży), pakowanych w zasobniki po 6, pasujących do klipsownicy o nr katalogowym R056-100330-03 - producent REDA Instrumente GmbH Niemcy, sterylnych.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a