



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-55/18

Tarnów, 2018-07-23

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin oraz systemów do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy, jednocześnie do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocelą dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego, różniącego się parametrami technicznymi nie wpływającymi na jakość i efektywność produktu tj.

System do korekcji zaburzeń statyki narządu rodowego z jednego nacięcia składający się z ultralekkiej monofilamentnej, niewchłanialnej siatki polipropylenowej. Siatka o dużych porach 3.4mm x 4.2mm, gęstości 23g/m² (w części środkowej) i w części bocznej 58,1g/m². Siatka do plastyki przedniej z 4 ramionami.

Tylne ramiona wykonane ze stożkowej siatki kanalikowej z monofilamentnych włókien polipropylenowych (ułatwiające wprowadzenie i podwieszenie podczas zabiegu korekcji), zakończone stalowymi kotwicami do mocowania w więzadle krzyżowo-kolcowym, z możliwością podciągania ramion w celu dostosowania ułożenia implantu. Ramiona utrzymywane w miejscu przy pomocy polipropylenowych pierścieni, zakładanymi dedykowanymi do tego jednorazowymi narzędziami. Ramiona mocowane w więzadle krzyżowo-kolcowym przy pomocy narzędzia dedykowanego do sakrospinofiksacji (narzędzie jednorazowe w zestawie).

Ramiona przednie wykonane równie ze stożkowej siatki kanalikowej z monofilamentnych włókien polipropylenowych zakładane przezzasłonowo, zakończone polipropylenowymi, ruchomymi kotwicami mocującymi, zakładane jednorazowym narzędziem (w zestawie).

Ramiona przednie i tylne z możliwością regulacji śródoperacyjnie.

Możliwe jest docinanie implantu zależnie od potrzeb.

SKŁAD ZESTAWU:

Jednorazowy zestaw do korekcji przedniej zaburzeń statyki narządu rodowego z jednego nacięcia składa się z :

- ☐ Siatki- wszystkie elementy (siatka i ramiona) integralną część implantu
- ☐ narzędzia do mocowania ramion tylnych w więzadle krzyżowo-kolcowym
- ☐ narzędzi do załadowania pierścieni zabezpieczających ramiona tylne siatki
- ☐ narzędzia do przejścia przezzasłonowego
- ☐ narzędzia do zablokowania ramion przednich

opcjonalnie

System do korekcji zaburzeń statyki narządu rodowego z jednego nacięcia składający się z ultralekkiej monofilamentnej, niewchłanialnej siatki polipropylenowej. Siatka o dużych porach 3.4mm x 4.2mm, gęstości 23g/m² (w części środkowej) i w części bocznej 58,1g/m². Siatka do plastyki tylnej z 2 ramionami mocowanymi w więzadle krzyżowo –kolcowym. Ramiona wykonane ze stożkowej siatki kanalikowej z monofilamentnych włókien polipropylenowych (ułatwiające wprowadzenie i podwieszenie podczas zabiegu korekcji), zakończone stalowymi kotwicami do mocowania w więzadle krzyżowo-kolcowym, z możliwością podciągania ramion w celu dostosowania ułożenia implantu.

Ramiona utrzymywane w miejscu przy pomocy polipropylenowych pierścieni , zakładanymi dedykowanymi do tego jednorazowymi narzędziami. Ramiona mocowane w więzadle krzyżowo-kolcowym przy pomocy narzędzia dedykowanego do sakrospinofixacji (narzędzie jednorazowe w zestawie). Ramiona z możliwością regulacji śródoperacyjnie. Możliwe jest docinanie implantu zależnie od potrzeb.

SKŁAD ZESTAWU:

Jednorazowy zestaw do korekcji przedniej zaburzeń statyki narządu rodowego z jednego nacięcia składa się z :

- ☐ Siatki- wszystkie elementy (siatka i ramiona) integralną część implantu
- ☐ narzędzia do mocowania ramion w więzadle krzyżowo-kolcowym
- ☐ narzędzi do załadowania pierścieni zabezpieczających ramiona siatki

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** obu opisanych w pytaniu zestawów.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a