



Znak: AE/ZP-27-57/18

Tarnów, 2018-07- 18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy środków myjących, dezynfekcyjnych oraz szczoteczek do mycia narzędzi dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści Środek do dezynfekcji chemiczno-termicznej aparatu do hemodializy Fresenius 4008S na bazie kwasu cytrynowego (stężenie $\geq 20,25$ - $\leq 24,75\%$), kwasu jabłkowego (stężenie ≥ 2 - $\leq 3\%$), kwasu mlekowego (stężenie ≥ 1 - $\leq 2\%$). Roztwór gotowy do użycia. Opakowanie: kanister 5 litrowy. Czas działania biobójczego: maksymalnie 20 minut w temperaturze 84°C. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV)?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu: „Środek do dezynfekcji chemiczno-termicznej aparatu do hemodializy Fresenius 4008S na bazie kwasu cytrynowego (stężenie $\geq 20,25$ - $\leq 24,75\%$), kwasu jabłkowego (stężenie ≥ 2 - $\leq 3\%$), kwasu mlekowego (stężenie ≥ 1 - $\leq 2\%$). Roztwór gotowy do użycia. Opakowanie: kanister 5 litrowy. Czas działania biobójczego: maksymalnie 20 minut w temperaturze 84°C. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV)”. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a