



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-59/18

Tarnów, 2018-07-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: żeli do przeprowadzania badań elektroforetycznych, testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści test kasetkowy o czułości 97,3%, swoistości 98,4% oraz wartości cut-off 40 ng/mL (co odpowiada 2 ug hemoglobiny/g kału)?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje dostawy testu, który zawiera w zestawie testy, probówkę na kał, urządzenie do pobierania kału, kartę informacyjną dla pacjenta?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie testu, który w metodyce testu nie ma opisanej interferencji ze strony peroksydazy chrzanowej?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w opakowaniu zawierającym 50 oznaczeń, i tym samym 9 takich opakowań.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w opakowaniu zawierającym 10 oznaczeń, i tym samym 45 takich opakowań.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w opakowaniu zawierającym 25 oznaczeń? Jeżeli tak proszę o podanie szacunkowej ilości opakowań.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w opakowaniu zawierającym 25 oznaczeń? Jeżeli tak proszę o podanie szacunkowej ilości opakowań.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Czy Zamawiający w pozycji 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu wykrywającego wirusa grypy A i B z nosogardzieli który nie jest pakowany indywidualnie, a w opakowania zbiorcze zawierające 25 pasków? (opakowanie plastikowy pojemnik).
9. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.24 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?
10. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ.** Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?
11. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ.** Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?
12. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.11 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy?
13. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.10 SIWZ.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?
14. **Dotyczy pkt IV.1.4.1.3 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?
15. **Dotyczy pkt IV.1.4.1.3 SIWZ.** W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie

poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** opisanego w pytaniu testu i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający oczekuje zaoferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** testów spełniających wymagania określone w SIWZ, w tym w Załącznikach Nr 1 i 5 do SIWZ i nie doprecyzuje zapisów SIWZ o wymagania, których nie stawiał.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** testów, które w metodyce testu nie mają opisanej interferencji ze strony peroksydazy chrzanowej.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** testów w opakowaniach po 50 oznaczeń.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** testów w opakowaniach po 10 oznaczeń i tym samym 45 takich opakowań, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** testów w opakowaniach po 25 oznaczeń, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ i zaoferowania 16 opakowań po 25 oznaczeń.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** testów w opakowaniach po 25 oznaczeń, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ i zaoferowania 15 opakowań po 25 oznaczeń.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** testu wykrywającego wirusa grypy A i B z nosogardzieli który nie jest pakowany indywidualnie, a w opakowania zbiorcze zawierające 25 pasków (opakowanie plastikowy pojemnik), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 9-13 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie do Ogólnych warunków umowy zaproponowanych w pytaniach zmian.

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie dokumentów o których mowa w **pkt IV.1.4.1.3 SIWZ** w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami.

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza dostarczenie dokumentów o których mowa w **pkt IV.1.4.1.3 SIWZ** w postaci zbindowanych tomów, nie wyraża natomiast zgody aby poświadczenie za zgodność widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a