



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-59/18

Tarnów, 2018-07-30

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: żeli do przeprowadzania badań elektroforetycznych, testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów, które są konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu? Ilość opakowań zostanie przeliczona na zapotrzebowanie Zamawiającego.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 40 ng/ml, które gwarantują bardziej wiarygodne wyniki badania. Wzrost czułości analitycznej nie będzie miał wpływu na wzrost czułości diagnostycznej (wyrażonej w %) natomiast będzie miał wpływ na spadek specyficzności testu i spowoduje jej znaczące obniżenie, co z kolei prowadzi do uzyskiwania fałszywie dodatnich wyników i konieczność przeprowadzenia drogich badań potwierdzających np. kolonoskopii.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli test posiada wewnętrzną kontrolę na kasetce?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu, który nie daje reakcji krzyżowych z hemoglobina zwierzęcą, mocznikiem, glukozą, kofeiną, albuminą, kwasem askorbinowym, kwasem szczawiowym, bilirubiną, kwasem moczowym i kwasem acetylosalicylowym?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów kasetkowych, które pakowane są po 22 sztuki?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów kasetkowych, w których odczyt wyniku następuje po 15 minutach?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wymazówek jako osobną pozycję? Ilość wymazówek zostanie przeliczona na zapotrzebowanie podane przez Zamawiającego.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu, w którym próbkę stanowi wymaz z nosa?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wymazówek jako osobną pozycję w opakowaniu po 100 sztuk? Ilość wymazówek zostanie przeliczona na zapotrzebowanie podane przez Zamawiającego.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1 i 2** testów, które są konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu podtrzymuje wymagania w tym zakresie określone w SIWZ..

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** testów opisanych w pytaniu i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** testów posiadających wewnętrzną kontrolę na kasetce, uznając, że wymóg SIWZ w tym zakresie został spełniony.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** testów opisanych w pytaniu i podtrzymuje wymagania w tym zakresie określone w SIWZ.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** testów kasetkowych które pakowane są po 22 sztuki, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** testów kasetkowych, w których odczyt wyniku następuje po 15 minutach, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** wymazówek jako osobnej pozycji, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym ilość zaoferowanych wymazówek jest co najmniej taka sama jak ilość oznaczeń.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** testów, w których próbkę stanowi wymaz z nosa, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** wymazówek jako osobnej pozycji, w opakowaniu po 100 szt., pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym ilość zaoferowanych wymazówek jest co najmniej taka sama jak ilość oznaczeń.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a