



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-62/18

Tarnów, 2018-07- 27

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń oraz chirurgicznego wosku kostnego dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3 i 4**– Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści szew o okresie wchłaniania 180-210 dni, pozostałe parametry bez zmian?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 8** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie materiału szewnego plecionego o okresie wchłonięcia masy szwu po ok. 42 dniach.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 3- 4 dopuszcza również zaoferowanie igieł odwrotnie tnących pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.2

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 dopuszcza również zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 180 – 210 dni. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania w nazwie pakietu.

Ad.3

Zamawiający w Pakiecie Nr 8 podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga w szczególności zaoferowania szwów o okresie wchłaniania do min. 56 – max 60 dni.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a