



Znak: AE/ZP-27-62/18

Tarnów, 2018-08-01

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń oraz chirurgicznego wosku kostnego dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.3** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja 3 dopuści szew z igłą okrągłą, bez określenia wzmocniona, której średnica dopasowana jest do średnicy nici w stosunku 1:1?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.6, 10, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 25** – Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja 6, 10, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 25 dopuści syntetyczny szew pleciony, powlekany o okresie wchłaniania 60-90 dni, efektywny okres podtrzymywania tkanki 28-35 dni?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.7, 9** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja 7, 9 dopuści szew o długości nici 90cm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.13** – Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja 13 dopuści szew o długości nici 75cm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.2** – Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 pozycja 2 dopuści szew z igłą o długości 18mm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.4** – Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 pozycja 4 dopuści szew o długości nici 250cm?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz.2** – Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 pozycja 2 dopuści szew o długości igły 40mm?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1** – Czy Zamawiający oczekuje aby szwy posiadały oryginalnie nadrukowane kody kreskowe na każdej saszetce jak dotychczas dostarczane do państwa placówki?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.1-4** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1-3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą okrągłą wzmocnioną?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 250cm?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz.1-2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 180-210 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz.1** – Czy Zamawiający dopuści rurki silikonowe do podtrzymywania naczyń organów- kolor niebieski w rozmiarze: 1,5 x1,0 mm o długości 45 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz.2** – Czy Zamawiający dopuści rurki silikonowe do podtrzymywania naczyń organów-kolor niebieski o wymiarach: 2,5mm szerokość i 1,0mm grubość, długość 40 cm?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz.3** - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do odrębnego pakietu?
18. **Dotyczy pkt.XIV ppkt.8 SIWZ Ogólne warunki umowy** – Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. pkt. 8).
19. **Dotyczy pkt.XIV ppkt.12, 13 SIWZ Ogólne warunki umowy** – Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt. 12 oraz pkt. 13:

12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
- a) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, po upływie 10 dni zwłoki Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu jej realizacji, z zachowaniem prawa do kar umownych,
 - b) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru, dostarczonej niezgodnie z zamówieniem – w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej partii towaru, dostarczonej niezgodnie z zamówieniem
 - c) w przypadku dostaw zwykłych – 0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru, dostarczonej z wadą, za każdy dzień zwłoki - w przypadku nieusunięcia wad towaru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej partii towaru, dostarczonej z wadą.

W zakresie dostaw zwykłych naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie (maksymalnie 3 dni robocze) dni roboczych od daty zgłoszenia.

13. W przypadku odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 3 nie wyraża zgody na zaoferowanie szwu z igłą okrągłą, bez określenia wzmocniona, której średnica dopasowana jest do średnicy nici w stosunku 1:1. Wymagania SIWZ bez zmian.

Ad.2

Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 6, 10, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 25 dopuszcza także zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 60 – 90 dni z efektywnym okresem podtrzymywania tkanki 28 – 35 dni. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

W przypadku zaoferowania w Pakiecie Nr 1 poz. 6, 10, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 25 szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek 28-35 dni Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek w kolumnie „Nazwa handlowa/nr katalogowy” w każdej pozycji Formularza Cenowego, w której zaoferuje szwy o dopuszczonym odpowiednią okresie wchłaniania i okresie podtrzymywania tkanek oraz dopisania tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek w nazwie pakietu.

Ad.3

Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 7, 9 dopuszcza również zaoferowanie szwów o długości nici 90 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.4

Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 13 nie wyraża zgody na zaoferowanie szwu o długości nici 75 cm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.5

Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie szwu z igłą o długości 18 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.6

Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 4 dopuszcza również zaoferowanie szwu o długości nici 250 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.7

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie szwu o długości igły 40 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.8

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 dopuszcza również zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

W przypadku zaoferowania w Pakiecie Nr 1 szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu

wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek w kolumnie „Nazwa handlowa/nr katalogowy” w każdej pozycji Formularza Cenowego, w której zaoferuje szwy o dopuszczonym odpowiednią okresie wchłaniania i okresie podtrzymywania tkanek oraz dopisania tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek w nazwie pakietu, a w przypadku zaoferowania szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni oraz okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni we wszystkich pozycjach Formularza Cenowego Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek tylko w nazwie pakietu.

Ad.9

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 nie wymaga ale dopuszcza również, aby szwy posiadały oryginalne nadrukowane kody kreskowe na każdej saszetce. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.10

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz.1–4 dopuszcza również zaoferowanie igieł wzmocnionych, tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 pod warunkiem, że igła nie jest grubsza od standardowej. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.11

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz.1–3 dopuszcza również zaoferowanie igieł wzmocnionych, tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.12

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie szwów z igłą okrągłą wzmocnioną. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ, w szczególności ostrze tnące igły.

Ad.13

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 4 dopuszcza również zaoferowanie nici o długości 250 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.14

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz.1-2 dopuszcza również zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 180-210 dni. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. **W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania w nazwie pakietu.**

Ad.15

Zamawiający w Pakiecie Nr 10 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń organów – kolor niebieski w rozmiarze: 1,5 x 1,0 mm o długości 45 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.16

Zamawiający w Pakiecie Nr 10 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń organów – kolor niebieski w rozmiarze: 2,5 mm szerokości i 1,0 mm grubości, długość 40 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.17

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 10 pozycji 3 do odrębnego pakietu.

Ad.18

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.19

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a