



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-67/18

Tarnów, 2018-08-23

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dzierżawę analizatorów do badań hematologicznych wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wieloparametrowego, w pełni automatycznego analizatora hematologicznego 5 diff (wiodący, rok produkcji zgodnie z wymaganiami), z opcją oznaczania retikulocytów, wolnostojącego, wyposażonego w zewnętrzny komputer sterujący jego pracą i umożliwiający połączenie analizatora z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym?
2. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w punkcie nr 11 załącznika nr 5 (Wymagania dla przedmiotu zamówienia, analizator hematologiczny 5 diff wiodący) poprzez zapis: „Analizator wykorzystujący technologię opartą o cytometrię przepływową, w której źródłem światła spolaryzowanego i monochromatycznego jest laser”, Zamawiający miał na myśli zarówno technologię rozdziału WBC jak i pomiar Ret?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora back up w postaci analizatora hematologicznego 5 diff, bez możliwości oznaczania retikulocytów? Analizator umożliwia wykonywanie badań w trybie manualnym (analizator bez podajnika, a tym samym także bez wewnętrznego czytnika kodów oraz automatycznego mieszadła materiału do badań w próbkach).
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora 5 diff back up o wydajności 60 oznaczeń na godzinę pracy analizatora?
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora 5 diff back up, wykorzystującego technologię opartą o cytometrię przepływową, w której źródłem światła jest niebieska dioda LED?
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora 5 diff back up o liniowości dla:
* WBC – do $100 \times 10^3/\mu\text{l}$ oraz
* PLT – do $2000 \times 10^3/\mu\text{l}$?
7. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytania 3-6 zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje, jakie ilości badań Zamawiający przewiduje wykonać na analizatorze wiodącym a jakie na analizatorze back-up.
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin od zgłoszenia awarii, w związku z oferowanym analizatorem back-up?
9. **Dotyczy pkt.XV.1 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu na „Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie telefonicznie a następnie potwierdzał faxem lub e-mailem”? Uzasadnienie: Wykonawca nie jest w stanie telefonicznie określić tożsamości osoby upoważnionej do składania zamówień po stronie Zamawiającego.
10. **Dotyczy pkt. XV.14 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10%?
11. **Dot. Zał. Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamawiania.** Czy Zamawiający wymaga dostarczenia analizatora 5 diff wiodącego i 5 diff back up, który wykorzystuje optyczną metodę pomiaru PLT?
12. **Dot. Zał. Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamawiania ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO 5 diff back up pkt. 11.** Czy Zamawiający wymaga dostarczenia analizatora wykorzystującego technologię opartą o cytometrię przepływową w której źródłem światła spolaryzowanego i monochromatycznego jest laser?
13. **Dot. Zał. Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamawiania.** Czy Zamawiający wymaga aby tryb oznaczania próbki eliminujący wpływ obecności kruchych krwinek i innych zaburzeń na zliczanie WBC ?
14. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora w terminie 30 dni od podpisania umowy?



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wieloparametrowego, w pełni automatycznego analizatora hematologicznego 5 diff (wiodący, rok produkcji zgodnie z wymaganiami), z opcją oznaczania retikulocytów, wolnostojącego, wyposażonego w zewnętrzny komputer sterujący jego pracą i umożliwiający połączenie analizatora z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.2 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.11 Załącznika Nr 5 do SIWZ - Wymagane parametry dla analizatora hematologicznego 5 diff wiodącego **zapis o treści:**

„Analizator wykorzystujący technologię opartą o cytometrię przepływową, w której źródłem światła spolaryzowanego i monochromatycznego jest laser”

zmienia na zapis o treści:

„Analizator wykorzystujący technologię opartą o cytometrię przepływową, w której źródłem światła spolaryzowanego i monochromatycznego jest laser, dotyczy to technologii rozdziału WBC jak i pomiaru Ret”.

Ad.3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora back up w postaci analizatora hematologicznego 5 diff umożliwiającego wykonywanie badań w trybie manualnym (analizator bez podajnika, a tym samym także bez wewnętrznego czytnika kodów oraz automatycznego mieszadła materiału do badań w probówkach), bez możliwości oznaczania retikulocytów.

Ad.4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora 5 diff back up o wydajności 60 oznaczeń na godzinę pracy analizatora.

Ad.5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora 5 diff back up, wykorzystującego technologię opartą o cytometrię przepływową, w której źródłem światła jest niebieska dioda LED.

Ad.6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora 5 diff back up o liniowości dla:

* WBC – do $100 \times 10^3/\mu\text{l}$ oraz

* PLT – do $2000 \times 10^3/\mu\text{l}$.

Ad.7 Zamawiający przewiduje wykonanie na analizatorze wiodącym około 130 000 badań morfologii oraz 3000 oznaczeń retikulocytów, a na analizatorze back-up około 20 000 badań morfologii.

Ad.8 Zamawiający nie wyraża zgody aby czas reakcji serwisu dla zaoferowanego analizatora back-up wynosił 48 godzin od zgłoszenia awarii.

Ad.9-10 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.11 i 13 Zamawiający wymaga zaoferowania analizatorów spełniających wymagania określone w SIWZ, w tym w Załącznikach do niej.

Ad.12 Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora spełniającego wymagania określone w SIWZ, w tym w Załącznikach do niej, z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi.

Ad.14 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania analizatora w terminie 30 dni od podpisania umowy

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.2, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia **29.08.2018 r godz. 10:00**

- otwarcie ofert w dniu **29.08.2018 r. godz. 11:00**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, IX.1, X.1, Załączniku Nr 5 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

