



Znak: AE/ZP-27-68/18

Tarnów, 2018-09-11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawę lampy zabiegowej 1 sztuka dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 7** – Czy Zamawiający dopuści lampę, w której matryca zabezpieczona jest szybą ze szkła akrylowego?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 7** – Czy Zamawiający dopuści lampę, w której szyby modułów świetlnych wykonane są PC (Polikarbonat) z osłoną silikatu (zapobiegającą powstawaniu rys i chroniącą przed agresywnymi środkami dezynfekcyjnymi)?
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z czaszą ze źródłem światła składającym się z 39 punktów LED?
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, której dolna powierzchnia (front) czaszy będąca osłoną źródeł światła wykonana jest z jednorodnego tworzywa sztucznego (polipropylenu) odpornego na środki dezynfekcyjne i gwarantującego idealną przezroczystość przez cały okres użytkowania? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym, gdyż również nie ulega zmatowieniu lub „żółknięciu” i zostało zaprojektowane w taki sposób aby w przypadku rozbicia powierzchni nie rozpadało się na odłamki.
5. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania Lampę posiadającą 30 diod LED przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający nie dopuści zaoferowania lampy, w której matryca zabezpieczona jest szybą ze szkła akrylowego.

Ad.2

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy, w której szyby modułów świetlnych wykonane są PC (Polikarbonat) z osłoną silikatu (zapobiegającą powstawaniu rys i chroniącą przed agresywnymi środkami dezynfekcyjnymi).

Ad.3

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy zabiegowej z czaszą ze źródłem światła składającym się z 39 punktów LED.

Ad.4

Zamawiający nie dopuści zaoferowania lampy zabiegowej, której dolna powierzchnia (front) czaszy będąca osłoną źródeł światła wykonana jest z jednorodnego tworzywa sztucznego (polipropylenu).

Ad.5

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy posiadającej 30 diod LED.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a