



Znak: AE/ZP-27-68/18

Tarnów, 2018-09-19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawę lampy zabiegowej 1 sztuka dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający będzie oczekiwał lampy emitującej homogenne światło dzięki zastosowaniu technologii odbłyśników? Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania moduły składające się z reflektorów odbijających padające na nie światło diod gwarantują wysoką jednolitość światła.
2. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.7** – Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby źródło światła lampy (odbłyśniki) było osłonięte łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną odporną na zarysowania wykonaną ze szkła bezpiecznego gwarantującą idealną przezroczystość przez cały okres użytkowania?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.8** – Czy Zamawiający będzie oczekiwał żywotności diod LED min. 50 000 godzin?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.13** – Wskaźnik oddawania barwy czerwonej R9 jest niezmiernie istotny dla prawidłowego rozróżnienia i oceny niewielkich nawet różnic w zabarwieniu tkanek czerwonych. Czy wobec tego Zamawiający będzie oczekiwał, lampy operacyjnej ze wskaźnikiem R9 na poziomie min. 96?
5. Czy Zamawiający będzie oczekiwał lampy której obudowa wykonana jest z odlewu aluminiowego?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 7** – Czy Zamawiający dopuści matrycę zabezpieczoną szybą wykonaną z akrylowego szkła bezpiecznego, takie rozwiązanie jest lepsze i bezpieczniejsze od wymaganego?
7. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 10** – Czy Zamawiający dopuści natężenie światła w osi lampy w odległości 1m 130 [klux], takie rozwiązanie niewiele różni się od wymaganego?
8. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 17** – Czy Zamawiający dopuści regulację położenia lampy za pomocą uchwyty sterylne oraz regulację natężenia świecenia za pomocą przycisków umieszczonych na czaszy, takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane w lampach zabiegowych?
9. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 60 dni, co pozwoli na obniżenie ceny oferty?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający nie oczekuje, ale dopuszcza również zaoferowanie lampy emitującej homogenne światło dzięki zastosowaniu technologii odbłyśników.

Ad.2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.3

Zgodnie z wymogiem określonym w pkt.8 Załącznika Nr 6 do SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania: „Żywotność matryc LED minimum 20 000 godzin” i podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Ad.4

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.5

Zamawiający nie oczekuje, ale dopuszcza również zaoferowanie lampy, której obudowa wykonana jest z odlewu aluminiowego.

Ad.6

Zamawiający nie dopuści zaoferowania lampy, w której matryca zabezpieczona jest szybą wykonaną z akrylowego szkła bezpiecznego.

Ad.7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.8

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.9

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 60 dni.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a