



Znak: AE/ZP-27-70/18

Tarnów, 2018-09-27

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawę kardiotokografu 2 sztuki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 4** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie głowic kardio wodoszczelnych w standardzie IP68.
2. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 11** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drukarki o szerokości papieru min. 112 mm.
3. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 13** - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co ma na myśli pod pojęciem „minimum 3 wartości”. O jaki rodzaj wartości chodzi Zamawiającemu?
4. **Dotyczy Formularza Cenowego** - Prosimy Zamawiającego o zgodę na uwzględnienie w tabeli formularza cenowego dwóch pozycji o odrębnej stawce VAT tzn. aparatu KTG (8%) oraz wózka pod KTG (23%).
5. **Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt 10** - Prosimy Zamawiającego o zmianę pkt 10 Ogólnych warunków umowy zawartych w SIWZ na: „Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność, 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia jeśli istnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych spoza Unii Europejskiej.”
6. **Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt 13** - Prosimy Zamawiającego o zmianę pkt 13 Ogólnych warunków umowy zawartych w SIWZ na: „Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji urządzenia o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 10 dni roboczych.”
7. **Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt 14** - Prosimy Zamawiającego o zmianę pkt 14 Ogólnych warunków umowy zawartych w SIWZ na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - b) 2 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,
 - c) 5 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:
 - dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
 - dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
 - demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi,w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.”
8. **Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt 24** - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pkt 24 nie zaszła omyłka i punkt ten nie powinien dotyczyć zachowania tajemnicy przez Zamawiającego.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający dopuści również zaoferowanie głowic kardio wodoszczelnych o klasie odporności IP68.

Ad.2

Zamawiający dopuści również zaoferowanie urządzenia z drukarką o szerokości papieru minimum 112 mm.

Ad.3

Zamawiający informuje, iż sformułowanie „minimum 3 wartości” oznacza trzy różne stałe czasy rejestrowania procesów kardio i toco np. 5 min, 10 min, 15 min.

Ad.4

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz.1579 z póź.zm.), wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.IV.1.4.3.1 SIWZ zapis o treści:

„1.4.3.1 Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 211 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 4 do SIWZ).”

zmienia na zapis o treści:

„1.4.3.1 Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia, z wyłączeniem wózka lub stojaka pod KTG z koszykiem lub półką, do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 211 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 4 do SIWZ).”

2/ w pkt.XV SIWZ ppkt.2 zapis o treści:

„2. Bezwzględnie wymagane jest, by dostarczony przedmiot zamówienia był nowy, kompletny, spełniał warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz.211 z póź.zm), jak również spełniał wymogi określone w Załączniku Nr 6 do SIWZ oraz oferowane zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. Wymagane jest również wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim dla dostarczonych urządzeń.”

zmienia na zapis o treści:

„2. Bezwzględnie wymagane jest, by dostarczony przedmiot zamówienia był nowy, kompletny, z wyłączeniem wózka lub stojaka pod KTG z koszykiem lub półką spełniał warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz.211 z póź.zm), jak również spełniał wymogi określone w Załączniku Nr 6 do SIWZ oraz oferowane zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. Wymagane jest również wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim dla dostarczonych urządzeń. ”

3/ w pkt.1 Załącznika Nr 4 do SIWZ zapis o treści:

„1. posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 211 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.”

zmienia na zapis o treści:

„1. posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia, z wyłączeniem wózka lub stojaka pod KTG z koszykiem lub półką, do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 211 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem zawartym w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 1 do SIWZ w przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje asortyment o zróżnicowanej stawce VAT - należy ten asortyment wyodrębnić w Formularzu Cenowym.

Ad.5

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz.1579 z póź.zm.), wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.XV SIWZ ppkt.10 zapis o treści:

„10. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność.”

zmienia na zapis o treści:

„10. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność oraz 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli istnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych spoza Unii Europejskiej ”

Ad.6

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz.1579 z póź.zm.), wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.XV SIWZ ppkt.13 zapis o treści:

„13. Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji urządzenia o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 7 dni roboczych.”

zmienia na zapis o treści:

„13. Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji urządzenia o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 10 dni roboczych.”

Ad.7

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz.1579 z póź.zm.), wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.XV SIWZ ppkt.14 zapis o treści:

„14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- b) 5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,
- c) 10 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:
 - dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
 - dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamych parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
 - demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.”

zmienia na zapis o treści:

„14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- b) 2 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z

wymagany i określony w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,

- c) 5 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:
 - dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
 - dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
 - demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.”

Ad.8

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy pkt.XV ppkt.24 SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie nastąpiła omyłka, pkt.XV ppkt.24 SIWZ dotyczy zobowiązania się Wykonawcy do zachowania tajemnicy.

W związku z udzieloną odpowiedzią w Ad.4 - Ad.7, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 15.10.2018r godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 15.10.2018r. godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, IV, V, X.1, XI.1, XV, Załącznika Nr 4 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 4 do SIWZ po dokonanej zmianie.

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a