



Znak: AE/ZP-27-72/18

Tarnów, 2018-10-02

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawę systemu do ogrzewania pacjenta 7 sztuk dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 8** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodu grzewczego o długości 1,63 m (przewód + dysza)
2. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 9** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie parametru „, szybkie osiągnięcie tem. 37°C < 1 min “
3. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 11** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra powietrza antywirusowego i antybakteryjnego o wysokiej skuteczności filtracji HEPA 99,97% przy wielkości cząstki 0,3µm.
4. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 12** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu zabezpieczenia przed przegrzaniem pacjenta, czujnik temperatury ogrzanego powietrza na wyjściu przewodu z urządzenia.
5. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 16** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kocy ogrzewających pacjenta w 7 rodzajach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb tj. koce dla pacjentów dorosłych, koce dla dzieci, koce dla dzieci z osłoną, koce kardiochirurgiczne, koce na górne partie ciała z osłoną, koce na dolne partie ciała, koce dostępu chirurgicznego (sterylnie), koce na tułów.
6. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 11** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pkt. 11 urządzenia do ogrzewania pacjenta z filtrem o wielkości cząsteczek 0,2 µm.
7. **Dotyczy Załącznika Nr 6** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli i wymaga urządzenia do ogrzewania pacjenta z dodatkowym filtrowaniem powietrza w jednorazowych kołderkach, zapobiegających zbędnym ruchom powietrza.
8. **Dotyczy Załącznika Nr 6** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli i wymaga urządzenia do ogrzewania pacjenta, które pozbawione jest plastikowych elementów w obudowie, co w znacznym stopniu zapobiega uszkodzeniom podczas pracy.
9. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 11** - Czy Zamawiający uzna warunek z pkt. 11 za spełniony jeśli urządzenie wyposażone jest w dedykowany przez producenta filtr o wysokiej skuteczności filtracji 0,2µm?
10. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 9** - Czy Zamawiający uzna warunek z pkt.9 za spełniony jeśli w oferowanym urządzeniu średni czas zmiany temperatury ogrzewanej powierzchni z 20 °C do 36°C wynosi 7 minut?
11. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.4** - Prosimy o odstąpienie od wymogu podstawy jezdnej, w przypadku zaoferowania urządzenia przeznaczonego do montażu na stojaku do kroplówek
12. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.11** - Prosimy o dopuszczenie filtra Hepa 0,2 micronów o efektywności 99,97% .
13. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.12** - Prosimy o dopuszczenie urządzenia z systemem zabezpieczenia przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym oraz funkcją automatycznego odłączenia grzałki i wentylatora, z czujnikiem temperatury powietrza na wyjściu jednostki grzewczej.
14. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.13** - Prosimy o odstąpienie od wymogu alarmu niskiej temperatury, w przypadku zaoferowania urządzenia posiadającego alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej temperatury, wskaźnik wizualny osiągnięcia zadanej temperatury oraz wyświetlacz cyfrowy aktualnej temperatury.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający nie dopuści zaoferowania urządzenia z przewodem grzewczym o długości 1,63 m (przewód + dysza).

Ad.2

Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia osiągającego temperaturę 37°C w czasie poniżej jednej minuty.

Ad.3

Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z antywirusowym i antybakteryjnym filtrem powietrza o skuteczności filtracji HEPA 99,97% przy wielkości cząstki 0,3µm.

Ad.4

Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia posiadającego system zabezpieczenia przed przegrzaniem pacjenta z czujnikiem temperatury ogrzanego powietrza na wyjściu przewodu z urządzenia.

Ad.5

Zamawiający dopuści zaoferowanie koców ogrzewających pacjenta w 7 rodzajach, dostosowanych do różnego rodzaju potrzeb tj. koce dla pacjentów dorosłych, koce dla dzieci, koce dla dzieci z osłoną, koce kardiochirurgiczne, koce na górne partie ciała z osłoną, koce na dolne partie ciała, koce dostępu chirurgicznego (sterylnie), koce na tułów.

Ad.6

Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z filtrem powietrza o wielkości cząstki 0,2 µm, pod warunkiem, że będzie to filtr powietrza antywirusowy i antybakteryjny o skuteczność filtracji HEPA 99,99% lub 99,97%.

Ad.7

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie urządzenia do ogrzewania pacjenta z dodatkowym filtrowaniem powietrza w jednorazowych kołderkach, zapobiegających zbędnym ruchom powietrza.

Ad.8

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie urządzenia do ogrzewania pacjenta, które pozbawione jest plastikowych elementów w obudowie.

Ad.9

Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z filtrem powietrza o wielkości cząstki 0,2 µm, pod warunkiem, że będzie to filtr powietrza antywirusowy i antybakteryjny o skuteczność filtracji HEPA 99,99% lub 99,97%.

Ad.10

Zamawiający nie dopuści zaoferowania urządzenia, w którym średni czas zmiany temperatury ogrzewanej powierzchni z 20°C do 36°C wynosi 7 minut.

Ad.11

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.12

Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia, które posiada antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o skuteczności filtracji HEPA 99,97% przy wielkości cząstki 0,2µm.

Ad.13

Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z systemem zabezpieczenia przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym oraz funkcją automatycznego odłączenia grzałki i wentylatora, z czujnikiem temperatury powietrza na wyjściu jednostki grzewczej.

Ad.14

Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia bez alarmu niskiej temperatury, posiadającego alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej temperatury, wskaźnik wizualny osiągnięcia zadanej temperatury oraz wyświetlacz cyfrowy aktualnej temperatury.

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

