



.....  
.....

Znak: AE/ZP-27-76/18

Tarnów, 2018-10-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy sprzętu laboratoryjnego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 13-14.** Uprzejmie prosimy o wydzielenie poz. 13 oraz 14 z Pakietu 2 i utworzenie odrębnego pakietu.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 13-15.** Czy Zamawiający wydzieli poz. 13 - 15 z Pakietu 2 i utworzy z niej oddzielne zadanie.
3. **Dotyczy pkt XIV.1 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?
4. **Dotyczy pkt XIV.1 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zapisu słowa „telefonicznie”?
5. **Dotyczy pkt XIV.12 a) i b) SIWZ Ogólne warunki umowy.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,1 %?
6. **Dotyczy pkt XIV.12 b) SIWZ Ogólne warunki umowy.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „wartości zamówionej partii towaru” na „wartości wadliwej części zamówionej partii towaru”?
7. **Dotyczy pkt XIV.9 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipety zmiennie pojemnościowej o zakresie 0,5-10 ul?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.: 6, 7, 19, 20, 21.** Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 2 pozycje: 19, 20, 21, 6 i 7 do oddzielnego pakietu?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6 i 7.** Czy Zamawiający w przypadku pozycji 6 dopuści produkt o pojemności 1-200 ul, a w pozycji 7 o objętości 100-1200 ul?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz.: 1-3.** Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 6 pozycje: 1, 2, 3 do oddzielnego pakietu?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający w przypadku pozycji 1 dopuści produkt o pojemności 0,1-2,5 ul?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 2 poz. 13 i 14** do odrębnego Pakietu.

**Ad. 2** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 2 poz. 13 - 15** i utworzenie z nich odrębnego zadania.

**Ad. 3 - 7** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w ogólnych warunkach umowy pkt XIV SIWZ.

**Ad. 8** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie **Pakiecie Nr 6 poz. 1** również pipety zmiennie pojemnościowej o zakresie 0,5-10 ul

**Ad. 9** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 2 poz.: 6, 7, 19, 20, 21** do oddzielnego Pakietu.

**Ad. 10** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie **Pakiecie Nr 2 poz. 6** również końcówek do pipet automatycznych, żółtych o pojemności 1-200  $\mu$ l, a w **Pakiecie Nr 2 poz. 7** końcówek do pipet automatycznych, niebieskich pojemność 100-1200  $\mu$ l.

**Ad. 11** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 6 poz.: 1-3** do oddzielnego Pakietu.

**Ad. 12** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie **Pakiecie Nr 6 poz. 1** również pipety zmienno pojemnościowej o zakresie 0,1-2,5  $\mu$ l.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a