



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-76/18

Tarnów, 2018-10-11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy sprzętu laboratoryjnego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Formularz Cenowego.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?
2. Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień?
3. Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?
4. **Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy.** Zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.
5. **Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy.** Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i niewykraczającą poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”
6. **Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy.** Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy: W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.).
7. **Dotyczy pkt XIV.13 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych dokonując złagodzenia ich rangi do 10%.
8. **Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy.** Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy: „W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”
9. **Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zapisu dotyczącego przedłużenia warunków umowy w przypadku zmiany wielkości zapotrzebowania na asortyment i w związku z tym niezrealizowania całej umowy?
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pozycji, na które będzie składana oferta?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7-10.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu szkiełek mikroskopowych podstawowych (poz. 8, 9 i 10) i szkiełek mikroskopowych nakrywkowych (poz. 7).
12. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-3.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1, 2, 3, kasetek histopatologicznych z przykrywką bez zawiasów i 80 otworami o wymiarach 1,6 x 1,6mm w obu częściach kasetki.

- 13.**Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-3.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1, 2, 3, kasetek histopatologicznych z przykrywką bez zawiasów, posiadające 58 otworów 1x5 mm w podstawie i 62 otwory 1x5 mm w przykrywce
- 14.**Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 4 kasetek biopsyjnych do bardzo drobnych materiałów histopatologicznych, z przykrywką na zawiasie (umożliwia odpięcie przykrywki i ponowne założenie) z wewnętrzną komorą o wymiarach 20x17mm i otworkami o rozmiarze 0,35x0,35mm. Poza komorą osobne otwory zewnętrzne do lepszej penetracji parafiny.
- 15.**Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 5.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 5 kasetek biopsyjnych białych z 168 otworkami w podstawie i 192 otworkami w przykrywce, wymiary otworków 0,9x0,9mm..
- 16.**Dotyczy Pakietu Nr 8.** Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML.
- 17.**Dotyczy Pakietu Nr 8.** Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalaaczy (formalina) prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymogu posiadania piktogramów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego.
- 18..**Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 żyłek wykonanych ze stali nierdzewnej pokrytej teflonem, o podwyższonym stopniu twardości, z dwoma otworami mocującymi o wymiarach 7 x 2 mm w odległości 20 mm od końców żyłki do osi otworów.
- 19.**Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie w poz. 1 ostrzy o kącie 34 st.
- 20.**Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 3.** Prosimy o dopuszczenie tuszy w op. 59 ml w ilości 2 sztuk. W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.
- 21.**Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 3.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 3 tusze do oznaczania chirurgicznych linii cięcia w opakowaniu 4ml x 15 sztuk (łącznie 2 zestawy o objętości 120ml)

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zgodnie z wymaganiem określonym przez Zamawiającego w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ Wykonawca winien podać w nim cenę netto opakowania i cenę brutto opakowania z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie zmian.

Ad. 2 Zamawiający nie przewiduje możliwości opisanej w pytaniu.

Ad. 3 Zamawiający nie może zagwarantować realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie, stąd zapis w pkt XIV.18 SIWZ Ogólne warunki umowy: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie asortymentu w ramach ustalonej wartości zamówienia w zależności od potrzeb Szpitala. Takie zmiany nie wymagają aneksowania umowy”.

Ad. 4 - 9 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w ogólnych warunkach umowy pkt XIV SIWZ.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza pozostawienie w Formularzu Ofertowym wyłącznie tych Pakietów, na które będzie składana oferta

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 1 poz. 7-10** do osobnego Pakietu.

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1-3** kasetek histopatologicznych opisanych w pytaniu.

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1-3** kasetek histopatologicznych opisanych w pytaniu.

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 4** kasetek biopsyjnych opisanych w pytaniu.

Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 5** kasetek biopsyjnych opisanych w pytaniu.

Ad. 16 -17 Zamawiający nie będzie potwierdzał wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 8** określonych w pytaniach Wykonawcy. Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 8** pojemników na próbki chirurgiczne spełniających wymagania określone w SIWZ i Załącznikach do niej.

Ad. 18 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 1** żyłek opisanych w pytaniu.

Ad. 19 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie **Pakiecie Nr 10 poz. 1** również ostrzy o kącie 34 stopni, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 20 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie **Pakiecie Nr 10 poz. 3** również tuszy w op. 59 ml w ilości 2 sztuk, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 21 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie **Pakiecie Nr 10 poz. 3** również tuszy do oznaczania chirurgicznych linii cięcia w opakowaniu 4ml x 15 sztuk (łącznie 2 zestawy o objętości 120ml), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Jednocześnie, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 16.10.2018r godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 16.10.2018r. godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, IX.1, X.1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a