



Znak: AE/ZP-27-77/18

Tarnów, 2018-11-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawę defibrylatora 1 sztuka oraz defibrylatora przystosowanego do zasilania 230V AC i 12V DC 1 sztuka dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt.22 Defibrylator przystosowany do zasilania 230V AC i 12V DC 1 sztuka** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy defibrylatora o minimalnie różniących się parametrach, niżej wymienionych:
pkt. 22 - Pomiar częstości pracy serca w zakresie minimum od 30 do 300 uderzeń/minutę.
2. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt.29 Defibrylator przystosowany do zasilania 230V AC i 12V DC 1 sztuka** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy defibrylatora o minimalnie różniących się parametrach, niżej wymienionych:
pkt. 29 - defibrylator z automatycznym testem podczas włączenia
3. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt.32 Defibrylator przystosowany do zasilania 230V AC i 12V DC 1 sztuka** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy defibrylatora o minimalnie różniących się parametrach, niżej wymienionych:
pkt. 32 - natężenie prądu stymulacji w zakresie minimum od 0 do 200 mA.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający dopuści również zaoferowanie defibrylatora posiadającego pomiar częstości pracy serca w zakresie minimum od 30 do 300 uderzeń/minutę.

Ad.2

Zamawiający dopuści również zaoferowanie defibrylatora z automatycznym testem podczas włączenia.

Ad.3

Zamawiający dopuści również zaoferowanie defibrylatora posiadającego natężenie prądu stymulacji w zakresie minimum od 0 do 200 mA.

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a