



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-80/18

Tarnów, 2018-10-30

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboji dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-11.** Czy Zamawiający dopuści rękawy, na których nie jest naniesiona informacja dotycząca koloru wskaźnika przed procesem sterylizacji? Na rękawach umieszczona jest informacja o tym, jaki kolor powinien mieć wskaźnik po procesie sterylizacji, w związku z tym, jeśli wskaźnik ma inny kolor wiadomym jest, że proces sterylizacji nie został przeprowadzony.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-11.** Czy Zamawiający wymaga symbolu kierunku otwierania zarówno od strony papieru jak i folii?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-11.** Czy Zamawiający wymaga aby każdy wskaźnik posiadał symbol metody sterylizacji nadrukowany na wskaźniku, co wyklucza pomyłkę?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12-19.** Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia zgodności z normami przez jednostkę niezależną?
5. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian?
6. **Dotyczy Pakiet Nr 4 poz. 3.** Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu.
7. **Dotyczy Pakiet Nr 6 poz. 1-2.** Czy Zamawiający dopuści testy do przyrządu PCD klasy 6?
8. **Dotyczy Pakiet Nr 6 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji?
9. **Dotyczy Pakiet Nr 6 poz. 4-5.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenie testów nieposiadających napisów w języku polskim? Wykonawca dostarczy do każdego opakowania instrukcję w języku polskim.
10. **Dotyczy Pakiet Nr 6 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści testy nieposiadające powierzchni samoprzylepnej?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 7.** Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 1-11** rękawów do sterylizacji spełniających wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, w tym przypadku w Załączniku Nr 5 do SIWZ, tj. „Minimum dwa wskaźniki procesu sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu, określony kolor testu przed i po sterylizacji”.

Ad. 2 Zgodnie z wymogiem określonym w Załączniku Nr 5 do SIWZ w **Pakiecie Nr 1 poz. 1 – 11** Zamawiający wymaga „Jednoznacznie określony kierunek otwierania”.

Ad. 3 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 1-11** rękawów do sterylizacji spełniających wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, w tym przypadku w Załączniku Nr 5 do SIWZ, tj. „Minimum dwa wskaźniki procesu sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu, określony kolor testu przed i po sterylizacji”, co oznacza, że wskaźniki muszą być oznaczone rodzajem sterylizacji, w przeciwnym razie Zamawiający nie miałby możliwości identyfikacji rodzaju sterylizacji.

Ad. 4 Zamawiający nie zawarł w SIWZ wymogu potwierdzenia zgodności z normami przez jednostkę niezależną dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 12-19**, i podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Ad. 5 Zamawiający nie potwierdzi że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian ponieważ nie zawarł w SIWZ takiego zapisu.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 4 poz. 3** do oddzielnego Pakietu.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1-2** testów do przyrządu PCD klasy 6 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 6 poz. 1-2** testów spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 4** testów opisanych w pytaniu. Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 6 poz. 4** testów spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 4 i 5** testów nieposiadających napisów w języku polskim, nawet w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę do każdego opakowania instrukcji w języku polskim

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie **Pakiecie Nr 6 poz. 5** testów nieposiadających powierzchni samoprzylepnej.

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 6 poz. 7** do oddzielnego Pakietu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a