



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-80/18

Tarnów, 2018-11-06

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboń dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?
2. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-11.** Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-11.** Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-2.** Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4.** Czy Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4.** Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?
9. **Dotyczy Pakiet Nr 6 poz. 4.** Czy Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?
10. **Dotyczy Pakiet Nr 6 poz. 4.** Czy Zamawiający wymaga, aby test składał się z 2 niezależnych okienek wskaźnikowych zapewniając pewność prawidłowego odczytu?
11. **Dotyczy Pakiet Nr 6 poz. 4.** Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście chemicznym klasy 5 znajdowało się oznaczenie klasy oraz normy ISO 11140-1?
12. **Dotyczy Pakiet Nr 6 poz. 5.** Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący?
13. **Dotyczy Pakiet Nr 6 poz. 5.** Czy Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?
14. **Dotyczy Pakiet Nr 6 poz. 5.** Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883?
15. **Dotyczy Pakiet Nr 7 poz. 3.** Czy Zamawiający wymaga aby test kontroli mycia posiadał substancję wskaźnikową umieszczoną na 4 płaszczyznach?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3.** Czy Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie znajdowały się informacje o normie ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w języku polskim?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zgodnie z zapisem pkt.IV.1.3.1 SIWZ oświadczenie, o którym mowa w pkt.IV.1.3.1 SIWZ Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych..

Ad. 2 Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał dokumenty określone w SIWZ i Załącznikach do niej.

Ad. 3 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 1-11** rękawów z napisami w języku polskim

Ad. 4 Zamawiający nie zawarł w SIWZ wymogu dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1** aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² i nie wprowadza w tym zakresie zmian.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 1 poz. 1-11** rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią. Zamawiający wymaga aby oferowane rękawy spełniały wymagania określone w SIWZ i załącznikach do niej.

Ad. 6 Zamawiający nie zawarł w SIWZ wymogu aby taśmy ze wskaźnikiem oferowane w **Pakiecie Nr 5 poz. 1-2** nie posiadały lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta, i podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Ad. 7 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 5 poz. 4** pakietów Bowie & Dick spełniających wymagania określone w SIWZ i załącznikach do niej, w tym „napisy na teście w języku polskim”.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 5 poz. 4** pakiety Bowie & Dick opakowane były w woreczek strunowy. Zamawiający wymaga aby oferowane pakiety spełniały wymagania określone w SIWZ i załącznikach do niej.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 6 poz. 4** testy posiadały minimalną długość 10 cm. Zamawiający wymaga aby oferowane testy spełniały wymagania określone w SIWZ i załącznikach do niej.

Ad. 10 Zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 5 do SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 6 poz. 4** „Test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu poprawności testu w postaci osobnego okienka”.

Ad. 11 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 6 poz. 4** spełniających wymagania określone w SIWZ i załącznikach do niej.

Ad. 12 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 6 poz. 5** testów w formie samoprzylepnej, co określił w Załączniku Nr 5 do SIWZ.

Ad. 13 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 6 poz. 5** testów spełniających wymagania określone w SIWZ i załącznikach do niej, w tym zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ „Napisy na teście w języku polskim”.

Ad. 14 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 6 poz. 5** testów spełniających wymagania określone w SIWZ i załącznikach do niej, w tym zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ „Zgodny z normą PN-EN ISO 15883-2 lub równoważną”.

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 7 poz. 3** wskaźniki do kontroli procesu mycia w myjniach dezynfektorach oraz w myjniach ultradźwiękowych posiadały substancję wskaźnikową umieszczoną na 4 płaszczyznach. Zamawiający wymaga aby oferowane wskaźniki spełniały wymagania określone w SIWZ i załącznikach do niej.

Ad. 16 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 7 poz. 3** wskaźników spełniających wymagania określone w SIWZ i załącznikach do niej, w tym zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ „Parametry działania wskaźnika zgodne z ISO/TS 15883-5”.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a