



.....  
.....

Znak: AE/ZP-27-82/18

Tarnów, 2018-11-16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, aparatu do odczytu stref zahamowania wzrostu metodą dyfuzyjno- krążkową, aparatu do odczytu testów paskowych Western-Blot, aparatu do testów Elisa, czytnika do odczytu testów identyfikacyjnych drobnoustrojów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał wymaganej dokumentacji (metodyki/ instrukcje) do każdej dostawy, jeśli wymagana dokumentacja dla całego przedmiotu umowy zostanie dostarczona wraz z pierwszą dostawą zamówionych produktów w formie zbindowanej książki?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 24.** Czy Zamawiający w pozycji nr 24 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z terminem ważności 21 dni od daty produkcji i minimum 14 dni od daty dostawy?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 16.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych z każdą partią produktów, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 17.** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 17 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu kasetkowego Rota/Adeno/Norowirus: czułości dla Rorawirusa >99,9% i swoistości 98,8% , czułości dla Adenowirusa >99,9 % i swoistości 97,6%, czułości dla Norowirusa GI 87,5 i swoistości 98,9%, czułości dla Norowirusa GII 95,0% i swoistości 96,6% w stosunku do metody referencyjnej PCR?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 17.** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 17 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu z czasem odczytu wyniku 15 minut?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1-8 Załącznik Nr 5.** Czy Zamawiający zgodzi się na terminy ważności odczynników nie krótsze niż 6 miesięcy – dotyczy pozycji od 1 do 8?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 20.** Czy Zamawiający wymaga testów do oznaczania MIC kolistyny z nadrukiem umożliwiającym jednoczesną identyfikację pojedynczych testów?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający dopuszcza tylko w odniesieniu do przedmiotu zamówienia zaoferowanego w **Pakiecie Nr 16** aby producent nie dostarczał wymaganej dokumentacji (metodyki/ instrukcje) do każdej dostawy, jeśli wymagana dokumentacja dla całego przedmiotu umowy zostanie dostarczona wraz z pierwszą dostawą zamówionych produktów w formie zbindowanej książki.

**Ad. 2** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 24** podłoża z terminem ważności 21 dni od daty produkcji i minimum 14 dni od daty dostawy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 3** Zamawiający dopuszcza aby producent przedmiotu zamówienia zaoferowanego w **Pakiecie Nr 16** nie dostarczał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych z każdą partią produktów, lecz udostępnił je na swojej stronie www, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 4** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanego w **Pakiecie Nr 17** testów immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania antygenu rotawirusa, adenowirusa i norowirusa w próbkach kału opisanych w pytaniu, zaoferowane testy winny spełniać wszystkie wymagania określone w SIWZ.

**Ad. 5** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 17** testów immunochromatograficznych do jednoczesnego wykrywania antygenu rotawirusa, adenowirusa i norowirusa w próbkach kału z czasem odczytu wyniku 15 minut, zaoferowane testy winny spełniać wszystkie wymagania określone w SIWZ.

**Ad. 6** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1-8** odczynników z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy od daty dostawy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 7** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 12 poz. 20** testów do oznaczania MIC kolistyny z nadrukiem umożliwiającym jednoczesną identyfikację pojedynczych testów.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a