



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-82/18

Tarnów, 2018-11-16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, aparatu do odczytu stref zahamowania wzrostu metodą dyfuzyjno- krążkową, aparatu do odczytu testów paskowych Western-Blot, aparatu do testów Elisa, czytnika do odczytu testów identyfikacyjnych drobnoustrojów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.: 19.** W związku z informacją z Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów, iż krążki cefuroksym 30 i cefuroksym aksetyl 30 z pozycji 19 i 20 są krążkami równoważnymi, do oceny lekowrażliwości in vitro antybiotyków zawierających w swoim składzie jako substancję czynną cefuroksym (cefalosporyna 2 generacji) oraz cefuroksym aksetyl (cefalosporyna 2 generacji, zarejestrowana forma cefuroksymu) używa się krążka antybiotykowego pod nazwą handlową – cefuroksym 30, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 19 krążka „cefuroksym 30”?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania w pozycji 2 krążka o stężeniu 25ug?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** W przypadku braku zgody Zamawiającego na poprzednie pytanie (pytanie nr 2), zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania w pozycji nr 2 krążka, którego nazwa nie będzie automatycznie rozpoznawana przez urządzenie do odczytu stref zahamowania wzrostu wokół krążka antybiotykowego?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 3.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga testu lateksowego wykrywającego koagulazę, białko A oraz polisacharyd otoczkowy?
5. **Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy.** W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. **Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy.** Wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: „Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizację maksymalnie dostaw miesięcznie, co daje liczbę dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”?
7. **Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu w projekcie umowy „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 19** krążka cefuroksym 30.

Ad. 2 i 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** krążka Amoksycylina o stężeniu 25ug.

Ad. 4 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 13 poz. 3** testów lateksowych i kontroli oznaczenia lateksowego koagulazy u gronkowców spełniających wymagania SIWZ.

Ad. 5 Zamawiający nie poda prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego ponieważ uzależniona jest od liczby pacjentów wymagających określonych badań jak również wiedzy jakie terminy ważności posiada oferowany przedmiot zamówienia.

Ad. 6-7 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w ogólnych warunkach umowy pkt XIV SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a