



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-82/18

Tarnów, 2018-11-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, aparatu do odczytu stref zahamowania wzrostu metodą dyfuzyjno- krążkową, aparatu do odczytu testów paskowych Western-Blot, aparatu do testów Elisa, czytnika do odczytu testów identyfikacyjnych drobnoustrojów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający posiada i może przedłożyć projekt umowy/ porozumienia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotem zamówienia w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 3 zdanie 1 RODO, zgodnie z treścią którego „Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą podmiot przetwarzający i administratora, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora.”?
2. Czy Zamawiający wyrazi pisemną zgodę w terminie 3 dni licząc od daty zawarcia umowy na podpowierzenie danych osobowych firmie współpracującej z Wykonawcą w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia tj. podłączenia analizatora?
3. **Dotyczy pkt XIV.1 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie telefonicznej formy składania zamówień?
4. **Dotyczy pkt XIV.14 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10%?
5. **Dotyczy pkt XIV.23 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców obciążając dotychczasowego Wykonawcę różnicą w cenie pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy, a ceną, jaką zapłaci Zamawiający u innego Wykonawcy”?
6. **Dotyczy pkt IV.1.4.1.4 oraz pkt IV.1.4.1.7 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty instrukcji używania (metodyki) oraz materiałów informacyjnych w języku polskim, w wersji elektronicznej na płycie CD lub w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej stronie ze względu na obszerność dokumentacji ?
7. **Dotyczy Formularza ofertowego.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym tylko tych pakietów, dla których Wykonawca składa ofertę cenową ?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 5 do SIWZ.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia wraz z pierwszą dostawą instrukcji obsługi aparatu w języku polskim oraz dla poz. 2-4 załączania do każdej dostawy, instrukcji używania (metodyki) w języku polskim, jeżeli te same dokumenty Zamawiający dostanie na wezwanie dokonane przed udzieleniem zamówienia oraz są dostępne na stronie internetowej Wykonawcy, która zostanie udostępniona Zamawiającemu ?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 Załącznik Nr 5 do SIWZ pkt 1.** Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści aparat, który wyprodukowany został w 2014 roku oraz jest w pełni sprawny, po przeglądzie technicznym wraz z pełną opieką serwisową ? Jeżeli Zamawiający nie dopuści aparatu z roku 2014, czy wyrazi zgodę na dostarczenie nowego aparatu w terminie do 21 dni z uwagi na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy ?

10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 Załącznik Nr 5 do SIWZ pkt 10 i 11.** Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu łącznie wodną oraz Vortex (pkt. 10 i 11) z uwagi na to, iż wymóg dostarczenia powyższego sprzętu nie ma związku z przedmiotem zamówienia ?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2-4 Załącznik Nr 5 do SIWZ pkt 1.** Czy Zamawiający w pkt. 1 wymaga, aby możliwość wykrywania bakterii z krwi i płynów ustrojowych była potwierdzona instrukcją używania producenta ?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2-4 Załącznik Nr 5 do SIWZ pkt 2.** Czy Zamawiający w pkt. 2 „Podłoża pediatryczne oraz dla dorosłych, w butelkach odpornych na zniszczenie, tj. nie ulegną w łatwy sposób zniszczeniu w warunkach w jakich mogą się znaleźć biorąc pod uwagę ich przeznaczenie, przy przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa” wymaga, aby butelki były wykonane z trwałego nietłukącego tworzywa, bezpiecznego w trakcie transportu oraz pracy w laboratorium?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2-4 Załącznik Nr 5 do SIWZ pkt 5.** Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści możliwość wyceny specjalnych nasadek kompatybilnych z podłożami z poz. 2-4 oraz systemem Greiner Bio-One w celu umożliwienia pobrania krwi metodą próżniową ? Jeżeli tak, prosimy o podanie ilości podłoży do których będzie pobierana krew metodą próżniową w ciągu całego okresu obowiązywania umowy.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-4.** Czy Zamawiający wymaga aby podłoża oraz aparat do monitorowania posiewów krwi i innych jałowych płynów ustrojowych pochodziły od jednego producenta ?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca zaoferował podłoża pediatryczne zwalidowane tylko do posiewu krwi?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga dostarczenia co najmniej 5 opinii użytkowników z polskich laboratoriów dla potwierdzenia jakości aparatu do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych oraz podłoży?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-4.** Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca spełniał normy i posiadał aktualny certyfikat ISO 9001:2015 (który powinien zostać dołączony do oferty) w zakresie sprzedaży, dystrybucji, usługi serwisu technicznego oraz konsultacji i szkoleń w zakresie wyrobów do diagnostyki in vitro (odczynniki, aparaty, oprogramowanie) dla laboratoriów klinicznych?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 28.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie pozycji 28 z tabeli asortymentowo-cenowej, gdyż zgodnie z najnowszymi rekomendacjami EUCAST – ten krążek antybiotykowy został wykreślony z rekomendacji? Jeśli Zamawiający z jakiegoś powodu nie wyrazi zgody na powyższe, to prosimy o możliwość zaoferowania krążka o stężeniu penicyliny V 6 µg/10 IU?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 3.** Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści zestaw bez kontroli dodatknej (jedynie z dodatnią linią kontrolną)?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1.** Czy w poz. 1 Zamawiający wymaga testu, w którym czułość i swoistość wyznaczono względem metody referencyjnej tj. hodowla bakteryjna i tkankowa?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 19 i 38.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 19 oraz 38 podłoża pochodzącego od innego producenta?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-59.** Czy Zamawiający wymaga aby krążki antybiotykowe posiadały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-59.** Czy Zamawiający wymaga aby krążki antybiotykowe brały udział w ocenie EUCAST i osiągnęły bardzo dobre wyniki?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-59.** Czy Zamawiający wymaga aby stężenie na krążkach antybiotykowych było w zakresie 90-125% według standardu DIN lub FDA?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 60-71.** . Czy Zamawiający wymaga aby paski z gradientem stężeń posiadały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 72-74.** Czy Zamawiający wymaga aby gotowe podłoża na płytkach posiadały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 76.** Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu pozycję nr 76?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 75.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dyspenserów 6-cio kanałowych?

- 29.**Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2-4.** Czy Zamawiający wymaga aby szczepy wzorcowe były w postaci wymazówek?
- 30.**Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 3.** Czy Zamawiający wymaga aby test z pozycji nr 3 wykrywał Clumping Factor, białko A i polisacharydy MRSA?
- 31.**Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 5 testu, który jest pakowany po 30 oznaczeń?
- 32.**Dotyczy Pakietu Nr 16 poz.: 7, 19, 21, 22, 24, 32, 33, 38.** Czy Zamawiający dopuści aby podłoża z pozycji 7, 19, 21, 22, 24, 32, 33, 38 pochodziły od innego producenta?
- 33.**Dotyczy Pakietu Nr 17 Załącznik Nr 5 do SIWZ pkt 9.** Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli test ma wbudowaną wewnętrzną kontrolę testu?
- 34.**Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wymaga, aby podłoża do posiewów krwi i płynów ustrojowych oraz aparat pochodziły do jednego producenta?
- 35.**Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający, wymagając podłoż do posiewów krwi i płynów ustrojowych, przewiduje stosowanie zalecanego przez wszystkich producentów podłoż do posiewów krwi i płynów ustrojowych suplementu dla drobnoustrojów o wysokich wymaganiach żywieniowych i zwiększających ich wzrost, zwłaszcza w przypadku próbek płynów ustrojowych?
- 36.**Dotyczy Pakietu Nr 1.** Jeżeli Zamawiający wymaga w/w suplementu, prosimy o podanie ilości podłoż, w których przewiduje konieczność dodania suplementu i zgody na dodanie dodatkowego wiersza dającego możliwość dopisania suplementu.
- 37.**Dotyczy Pakietu Nr 1.** Jeżeli Zamawiający określi ilość suplementu, to czy Zamawiający wymaga wyceny takiej ilości zalecanego suplementu, aby Zabezpieczył ciągłość terminu przydatności po otwarciu opakowania zbiorczego przez 12 miesięcy trwania umowy?
- 38.**Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany suplement miał oznakowanie CE IVD zgodnie z Dyrektywą 98/79/EC dla wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro?
- 39.**Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wymaga, aby suplement był zwalidowany przez producenta z oferowanymi podłożami?
- 40.**Dotyczy Formularza Ofertowego.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu tylko tych pakietów, na które Wykonawca składa ofertę i usunięcie pozostałych?
- 41.**Dotyczy pkt XIV.14 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację punktu 14: „W przypadku odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”?
- 42.Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 i 2 Zamawiający informuje, iż nie przechowuje w analizatorach/aparatach/czytnikach ujętych w Formularzu Cenowym danych osobowych pacjenta, a jedynie nr próbki, w związku z czym nie ma potrzeby wprowadzania do umowy dodatkowych zapisów dotyczących przetwarzania danych osobowych ani podpowierzenia danych osobowych firmie współpracującej z Wykonawcą w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia tj. podłączenia analizatora.

Ad. 3 - 5 i Ad. 41 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w ogólnych warunkach umowy pkt XIV SIWZ

Ad.6 Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty dokumentów o których mowa w pkt IV.1.4.1.4 oraz w pkt IV.1.4.1.7 SIWZ. Dokumentów o, których mowa w wyżej wymienionych punktach SIWZ Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy którego oferta zostanie najwyższej oceniona. Zamawiający dopuszcza przesłanie na żądanie Zamawiającego dokumentów o których mowa w pkt IV.1.4.1.4 oraz w pkt IV.1.4.1.7 SIWZ w formie książkowej ale podpisanej na każdej stronie, nie dopuszcza natomiast wersji elektronicznej na płycie CD.

Ad.7 i Ad. 40 Zamawiający dopuszcza pozostawienie w Formularzu Ofertowym tylko tych pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.

Ad.8 Zamawiający nie odstąpi od wymogu załączenia wraz z pierwszą dostawą instrukcji obsługi aparatu ujętego w Pakiecie nr 1 poz. 1 w języku polskim oraz załączenia dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1 poz. 2-4** do każdej dostawy, instrukcji używania (metodyki) w języku polskim.

Ad.9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** aparatu wyprodukowanego w 2014 r. i podtrzymuje wymóg określony w Załączniku Nr 5 pkt 1 „Aparat nie starszy niż z 2017 roku”. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie nowego aparatu w terminie do 21 dni.

Ad.10 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 1** łaźni wodnej i wytrząsarki typu Vortex i podtrzymuje wymóg określony w Załączniku Nr 5 pkt 10 i 11 dostarczenia w zestawie z aparatem łaźni wodnej i wytrząsarki typu Vortex

Ad.11 Zamawiający wymaga w odniesieniu do przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 2-3** aby instrukcja używania (metodyka) musi zawierała informację, że zaoferowane podłoża są odpowiednie do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz innych płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, opłucnowy, stawowy, z jamy otrzewnej itp.), w przypadku braku takiej informacji w instrukcji używania (metodyce) Wykonawca winien złożyć oświadczenie producenta, że zaoferowane podłoża są odpowiednie do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz innych płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, opłucnowy, stawowy, z jamy otrzewnej itp.), przy czym oświadczenie to nie może być wystawione wcześniej niż w 2018 r.

Ad.12 Zamawiający przez wymóg określony pkt 2 Załącznika Nr 5 dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 2-4, tj. „Podłoża pediatryczne oraz dla dorosłych, w butelkach odpornych na zniszczenie, tj. nie ulegną w łatwy sposób zniszczeniu w warunkach w jakich mogą się znaleźć biorąc pod uwagę ich przeznaczenie, przy przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa” rozumie dokładnie to co zapisał i nie wprowadza w tym zakresie nowych wymogów.

Ad.13 Zamawiający dopuszcza wycenę w **Pakiecie Nr 1** specjalnych nasadek kompatybilnych z system próżniowego pobierania krwi którego producentem jest Greiner Bio-One. W przypadku konieczności wyceny wyżej wymienionych nasadek w Pakiecie Nr 1 w Formularzu Cenowym należy dodać pozycję 5 i wycenić w niej nasadki w ilości podłoży określonej w Formularzu Cenowym

Ad.14 i Ad. 34 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ dodaje pkt. 17 w Załączniku Nr 5 do SIWZ - Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 1 zapis o treści:

„Aparat tego samego producenta co podłoża zaoferowane w Pakiecie Nr 1 poz. 2-4”

2/ dodaje pkt. 8 w Załączniku Nr 5 do SIWZ - Wymagania wobec podłoży do hodowli drobnoustrojów oferowanych w Pakiecie nr 1 poz. 2-4 zapis o treści:

„Podłoża tego samego producenta co aparat zaoferowany w Pakiecie Nr 1 poz. 1”

Ad.15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** podłoży pediatrycznych zwalidowanych tylko do posiewu krwi, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.16 Zamawiający nie określił w SIWZ wymogu dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** dostarczenia co najmniej 5 opinii użytkowników z polskich laboratoriów dla potwierdzenia jakości aparatu do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych oraz podłoży i nie wprowadza w tym zakresie zmian.

Ad.17 Zamawiający nie wprowadza w SIWZ w odniesieniu do przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1** zmian o treści zawartej w pytaniu.

Ad.18 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 2 wykreśla pozycje: 2, 19, 28

Ad.19 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 3** Immunochematograficzne testy płytkowe do wykrywania kalprotektyny w kale z dodatnią linią kontrolną jako kontrolą dodatnią.

Ad.20 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 11 poz. 1** szybkich testów kasetykowych do jednoczesnego wykrywania antygeny dehydrogenazy glutaminowej oraz toksyn A i B Clostridium difficile w próbkach kału, w których czułość i swoistość wyznaczono względem metody referencyjnej tj. hodowla bakteryjna i tkankowa, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.21 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz.: 19, 38** podłoży pochodzących od innego producenta niż pozostałe podłoża. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie, tj. „Wszystkie pożywki wymienione w Pakiecie Nr 16 – z wyjątkiem pozycji 20 – mają pochodzić od jednego producenta”.

Ad.22 i 25 Zamawiający wymaga aby krążki antybiotykowe oraz testy oferowane w **Pakiecie Nr 2 poz. 1-71** posiadały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości drobnoustrojów lub równoważną i podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie

Ad.23 Zamawiający wymaga aby krążki antybiotykowe oferowane w **Pakiecie Nr 2 poz. 1-59** spełniały wymagania określone w SIWZ.

Ad.24 Zamawiający wymaga aby krążki antybiotykowe oferowane w **Pakiecie Nr 2 poz. 1-59** spełniały wymagania określone w SIWZ.

Ad.26 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 2 poz. 72-74** podłoża na płytkach posiadały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów. Zamawiający wymaga aby zaoferowane podłoża na płytkach spełniały wymagania SIWZ.

Ad.27 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 2 poz. 76** do oddzielnego pakietu.

Ad.28 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 76** dyspenserów 6-cio kanałowych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ

Ad.29 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 10 poz. 2-4** szczepy wzorcowe były w postaci wymazówek. Zamawiający wymaga aby zaoferowane szczepy wzorcowe spełniały wymagania SIWZ.

Ad.30 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 13 poz. 3** testów lateksowych i kontroli oznaczenia lateksowego koagulazy u gronkowców spełniających wymagania SIWZ.

Ad.31 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 5** testów pakowanych po 30 oznaczeń, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.32 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz.: 7, 19, 21, 22, 24, 32, 33, 38** podłoży pochodzących od innego producenta niż pozostałe podłoża. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie, tj. „Wszystkie pożywki wymienione w Pakiecie Nr 16 – z wyjątkiem pozycji 20 – mają pochodzić od jednego producenta”.

Ad.33 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 17 poz. 1** test immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania antygenu rotawirusa, adenowirusa i norowirusa w próbkach kału spełniających wymagania SIWZ.

Ad. 35 Jeżeli producent oferowanych w **Pakiecie Nr 1 poz. 2-4** podłoży zaleca stosowanie suplementu dla drobnoustrojów o wysokich wymaganiach żywieniowych i zwiększających ich wzrost, zwłaszcza w przypadku próbek płynów ustrojowych to Wykonawca winien zaoferować taki suplement.

Ad. 36 -37 Zamawiający nie zawarł w SIWZ wymogu suplementu do podłoży oferowanych w **Pakiecie Nr 1 poz. 2-4**, więc nie będzie określał ilości niezbędnego suplementu, ale jeżeli Wykonawca oferuje podłoże, które wymaga suplementacji winien ująć je w cenie oferty. Zamawiający nie jest w stanie określić ilości badań wymagających suplementacji z uwagi na nieprzewidywalną liczbę pacjentów wymagających takich badań.

Ad. 38-39 Zamawiający nie zawarł w SIWZ wymogu suplementu do podłoży oferowanych w **Pakiecie Nr 1 poz. 2-4**, co jest równoznaczne z brakiem określonych wymagań dla takiego suplementu. Oczywiście jest, że jeżeli z uwagi na zalecenia producenta oferowanych Pakiecie Nr 1 poz. 2-4 podłoży Wykonawca oferuje suplement, to musi on być odpowiedni do tych podłoży.

Ad.42 Zamawiający nie wyraża zgody aby zamówienia, które wpłyną do Wykonawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz.1986) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt. I SIWZ **zapis o treści:**

„Dostawa aparatu do odczytu stref zahamowania wzrostu metodą dyfuzyjno-krążkową ujętego w Pakiecie Nr 2 poz. 76 wraz z pierwszą dostawą krążków ujętych w Pakiecie Nr 2 poz. 1-59, testów ujętych w poz. 60-71.”

zmienia na zapis o treści:

„Dostawa aparatu do odczytu stref zahamowania wzrostu metodą dyfuzyjno-krażkową ujętego w Pakiecie Nr 2 poz. 76 wraz z pierwszą dostawą krążków ujętych w Pakiecie Nr 2 poz. 1, 3-18, 20-27, 29-59, testów ujętych w poz. 60-71.”

2/ w pkt. IV.1.4.1.1 SIWZ zapis o treści:

„1.4.1.1. Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie Pakietu Nr 1 poz.1-4, Pakietu Nr 2 poz. 1-76, Pakietu Nr 3 poz. 1, 10-13, 15-17, Pakietu Nr 4 poz. 1-10, Pakietu Nr 5 poz. 1, Pakietu Nr 6 poz. 1, Pakietu Nr 7 poz. 1-4, Pakietu Nr 8 poz. 1-7, Pakietu Nr 9 poz. 1-2, Pakietu Nr 10 poz. 2-3, Pakietu Nr 11 poz. 1-3, Pakietu Nr 12 poz. 1-16, 20, Pakietu Nr 13 poz. 1-4, Pakietu Nr 14 poz. 1, Pakietu Nr 15 poz. 1, Pakietu Nr 16 poz. 1-28, 30-37, Pakietu Nr 17 poz. 1, Pakietu Nr 18 poz. 1, Pakietu Nr 19 poz. 1 przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2017r. poz.211 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 4 do SIWZ).”

zmienia na zapis o treści:

„1.4.1.1. Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie Pakietu Nr 1 poz.1-4, Pakietu Nr 2 poz. 1, 3-18, 20-27, 29-76, Pakietu Nr 3 poz. 1, 10-13, 15-17, Pakietu Nr 4 poz. 1-10, Pakietu Nr 5 poz. 1, Pakietu Nr 6 poz. 1, Pakietu Nr 7 poz. 1-4, Pakietu Nr 8 poz. 1-7, Pakietu Nr 9 poz. 1-2, Pakietu Nr 10 poz. 2-3, Pakietu Nr 11 poz. 1-3, Pakietu Nr 12 poz. 1-16, 20, Pakietu Nr 13 poz. 1-4, Pakietu Nr 14 poz. 1, Pakietu Nr 15 poz. 1, Pakietu Nr 16 poz. 1-28, 30-37, Pakietu Nr 17 poz. 1, Pakietu Nr 18 poz. 1, Pakietu Nr 19 poz. 1 przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2017r. poz.211 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 4 do SIWZ).”

3/ w pkt. IV.1.4.1.6 SIWZ zapis o treści:

„1.4.1.6. Pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości drobnoustrojów lub równoważna dla przedmiotu zamówienia zaoferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 1-71.”

zmienia na zapis o treści:

„1.4.1.6. Pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości drobnoustrojów lub równoważna dla przedmiotu zamówienia zaoferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 1, 3-18, 20-27, 29-71.”

4/ w pkt. XIV.1 SIWZ zapis o treści:

„Dostawa aparatu do odczytu stref zahamowania wzrostu metodą dyfuzyjno-krażkową ujętego w Pakiecie Nr 2 poz. 76 wraz z pierwszą dostawą krążków ujętych w Pakiecie Nr 2 poz. 1-59, testów ujętych w poz. 60-71.”

zmienia na zapis o treści:

„Dostawa aparatu do odczytu stref zahamowania wzrostu metodą dyfuzyjno-krażkową ujętego w Pakiecie Nr 2 poz. 76 wraz z pierwszą dostawą krążków ujętych w Pakiecie Nr 2 poz. 1, 3-18, 20-27, 29-59, testów ujętych w poz. 60-71.”

5/ w pkt. XIV.2 SIWZ zapis o treści:

„2. Bezwzględnie wymagane jest spełnianie przez dostarczane w ramach Pakietu Nr 1 poz.1-4, Pakietu Nr 2 poz. 1-76, Pakietu Nr 3 poz. 1, 10-13, 15-17, Pakietu Nr 4 poz. 1-10, Pakietu Nr 5 poz. 1, Pakietu Nr 6 poz. 1, Pakietu Nr 7 poz. 1-4, Pakietu Nr 8 poz. 1-7, Pakietu Nr 9 poz. 1-2, Pakietu Nr 10 poz. 2-3, Pakietu Nr 11 poz. 1-3, Pakietu Nr 12 poz. 1-16, 20, Pakietu Nr 13 poz. 1-4, Pakietu Nr 14 poz. 1, Pakietu Nr 15 poz. 1, Pakietu Nr 16 poz. 1-28, 30-37, Pakietu Nr 17 poz. 1, Pakietu Nr 18 poz. 1, Pakietu Nr 19 poz. 1 wyroby warunków dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 211 z późniejszymi zmianami). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.”

zmienia na zapis o treści:

„2. Bezwzględnie wymagane jest spełnianie przez dostarczane w ramach Pakietu Nr 1 poz.1-4, Pakietu Nr 2 poz. 1, 3-18, 20-27, 29-76, Pakietu Nr 3 poz. 1, 10-13, 15-17, Pakietu Nr 4 poz. 1-10, Pakietu Nr 5 poz. 1, Pakietu Nr 6 poz. 1, Pakietu Nr 7 poz. 1-4, Pakietu Nr 8 poz. 1-7, Pakietu Nr 9 poz. 1-2, Pakietu Nr 10 poz. 2-3, Pakietu Nr 11 poz. 1-3, Pakietu Nr 12 poz. 1-16, 20, Pakietu Nr 13 poz. 1-4, Pakietu Nr 14 poz. 1, Pakietu Nr 15 poz. 1, Pakietu Nr 16 poz. 1-28, 30-37, Pakietu Nr 17 poz. 1, Pakietu

Nr 18 poz. 1, Pakietu Nr 19 poz. 1 wyroby warunków dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 211 z późniejszymi zmianami). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.”

6/ w pkt. XIV.8 SIWZ zapis o treści:

„8. Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I w zakresie Pakietu Nr 1 poz.1-4, Pakietu Nr 2 poz. 1-76, Pakietu Nr 3 poz. 1, 10-13, 15-17, Pakietu Nr 4 poz. 1-10, Pakietu Nr 5 poz. 1, Pakietu Nr 6 poz. 1, Pakietu Nr 7 poz. 1-4, Pakietu Nr 8 poz. 1-7, Pakietu Nr 9 poz. 1-2, Pakietu Nr 10 poz. 2-3, Pakietu Nr 11 poz. 1-3, Pakietu Nr 12 poz. 1-16, 20, Pakietu Nr 13 poz. 1-4, Pakietu Nr 14 poz. 1, Pakietu Nr 15 poz. 1, Pakietu Nr 16 poz. 1-28, 30-37, Pakietu Nr 17 poz. 1, Pakietu Nr 18 poz. 1, Pakietu Nr 19 poz. 1 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna brutto nie ulegnie zmianie.”

zmienia na zapis o treści:

„8. Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I w zakresie Pakietu Nr 1 poz.1-4, Pakietu Nr 2 poz. 1, 3-18, 20-27, 29-76, Pakietu Nr 3 poz. 1, 10-13, 15-17, Pakietu Nr 4 poz. 1-10, Pakietu Nr 5 poz. 1, Pakietu Nr 6 poz. 1, Pakietu Nr 7 poz. 1-4, Pakietu Nr 8 poz. 1-7, Pakietu Nr 9 poz. 1-2, Pakietu Nr 10 poz. 2-3, Pakietu Nr 11 poz. 1-3, Pakietu Nr 12 poz. 1-16, 20, Pakietu Nr 13 poz. 1-4, Pakietu Nr 14 poz. 1, Pakietu Nr 15 poz. 1, Pakietu Nr 16 poz. 1-28, 30-37, Pakietu Nr 17 poz. 1, Pakietu Nr 18 poz. 1, Pakietu Nr 19 poz. 1 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna brutto nie ulegnie zmianie.”

7/ w pkt.II.1 Formularza Ofertowego zapis o treści:

„1. Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I w zakresie Pakietu Nr 1 poz.1-4, Pakietu Nr 2 poz. 1-76, Pakietu Nr 3 poz. 1, 10-13, 15-17, Pakietu Nr 4 poz. 1-10, Pakietu Nr 5 poz. 1, Pakietu Nr 6 poz. 1, Pakietu Nr 7 poz. 1-4, Pakietu Nr 8 poz. 1-7, Pakietu Nr 9 poz. 1-2, Pakietu Nr 10 poz. 2-3, Pakietu Nr 11 poz. 1-3, Pakietu Nr 12 poz. 1-16, 20, Pakietu Nr 13 poz. 1-4, Pakietu Nr 14 poz. 1, Pakietu Nr 15 poz. 1, Pakietu Nr 16 poz. 1-28, 30-37, Pakietu Nr 17 poz. 1, Pakietu Nr 18 poz. 1, Pakietu Nr 19 poz. 1 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna brutto nie ulegnie zmianie.”

zmienia na zapis o treści:

„1. Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I w zakresie Pakietu Nr 1 poz.1-4, Pakietu Nr 2 poz. 1, 3-18, 20-27, 29-76, Pakietu Nr 3 poz. 1, 10-13, 15-17, Pakietu Nr 4 poz. 1-10, Pakietu Nr 5 poz. 1, Pakietu Nr 6 poz. 1, Pakietu Nr 7 poz. 1-4, Pakietu Nr 8 poz. 1-7, Pakietu Nr 9 poz. 1-2, Pakietu Nr 10 poz. 2-3, Pakietu Nr 11 poz. 1-3, Pakietu Nr 12 poz. 1-16, 20, Pakietu Nr 13 poz. 1-4, Pakietu Nr 14 poz. 1, Pakietu Nr 15 poz. 1, Pakietu Nr 16 poz. 1-28, 30-37, Pakietu Nr 17 poz. 1, Pakietu Nr 18 poz. 1, Pakietu Nr 19 poz. 1 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna brutto nie ulegnie zmianie.”

8/ w pkt.1 Załącznika Nr 4 do SIWZ **zapis o treści:**

„1. posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie Pakietu Nr 1 poz.1-4, Pakietu Nr 2 poz. 1-76, Pakietu Nr 3 poz. 1, 10-13, 15-17, Pakietu Nr 4 poz. 1-10, Pakietu Nr 5 poz. 1, Pakietu Nr 6 poz. 1, Pakietu Nr 7 poz. 1-4, Pakietu Nr 8 poz. 1-7, Pakietu Nr 9 poz. 1-2, Pakietu Nr 10 poz. 2-3, Pakietu Nr 11 poz. 1-3, Pakietu Nr 12 poz. 1-16, 20, Pakietu Nr 13 poz. 1-4, Pakietu Nr 14 poz. 1, Pakietu Nr 15 poz. 1, Pakietu Nr 16 poz. 1-28, 30-37, Pakietu Nr 17 poz. 1, Pakietu Nr 18 poz. 1, Pakietu Nr 19 poz. 1 przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2017r. poz.211 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.”

zmienia na zapis o treści:

„1. posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie Pakietu Nr 1 poz.1-4, Pakietu Nr 2 poz. 1, 3-18, 20-27, 29-76, Pakietu Nr 3 poz. 1, 10-13, 15-17, Pakietu Nr 4 poz. 1-10, Pakietu Nr 5 poz. 1, Pakietu Nr 6 poz. 1, Pakietu Nr 7 poz. 1-4, Pakietu Nr 8 poz. 1-7, Pakietu Nr 9 poz. 1-2, Pakietu Nr 10 poz. 2-3, Pakietu Nr 11 poz. 1-3, Pakietu Nr 12 poz. 1-16, 20, Pakietu Nr 13 poz. 1-4, Pakietu Nr 14 poz. 1, Pakietu Nr 15 poz. 1, Pakietu Nr 16 poz. 1-28, 30-37, Pakietu Nr 17 poz. 1, Pakietu Nr 18 poz. 1, Pakietu Nr 19 poz. 1 przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2017r. poz.211 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.”

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.14, Ad 18 i Ad. 34 oraz wyżej dokonaną zmianą treści SIWZ, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia **28.11.2018 r. godz. 10:00**

- otwarcie ofert w dniu **28.11.2018 r. godz. 11:00**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie I, III.11, IV.1.4.1.1 , IV.1.4.1.6, IX.1, X.1, XIV.1, XIV.2, XIV.8, Formularzu Ofertowym, Formularzu Cenowym oraz Załączniku Nr 4 i Załączniku Nr 5 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Formularz Ofertowy, Formularz Cenowy oraz Załącznik Nr 4 i Załącznik Nr 5 do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a