



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-85/18

Tarnów, 2018-12-21

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa aparatu do odczytu stref zahamowania wzrostu metodą dyfuzyjno- krążkową dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1, pozycja 1-56.** Czy Zamawiający wymaga aby krążki antybiotykowe posiadały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1, pozycja 1-56.** Czy Zamawiający wymaga aby krążki antybiotykowe brały udział w ocenie EUCAST i osiągnęły bardzo dobre wyniki?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1, pozycja 1-56.** Czy Zamawiający wymaga aby stężenie na krążkach antybiotykowych było w zakresie 90-125% według standardu DIN lub FDA?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1, pozycja 57-68.** Czy Zamawiający wymaga aby paski z gradientem stężeń posiadały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1, pozycja 69-71.** Czy Zamawiający wymaga aby gotowe podłoża na płytkach posiadały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1, pozycja 73.** Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu pozycję nr 73? Pozwoli to na złożenie ofert przez większą ilość firm i tym samym będzie większa konkurencyjność cen.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1, pozycja 72.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dyspenserów 6-cio kanałowych?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 i 4 Zamawiający wymaga aby krążki antybiotykowe oraz testy oferowane w **Pakiecie Nr 1 poz. 1-68** posiadały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości drobnoustrojów lub równoważną i podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie

Ad.2 Zamawiający wymaga aby krążki antybiotykowe oferowane w **Pakiecie Nr 1 poz. 1-56** spełniały wymagania określone w SIWZ.

Ad.3 Zamawiający wymaga aby krążki antybiotykowe oferowane w **Pakiecie Nr 1 poz. 1-56** spełniały wymagania określone w SIWZ.

Ad.5 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 1 poz. 69-71** podłoża na płytkach posiadały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów. Zamawiający wymaga aby zaoferowane podłoża na płytkach spełniały wymagania SIWZ.

Ad.6 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 1 poz. 73** do oddzielnego pakietu.

Ad.7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 72** dyspenserów 6-cio kanałowych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a