



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. E. Szczeklika w Tarnowie

Znak: AE/DZiM/ZO-24-02/19

Tarnów, 2019-01- 22

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawy produktów chemicznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie ksylenu w opakowaniach z wytrzymałego polipropylenu wysokiej gęstości (HDPE), zapobiegającemu ulatnianiu się odczynnika o poj. 5L.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Prosimy o dopuszczenie formaliny przeznaczonej do celów diagnostycznych o neutralnym pH tj. 6,8-7,2..

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** ksylenu w opakowaniach z wytrzymałego polipropylenu wysokiej gęstości (HDPE), nie wyraża natomiast zgody na opakowania zawierające 5 litrów ksylenu.

**Ad. 2** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 2** formaliny przeznaczonej do celów diagnostycznych o neutralnym pH tj. 6,8-7,2, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zapytania ofertowego.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

**KIEROWNIK**  
Działu Zaopatrzenia i Magazynów  
*Teresa Tarnowska-Szarek*

Zastępca Dyrektora

*mgr Danuta Nosch*



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl  
www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 - fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

PKO Bank Polski 84 1020 2892 0000 5602 0684 0641

