

Formularz Cenowy

Cena brutto zamówienia powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn liczby jednostek miary przez cenę jednostkową netto, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto należy obliczyć jako cenę jednostkową netto powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Lp.	Wyszczególnienie	Jed- nostka miary	Ilość	Cena jed- nostkowa netto w zł	Cena jed- nostkowa brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
Materace do łóżek szpitalnych										
1.	Materace do łóżek szpitalnych jednosegmentowych, spełniające wymagania określone w Załączniku Nr 3	szuka	10							
2.	Materace do łóżek szpitalnych dwusegmentowych, spełniające wymagania określone w Załączniku Nr 3	szuka	20							
3.	Materace do łóżek szpitalnych trójsegmentowych, spełniające wymagania określone w Załączniku Nr 3	szuka	9							
					Razem					

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia
Materace do łóżek szpitalnych jednosegmentowych, ujęte w pozycji 1			
1.	Materace w pokrowcach, przeznaczone do łóżek szpitalnych	Opisać	
2.	Wymiary materaca: długość 194 cm, szerokość 84 cm, wysokość 10 cm	Podać wymiary	
3.	Materac wykonany z pianki o gęstości minimum 30 kg/m ³	Podać parametr	
4.	Pokrowiec wykonany z materiału zmywalnego, nieprzemakalnego, z zamkiem umożliwiającym zdjęcie pokrowca	Podać parametr	
5.	Materac i pokrowiec wykonany z materiału umożliwiającego dezynfekcję preparatami, w tym na bazie chloru oraz pranie w temperaturze do 95°C	Opisać	
6.	Wraz z dostawą instrukcja prania i dezynfekcji materaca i pokrowca	Opisać	
7.	Materac dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP, odpowiednie dokumenty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	Opisać	
8.	Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Czas skutecznej naprawy lub wymiany na wolny od wad - do 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia.	Podać okres	
Materace do łóżek szpitalnych dwusegmentowych, ujęte w pozycji 2			
1.	Materace w pokrowcach, przeznaczone do łóżek szpitalnych rehabilitacyjnych dwusegmentowych, o kącie odchylenia pleców w zakresie 0-70°	Opisać	
2.	Wymiary materaca: długość 200 cm, szerokość 84 cm, wysokość 10 cm; łamanie 95 cm (od strony głowy)/105 cm	Podać wymiary	
3.	Materac wykonany z pianki o gęstości minimum 30 kg/m ³	Podać parametr	
4.	Pokrowiec wykonany z materiału zmywalnego, nieprzemakalnego, z zamkiem umożliwiającym zdjęcie pokrowca	Podać parametr	
5.	Materac i pokrowiec wykonany z materiału umożliwiającego dezynfekcję preparatami, w tym na bazie chloru oraz pranie w temperaturze do 95°C	Opisać	
6.	Wraz z dostawą instrukcja prania i dezynfekcji materaca i pokrowca	Opisać	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia
7.	Materac dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP, odpowiednie dokumenty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	Opisać	
8.	Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Czas skutecznej naprawy lub wymiany na wolny od wad - do 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia.	Podać okres	
Materace do łóżek szpitalnych trójsegmentowych, ujęte w pozycji 3			
1.	Materace w pokrowcach, przeznaczone do łóżek szpitalnych rehabilitacyjnych trójsegmentowych, o kącie odchylenia pleców w zakresie 0-70°	Opisać	
2.	Wymiary materaca: długość 200 cm, szerokość 84 cm, wysokość 10 cm; łamanie 95 cm (od strony głowy)/40 cm/65 cm	Podać wymiary	
3.	Materac wykonany z pianki o gęstości minimum 30 kg/m ³	Podać parametr	
4.	Pokrowiec wykonany z materiału zmywalnego, nieprzemakalnego, z zamkiem umożliwiającym zdjęcie pokrowca	Podać parametr	
5.	Materac i pokrowiec wykonany z materiału umożliwiającego dezynfekcję preparatami, w tym na bazie chloru oraz pranie w temperaturze do 95°C	Opisać	
6.	Wraz z dostawą instrukcja prania i dezynfekcji materaca i pokrowca	Opisać	
7.	Materac dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP, odpowiednie dokumenty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	Opisać	
8.	Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Czas skutecznej naprawy lub wymiany na wolny od wad - do 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia.	Podać okres	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty