



.....

Znak: AE/DZiM/ZO-24-10/19

Tarnów, 2019-09-23

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę łóżek szpitalnych czterosegmentowych z podwójną ramą ortopedyczną oraz łóżeczek dziecięcych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o całkowitej szerokości wraz z barierkami równej 97 cm oraz długości całkowitej 2170 mm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1** Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o szerokości leża 83 cm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o regulowanej wysokości leża w zakresie 360 -730 mm, mierząc od poziomu podłogi do leża, bez materaca ?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, w którym regulacja zarówno wysokości leża, jak i kąta nachylenia segmentu pleców realizowana jest za pomocą nie wymagającego użycia siły mechanizmu śrubowego?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w barierki boczne, pojedyncze, dwupozycyjne, po każdej stronie łóżka, chroniące pacjenta na 3/4 długości leża (wolna przestrzeń od strony nóg) wykonane ze stopu aluminium i tworzywa sztucznego i złożone z 6 pionowych szczebli łączonych od góry poziomą barierką?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 70 dni od dnia podpisania umowy?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści ramę ortopedyczną o następujących parametrach:
Rama składająca się z aluminiowych profili oraz tworzywowych zacisków skręcanych bez użycia narzędzi.
Rama wykonana ze stali konstrukcyjnej i aluminium, montowana do ramy leża za pomocą tulei.
Rama wykonana z kształtowników aluminiowych o przekroju ośmiokąta zapewniająca stabilność ramy.
Możliwość ustawienia rur poprzecznych na dowolnej wysokości oraz dostosowanie szerokości i długości ramy.
Długość maksymalna: 200 cm. Szerokość maksymalna: 90 cm. Wysokość maksymalna: 140 cm.
W podstawowym wyposażeniu:
- Bloczki do wyciągów: 2 szt.
- Zawiesia hakowe do zabiegów rehabilitacyjnych 2 szt.
- Uchwyty do podciągania dla pacjenta: 2 szt.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie **Pakiecie Nr 1** również łóżek szpitalnych o całkowitej szerokości wraz z barierkami równej 97 cm oraz długości całkowitej 2170 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zapytania ofertowego.

Ad 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Pakiecie Nr 1 łóżek szpitalnych o szerokości leża 83 cm.

Ad 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Pakiecie Nr 1 łóżek szpitalnych o regulowanej wysokości leża w zakresie 360 -730 mm, mierząc od poziomu podłogi do leża, bez materaca.

Ad 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Pakiecie Nr 1 łóżek szpitalnych w którym regulacja zarówno wysokości leża, jak i kąta nachylenia segmentu pleców realizowana jest za pomocą nie wymagającego użycia siły mechanizmu śrubowego.

Ad 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Pakiecie Nr 1 łóżek szpitalnych wyposażonych w bariery boczne opisane w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zapytania ofertowego.

Ad 6 Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy do 70 dni od dnia podpisania umowy.

Ad 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Pakiecie Nr 1 łóżek szpitalnych wyposażonych w ramę ortopedyczną opisaną w pytaniu.

[Handwritten signature]

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kuta