



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

Znak: AE/DZiM/ZO-24-09/20

Tarnów, 2020-06-25

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy Zamawiający w okresie gwarancyjnym dopuści stosowanie tylko sprawdzonego i przebadanego środka odkamieniającego producenta?
2. Czy ze względu na obecną sytuację związaną z koronawirusem Zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia maksymalnie do 5 tygodni kalendarzowych od podpisania umowy/złożenia zamówienia?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone dla przedmiotu zamówienia w pkt 23 Załącznika Nr 3, tj. „Możliwość stosowania środków odkamieniających (różnych firm) dopuszczonych do stosowania w automatach myjąco-dezynfekujących i przeznaczonych do stosowania w szpitalach”

Ad. 2 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone dla przedmiotu zamówienia w pkt 29 Załącznika Nr 3, tj. „Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia – na wezwanie Zamawiającego, w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy”.

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kuta



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 - fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

PKO Bank Polski 84 1020 2892 0000 5602 0684 0641

