

Wymagane i oferowane parametry techniczne myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek - 3 szt

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (Wpisać TAK/NIE podać zakres, opisać)
1.	Myjnia-dezynfektor – urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 lub 2020, z kompletnym zestawem połączeń gotowe do pracy i nie wymagające dodatkowych zakupów	
2.	Konstrukcja i działanie myjni zgodne z wymaganiami normy EN ISO 15883-1,-3 lub równoważnej	
3.	Urządzenie przeznaczone do: opróżniania, mycia, dezynfekcji: ogólnodostępnych basenów (z krótkim uchwytem), kaczek, pojemników na mocz (szklane i plastikowe z przykrywkami), misek do toalety, misek „nerkowatych”	
4.	Urządzenie (obudowa oraz komora mycia) w całości wykonane ze stali nierdzewnej, dopuszcza się tylko aby panel sterowania z wyświetlaczem był wykonany z innego materiału, pod warunkiem, że jest odporny na uszkodzenia i korozję oraz działanie środków do dezynfekcji powierzchni	
5.	Urządzenie w wersji stojącej, pionowej o wymiarach: Szerokość: max. 550 mm Głębokość: max. 600 mm Wysokość: max. 1700 mm	
6.	Pojemność komory: 1 basen z pokrywą i 1 kaczka na mocz lub 3 kaczki lub 1 miska do toalety pacjenta, lub 2 miski „nerkowate” lub 1 pojemnik na mocz. Myjnia musi posiadać co najmniej wszystkie wymienione opcje zestawień sprzętu do mycia	
7.	Kosz (wkład) lub kosze (wkłady) do mycia i dezynfekcji sprzętu w pkt 6	
8.	Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych	
9.	Blokada drzwi w trakcie wykonywania procesu mycia i dezynfekcji	
10.	System dysz strumieniowych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej (minimum 10 dysz, w tym minimum 1 rotacyjna)	
11.	Panel obsługi w języku polskim z możliwością wyboru dowolnego programu	
12.	Rodzaj dezynfekcji: dezynfekcja termiczna	
13.	Program dla mniej lub bardziej zabrudzonych przedmiotów poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji (minimum 3 programy)	
14.	Najkrótszy czas trwania programu (mycie i dezynfekcja) max. do 7 minut	
15.	Sterowanie mikroprocesorowe w pełni automatyczne z możliwością zmiany parametrów programów	
16.	Samodezynfekcja urządzenia – mycie i dezynfekcja termiczna komory, przewodów wodnych i dysz	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (Wpisać TAK/NIE podać zakres, opisać)
17.	Urządzenie posiada własną wytwornicę pary zasilaną wodą bieżącą	
18.	Wystarczającym środkiem do mycia i dezynfekcji sprzętów wymienionych w pkt 6 jest odkamieniacz	
19.	Własna pompa dozująca odkamieniacz	
20.	Wszystkie węże ciśnieniowe elastyczne w splocie metalowym	
21.	Zabezpieczenie instalacji wodnej myjni przed cofaniem wody.	
22.	Pakiet startowy wymaganego środka chemicznego do odkamieniania – Wykonawca dostarczy wraz z dostawą urządzeń po 1 pojemniku o pojemności 5 litrów odkamieniacza do każdego urządzenia	
23.	Możliwość stosowania środków odkamieniających (różnych firm) dopuszczonych do stosowania w automatach myjąco-dezynfekujących przeznaczonych do stosowania w szpitalach	
24.	Zasilanie 230V lub 380-400V 50 HZ	
25.	Podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ ", woda surowa, nieuzdatniona	
26.	Możliwość podłączenia do odpływu Ø 110	
27.	Myjnie-dezynfektory dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U z 2020, poz.186 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	
28.	Do oferty należy dołączyć (w języku polskim) materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię)	
29.	Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia – na wezwanie Zamawiającego, w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy	
30.	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą urządzenia	
31.	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór uruchomionego przedmiotu zamówienia, wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą	
32.	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym.	
33.	W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty