



Znak: AE/DZiM/ZO-24-11/20

Tarnów, 2020-08-06

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę stolów do badań i drobnych zabiegów oraz wózków do przewożenia chorych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu 2 pkt. 5 Załącznika Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, o wymiarach: długość całkowita: 2100 mm, szerokość całkowita: 690 mm?
2. **Dotyczy Pakietu 2 pkt. 6 Załącznika Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego wysokość regulowana jest hydraulicznie w zakresie: od 460 do 850 mm?
3. **Dotyczy Pakietu 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego oparcie pleców regulowane jest za pomocą sprężyn gazowych w zakresie: 0-45°?
4. **Dotyczy Pakietu 2 pkt. 8 i 9 Załącznika Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych bez funkcji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga?
5. **Dotyczy Pakietu 2 pkt. 10 Załącznika Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego dopuszczalne obciążenie wynosi: 180kg?
6. **Dotyczy Pakietu 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, wyposażony w 4 solidne, niebrudzące posadzek koła o średnicy 125mm, blokowane pół-centralnie?
7. **Dotyczy Pakietu 2 pkt. 12 Załącznika Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, wyposażony w:
 - materac o grubości 60mm, w pokrowcu zmywalnym, nieprzemakalnym, paro-przepuszczalnym,
 - dwie składane wzdłuż leża barierki boczne wykonane ze stali chromowanej i aluminium,
 - montowane na stałe uchwyty do przetaczania wózka od strony głowy i nóg pacjenta,
 - wieszak kroplówki,
 - 4 krążku odbojowe w narożnikach,
 - uchwyt na butlę z tlenem
8. **Dotyczy Pakietu 2 pkt. 3 Załącznika Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych z leżem 4-segmentowym wykonanym z płyty HPL przezierniej dla promieni RTG na całej długości?
9. **Dotyczy Pakietu 2 pkt. 6 Załącznika Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego wysokość regulowana jest hydraulicznie w zakresie: od 585 do 910 mm?
10. **Dotyczy Pakietu 2 pkt. 10 Załącznika Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego przechył Trendelenburga regulowany jest w zakresie: 0-12°?
11. **Dotyczy Pakietu 2 pkt. 5 Załącznika Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, wyposażony w:
 - materac o grubości 80mm, w pokrowcu zmywalnym, nieprzemakalnym, paro-przepuszczalnym,
 - dwie składane wzdłuż leża barierki boczne wykonane ze stali chromowanej i aluminium,
 - montowane na stałe uchwyty do przetaczania wózka od strony głowy i nóg pacjenta,
 - wieszak kroplówki,
 - 4 krążku odbojowe w narożnikach,
 - uchwyt na butlę z tlenem?

12. **Dotyczy Pakietu 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający półkę na kardiomonitor? Kardiomonitor położony na półce jest przypięty pasami z rzepami.
13. **Dotyczy Pakietu 2.** Czy Zamawiający udzieli informacji, o określenie modelu kardiomonitora w celu przystosowania odpowiednich uchwytów do zawieszenia?
14. **Dotyczy Pakietu 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający barierki od strony głowy i nóg pacjenta montowane na stałe, służące również do popychania wózka?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** wózka do przewożenia chorych o długości całkowitej 2100 mm, nie wyraża natomiast zgody na zaoferowanie wózka o szerokości całkowitej 690 mm

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** wózka do przewożenia chorych, którego wysokość regulowana jest w zakresie od 460 do 850 mm.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** wózka do przewożenia chorych, którego oparcie pleców regulowane jest w zakresie: 0-45°.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** wózka do przewożenia chorych bez funkcji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** wózka do przewożenia chorych, którego dopuszczalne obciążenie wynosi: 180 kg.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** wózka do przewożenia chorych, wyposażonego w koła o średnicy 125mm, blokowane pół-centralnie.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** wózka do przewożenia chorych z wyposażeniem wymienionym w pytaniu, pod warunkiem, że materac będzie miał wysokość minimum 8 cm (Zamawiający nie wyraża zgody na materac o wysokości 6 cm), a ponadto na wyposażeniu wózka będzie również uchwyt na kardiomonitor - Zamawiający dopuszcza również półkę pod kardiomonitor lub możliwość zawieszenia kardiomonitora, który ma uchwyty na barierce lub listwie bocznej wózka.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** wózka do przewożenia chorych z leżem 4-segmentowym wykonanym z płyty HPL przeziernej dla promieni RTG na całej długości, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zapytania ofertowego.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** wózka do przewożenia chorych, którego wysokość regulowana jest hydraulicznie w zakresie od 585 do 910 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zapytania ofertowego.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** wózka do przewożenia chorych, którego przechył Trendelenburga regulowany jest w zakresie: 0-12°, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zapytania ofertowego.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** wózka do przewożenia chorych z wyposażeniem wymienionym w pytaniu pod warunkiem, że na wyposażeniu wózka będzie również uchwyt na kardiomonitor - Zamawiający dopuszcza również półkę pod kardiomonitor lub możliwość zawieszenia kardiomonitora, który ma uchwyty na barierce lub listwie bocznej wózka.

Ad. 12-13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** wózka do przewożenia chorych z półką na kardiomonitor, do której kardiomonitor jest przypięty pasami z rzepami.

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** wózka do przewożenia chorych posiadającego barierki od strony głowy i nóg pacjenta montowane na stałe, służące również do popychania wózka.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kuta

